

Znak: AE/ZP-27-21/16

Tarnów, 2016-03-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę inkubatora zamkniętego 1 sztuka, inkubatora z możliwością dostosowania do pracy jako inkubator zamknięty lub otwarty (hybrydowy) 1 sztuka oraz stanowiska do resuscytacji 2 sztuki.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.4** – Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie inkubator z trybem kangurowania?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.7** – Czy ze względu na wszechstronność prowadzonych terapii Zamawiający wymaga aby inkubator wyposażony był w drzwiczki z wszystkich 4 stron inkubatora?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.10** – Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w stabilną nieobrotową podstawę materacką?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.11** – Czy Zamawiający dopuści inkubator z funkcją jednostronnego wysuwania materacka?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.12** – Czy Zamawiający wymaga aby szuflada na kasetę RTG była dostępna bez konieczności otwierania przedziału pacjenta?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.18** – Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w funkcję serwowregulacji nawilżania programowanej co 1%?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.19** – Czy Zamawiający dopuści inkubator pracujący w oparciu o jednorazowe worki wody sterylnej?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.24** – Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji automatycznego doboru temperatury komfortu cieplnego?
9. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.28** – Czy przez jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury ustawionej i rzeczywistej (zmierzonej) Zamawiający rozumie jako jednoczesne wyświetlanie obydwu zmierzonych temperatur skóry oraz temperatury zadanej?
10. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.33** – Czy Zamawiający dopuści inkubator pracujący w oparciu o jednorazowe czujniki temperatury skóry? W zestawie startowym wraz z inkubatorem dostarczane jest 10 szt. czujników.
11. **Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.5** – Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w kolorowy panel sterowania składający się z szeregu wyświetlaczy oraz diod LED?
12. **Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.6** – Czy Zamawiający dopuści inkubator z płynną regulacją nachylenia materacka realizowaną w zakresie +/- 10stopni?
13. **Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.7** – Czy Zamawiający dopuści inkubator w którym szuflada na kasetę RTG wysuwana jest wyłącznie z jednej strony?
14. **Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.8** – Czy Zamawiający dopuści inkubator w którym głośniki umieszczone są wysoko nad głową noworodka w kolumnie promiennika? W oferowanym rozwiązaniu hałas wokół pacjenta wynikający z pojawiającego się alarmu jest jeszcze niższy niż w wymaganym rozwiązaniu opisanym w SIWZ.
15. **Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.9** – Czy Zamawiający dopuści inkubator z dotykowym wyciszaniem alarmów?
16. **Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.15** – Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w lampę obserwacyjną o stałym natężeniu światła?

17. **Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.16** – Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową mocowaną na rurach zintegrowanych z inkubatorem o regulowanej mocy od 7000 do 30 000 luksów?
18. **Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.17** – Czy Zamawiający dopuści inkubator w którym po odchyleniu ścianek bocznych zablokowany zostaje dostęp do szuflad znajdujących się pod inkubatorem?
19. **Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.19** – Czy w związku z faktem stosowania inkubatora wyposażonego w moduł resuscytacyjny do podaży pierwszych oddechów pacjentom o różnych podatnościach płuc Zamawiający zmodyfikuje wymóg maksymalnego odcięcia ciśnienia na poziomie min.60cmH2O?
20. **Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.21** – Czy Zamawiający dopuści monitor saturacji, mocowany do rur zintegrowanych z inkubatorem mierzący metodą Masimo, z możliwością odłączenia na potrzeby kontaktu skóra-do-skóry lub transportu na oddział noworodkowy?
21. **Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.24** – Czy Zamawiający dopuści inkubator nie wyposażony w 2 dodatkowe gniazda elektryczne?
22. **Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.26** – Czy Zamawiający dopuści inkubator bez szyn, ale wyposażony w dwie zintegrowane z nim rury do mocowania dodatkowych akcesoriów?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora z trybem kangurowania.

Ad.2.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany inkubator wyposażony był w drzwiczki z wszystkich 4 stron inkubatora.

Ad.3.

Zamawiający nie dopuści zaoferowania inkubatora wyposażonego w stabilną nieobrotową podstawę materacyka.

Ad.4.

Zamawiający nie dopuści zaoferowania inkubatora z funkcją jednostronnego wysuwania materacyka.

Ad.5.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby szuflada na kasetę RTG była dostępna bez konieczności otwierania przedziału pacjenta.

Ad.6.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie inkubatora wyposażonego w funkcję serwowregulacji nawilżania programowanej co 1%.

Ad.7.

Zamawiający nie dopuści zaoferowania inkubatora pracującego w oparciu o jednorazowe worki wody sterylnej.

Ad.8.

Zamawiający nie dopuści zaoferowania inkubatora bez funkcji automatycznego doboru temperatury komfortu cieplnego.

Ad.9.

Zamawiający informuje, iż przez jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury ustawionej i rzeczywistej (zmierzonej) rozumie jednoczesne wyświetlanie obydwu zmierzonych temperatur skóry oraz temperatury zadanej.

Ad.10.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.11.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora wyposażonego w kolorowy panel sterowania składający się z szeregu wyświetlaczy oraz diod LED.

Ad.12.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.13.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora, w którym szuflada na kasetę RTG wysuwana jest wyłącznie z jednej strony.

Ad.14.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie inkubatora, w którym głośniki umieszczone są wysoko nad głową noworodka w kolumnie promiennika.

Ad.15.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora z dotykowym wyciszaniem alarmów.

Ad.16.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora wyposażonego w lampę obserwacyjną o stałym natężeniu światła.

Ad.17.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy zabiegowej mocowanej na rurach zintegrowanych z inkubatorem o regulowanej mocy od 7000 do 30 000 luksów.

Ad.18.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora, w którym po odchyleniu ścianek bocznych zablokowany zostaje dostęp do szuflad znajdujących się pod inkubatorem.

Ad.19.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.20.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie monitora saturacji, mocowanego do rur zintegrowanych z inkubatorem mierzącego metodą Masimo, z możliwością odłączenia na potrzeby kontaktu skóra-do-skóry lub transportu na oddział noworodkowy.

Ad.21.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.22.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora bez szyn, ale wyposażonego w dwie zintegrowane z nim rury do mocowania dodatkowych akcesoriów.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a