

Znak: AE/ZP-27-21/16

Tarnów, 2016-03-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę inkubatora zamkniętego 1 sztuka, inkubatora z możliwością dostosowania do pracy jako inkubator zamknięty lub otwarty (hybrydowy) 1 sztuka oraz stanowiska do resuscytacji 2 sztuki.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt.XV SIWZ ppkt 11 pp. a), c) i d)** – Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawną jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany całego urządzenia niepotrzebnie może podwyższyć koszt zamówienia. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów. Zwracamy ponadto uwagę, że żądanie dostarczenia części sprzętu przez podmioty trzecie (uprawnienie takie Zamawiający wpisał w pp. d) może być sprzeczne z Ustawą o wyrobach medycznych oraz określonymi w niej obowiązkami Świadczeniodawcy (tj. Zamawiającego) i powodować utratę znaku CE na urządzenie. Producent nie bierze bowiem odpowiedzialności za sprzęt działający z nieautoryzowanymi komponentami, które nie były objęte procedurą zgodności i nie są objęte Deklaracją zgodności. W związku z tym sugerujemy usunięcie pp. d).
2. **Dotyczy pkt.XV SIWZ, pkt 17** – Zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wykonawca nalicza odsetki za opóźnienie w płatności w wysokości określonej w niniejszej Ustawie. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie stosownej modyfikacji zapisów tego pkt.
3. **Dotyczy pkt.XV SIWZ, pkt 14 pp. a), c)** - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu stwierdzonych wad oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.
4. **Dotyczy pkt.XV SIWZ, pkt 14 pp. b)** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów tego punktu? Kara umowna, jaką zastrzegł Zamawiający jest rażąco wysoka, zaś katalog przesłanek, w jakich Zamawiający może ją naliczyć jest szeroki. W interesie Wykonawcy pozostaje dopełnienie wszelkich starań, celem należytego wykonania umowy. Biorąc pod uwagę zapisy pkt. 18, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną zastrzeżoną w pkt. 14 pp. c) – Zapisy te w należyty sposób zabezpieczają interesy Zamawiającego. W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie zapisów pkt. 14 pp. b)
5. **Dotyczy pkt.XV SIWZ, pkt 21** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów tego punktu? W interesie Wykonawcy pozostaje dopełnienie wszelkich starań, celem należytego wykonania umowy. Biorąc pod uwagę zapisy pkt. 14 pp. a) dające Zamawiającemu możliwość naliczenia kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia, interesy Zamawiającego są zabezpieczone, więc pozostawienie zapisów tego punktu jest niezasadne.

6. **Dotyczy pkt.XV SIWZ, pkt 9** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego punktu: „Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy w zakresie Pakietu Nr 1-3 (z wyłączeniem akcesoriów) od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym” ?
7. **Dotyczy pkt.XV SIWZ, pkt 10 oraz pkt. 11 pp. d** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tych zapisów z wzoru umowy? Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.
8. **Dotyczy pkt.XV SIWZ, pkt 10**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z pkt. 10 nast. zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji” ? Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.
9. **W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 8 oraz 9 – pkt.XV SIWZ, ppkt 10 oraz ppkt.11 d** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zwrotu „osoby trzeciej” na „inny autoryzowany przez producenta Serwis” oraz usunięcie słowa „niebezpieczeństwo”? Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.
10. **Dotyczy Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3** – Czy celem zapewnienie najwyższej, jakości oferowanych sprzętów Zamawiający będzie wymagać sprzętu wyprodukowanego w 2016 r.? Określenie takiego wymogu zagwarantuje Zamawiającemu dostawę sprzętu w pełni nowego, który nie został poddany długiemu okresowi magazynowania, jak miałoby to miejsce w przypadku dostawy sprzętu wyprodukowanego w 2015 r.
11. **Dotyczy Pakiet Nr 2** – Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

12. **Dotyczy Pakiet Nr 2** – Czy Zamawiający wymaga aby oferowane inkubatory były nowe, niepowystawowe pochodzące z bieżącej produkcji 2015/2016?
13. **Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt.3** – Czy Zamawiający wymaga aby regulacja materacyka odbywała się w sposób cichy za pomocą zewnętrznych pokręteł bez ingerencji wewnątrz inkubatora. Każda dodatkowa ingerencja we wnętrzu inkubatora prowadzi do stresu noworodka i podniesieniu hałasu wewnątrz inkubatora co zakłóca prawidłowy rozwój noworodka.
14. **Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt.5** Czy z uwagi na wymóg w punkcie 3 i 6 tj. „możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz” celem wykonania dodatkowych specjalistycznych zabiegów lub podłączeń noworodka, których nie da się wykonać z materacykiem umieszczonym wewnątrz kopuły, Zamawiający dopuści inkubator bez dodatkowej karuzeli tj. „obracania podstawy materacyka”, która nie ma żadnego wpływu na właściwości kliniczne inkubatora? Pragniemy nadmienić, iż inkubator zgodnie z wymogiem w pkt. 1 i 11 przekształca się w inkubator otwarty z pełni odkrytym materacykiem i dostępem do leczonego pacjenta.
15. **Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt.10** – Czy Zamawiający wymaga aby po otwarciu ścianek bocznych kurtyna ciepłego powietrza była uruchamiana automatycznie, co zapobiega wychłodzeniu noworodka i nie wpływa na głośność w inkubatorze?
16. **Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt.17** – Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji od 23 do 39 stopni C? Obecny wymóg ustawienia temperatury na poziomie 20 stopni C, gdzie na oddziałach noworodkowych panuje temperatura powyżej 23 stopni C, jest nierealna.
17. **Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt.22** – Czy Zamawiający dopuści duży wyświetlacz, mocowany i dostępny z prawej lub lewej strony inkubatora, czytelny z dwóch stron inkubatora?
18. **Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt.27** – Czy Zamawiający dopuści szufladę z dostępem z obu stron inkubatora o możliwości obciążenia do 3 kg?
19. **Dotyczy Pakiet Nr 3** – Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od daty podpisania umowy?
20. **Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.5** – Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz w formie numerycznej LED z dodatkowym opisem graficznym danego parametru?
21. **Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.7** – Czy Zamawiający dopuści kasetę wysuwaną od czoła inkubatora?
22. **Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.8** – Dokładny opis miejsca usytuowania głośników wskazuje na konkretnego producenta i nie ma wpływu na jego właściwości kliniczne. Prosimy o dopuszczenie stanowiska z wbudowanymi głośnikami wraz z panelem sterującym.
23. **Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.9** – Czy Zamawiający dopuści inkubator bez możliwości bezdotykowego wyciszenia alarmów?
24. **Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.11** – Opisany czas grzania wstępnego spełnia tylko jeden konkretny model i wskazuje na konkretnego producenta. Prosimy o dopuszczenie dłuższego czasu min. 15 minut.
25. **Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.15** – Czy Zamawiający dopuści wbudowane oświetlenie pola pacjenta wbudowane w kolumnę promiennika bez regulacji jego natężenia?
26. **Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.18** – Czy Zamawiający dopuści zegar APGAR z automatycznym wyłączeniem tej funkcji przez inkubator?
27. **Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.19** – Prosimy o dopuszczenie stanowiska z modułem do resuscytacji, mieszalnikiem oraz ssakiem w jednej obudowie, umieszczonej z lewej lub prawej strony panelu głównego.
28. **Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.19** – Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie podaży powyżej 30 cmH₂O w formie regulacji ciśnienia maksymalnego w zakresie 20-60 cmH₂O?

29. **Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.21** – Czy Zamawiający dopuści oddzielny pulsoksymetr tj. niewbudowany w panel główny?
30. **Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.22** – Czy Zamawiający dopuści zintegrowaną wagę z zakresem pomiarowym do 7 kg?
31. **Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.24** – Czy Zamawiający dopuści inkubator bez dodatkowych gniazd elektrycznych?
32. **Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.26** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie, które posiada dwie szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów stanowiące integralną część urządzenia?
33. **Dotyczy Pakiet Nr 3** – Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji o niżej podanych parametrach:
 - 33.1. Napięcie i natężenie prądu zasilającego: 230 V ~ ± 20V ~ max. 4A
 - 33.2. Częstotliwość prądu zasilającego: 50-60 HZ
 - 33.3. Maksymalna moc na jednostkę powierzchni dla promiennika pracującego na 100% mocy oraz odległości między kratownicą promiennika a materacem 68 cm powinna wynosić 32 mW/cm²
 - 33.4. Regulacja wysokości elektryczna: 87,8 – 103,6 cm
 - 33.5. Moc oświetlenia 20W
 - 33.6. Kontrola temperatury ciała noworodka: czujnik naskórny temperatury wielorazowy, pomiar temperatury w zakresie 34.5-37.5°C – co 0.1°C
 - 33.7. Zakres wyświetlany od 4,0°C do 50°C z jednostką 0,1°C
 - 33.8. Wyświetlacz mocy grzania w procentach w postaci świecącego słupka
 - 33.9. Praca w trybie SERVO
 - 33.10. Posiadający tryb nagrzewania wstępnego
 - 33.11. Stoper Apgar emitujący dźwięki po 1, 5 oraz 10 minutach od wyłączenia, z możliwością włączenia dodatkowego dźwięku w 3 minucie.
 - 33.12. Wbudowane 2 stopery do pomiaru czasu procedur
 - 33.13. Wysokość urządzenia: 170-186 cm
 - 33.14. Wysokość materaca: 90,5 cm
 - 33.15. Wymiary leża noworodkowego: 65 x 75 cm lub 65x65 cm
 - 33.16. Wymiary materaca 62 x 72 cm lub 62x62 cm
 - 33.17. Zakres obrotu głowicy promiennika: od -130° do + 130° w stosunku do położenia środkowego
 - 33.18. Pozycja Trendelenburga max. -10° do +10° płynnie regulowana
 - 33.19. Kółka samonastawne 4 x 100 mm, wszystkie zaopatrzone w hamulce
 - 33.20. Cztery ścianki odchylane, w przedniej i tylnej oraz w czterech narożach silikonowe "śluzki" do mocowania drenów oddechowych
 - 33.21. Alarmy za wysokiej / za niskiej temperatury ciała noworodka
 - 33.22. Alarm odłączenia czujnika temperatury
 - 33.23. Alarm awarii zasilania
 - 33.24. Alarm uszkodzenia czujnika temperatury
 - 33.25. Aparat do resuscytacji wbudowany w kolumnę inkubatora, z ustawianym dokładnie ciśnieniem PIP (zakres 5-70 cm H₂O), i PEEP (zakres 1-9 cm H₂O) – ustawienia widoczne w formie zegarowego wskaźnika, z wyposażeniem jednorazowego użytku po 1 szt. o parametrach:
 - dren do pacjenta, min. 145 cm długości;
 - dren doprowadzający gaz do aparatu;
 - zastawka PEEP, znajdująca się na końcu drenu do pacjenta;

- maseczka w rozmiarach: średnica maseczki 42 mm lub 50 mm lub 60 mm
- 33.26. Przepływomierz tlenu i powietrza z mocowaniami na szynę
- 33.27. Półka pod kardiomonitor
- 33.28. Szuflada na kasetę RTG
- 33.29. Zestaw dwóch szuflad, jedna w drugiej, wysuwanych na boki (na obie strony inkubatora ułatwiające dostęp do szuflad)
- 33.30. Osłonki jednorazowego użytku na czujnik temperatury 1op/10 szt.
- 33.31. Czujnik pomiaru temperatury wielorazowego użytku 1 szt.
- 33.32. Szyna do zamocowania przepływomierzy o długości min. 50 cm
- 33.33. Wbudowana waga w zakresie od 300g do 8kg
- 33.34. Ssak próżniowy
- 33.35. Mieszalnik tlenu i powietrza
- 33.36. Zintegrowana lampa zabiegowa
- 33.37. Pulsoksymetr Massimo lub podobnej klasy do pomiaru saturacji

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1. i Ad.3 – Ad.6

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV pkt. 9, 11a), 11c), 14a), 14b), 14 c) i 21 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.7 – Ad.9 i Ad.1 w zakresie pkt.XV.ppkt. 11 d) SIWZ

Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.10 SIWZ z zapisu o treści: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.” na zapis o treści: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej, posiadającej autoryzację producenta danego sprzętu, usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji. ” Ponadto Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.11 d) SIWZ z zapisu o treści: „d) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim” na zapis o treści: „powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego

elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim posiadającym autoryzację producenta danego sprzętu”

Ad.2.

Zamawiający w Formularzu Ofertowym usuwa zapis dotyczący pkt.III.2 o treści: „2. Wysokość odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty - w stosunku rocznym (nie wyższe niż ustawowe, w przypadku odsetek w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych należy wpisać „odsetki ustawowe”).”. Numeracja punktów po usunięciu ppkt.2 w pkt.III Formularza Ofertowego pozostaje bez zmian.

Ponadto Zamawiający w pkt.XV – Ogólne warunki umowy - usuwa zapis dotyczący pkt.17 o treści: „17. Za nieterminową zapłatę należności Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości w skali roku”. Numeracja punktów po usunięciu ppkt.17 w pkt.XV SIWZ pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku konieczności naliczenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty, Wykonawcy przysługiwały będą odsetki ustawowe, o których mowa w art.8 ust.1 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403 z póź.zm) tj. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Ad.10.

Zamawiający informuje, iż w Pakiecie Nr 1-2 nie postawił wymogu w zakresie daty produkcji zaoferowanych urządzeń, zaś w Pakiecie Nr 3 Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń fabrycznie nowych rok produkcji nie wcześniej niż 2015. Tym samym Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1-3 urządzenia wyprodukowane w 2016r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuści również zaoferowanie w Pakiecie Nr 1-3 urządzeń powystawowych.

Ad.11.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Ad.12.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem zawartym w pkt.II Formularza Ofertowego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż zaoferowane w Pakiecie Nr 2 inkubatory są nowe, kompletne i spełniają wymogi określone w Załączniku Nr 7.2 oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 7.2 do SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż w Pakiecie Nr 2 nie postawił wymogu w zakresie daty produkcji zaoferowanych urządzeń. Tym samym Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 urządzenie wyprodukowane tak w 2015r., jak i w 2016r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuści również zaoferowanie urządzenia powystawowego.

Ad.13.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby regulacja materaca odbywała się w sposób cichy za pomocą zewnętrznych pokręteł bez ingerencji wewnątrz inkubatora.

Ad.14.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.15.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby po otwarciu ścianek bocznych kurtyna ciepłego powietrza była uruchamiana automatycznie, co zapobiega wychłodzeniu noworodka i nie wpływa na głośność w inkubatorze.

Ad.16.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie zakresu regulacji od 23 do 39 stopni C.

Ad.17.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie dużego wyświetlacza, mocowanego i dostępnego z prawej lub lewej strony inkubatora, czytelny z dwóch stron inkubatora

Ad.18.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.19.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Ad.20.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie wyświetlacza w formie numerycznej LED z dodatkowym opisem graficznym danego parametru.

Ad.21.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kasety wysuwanej od czoła inkubatora.

Ad.22.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stanowiska z wbudowanymi głośnikami wraz z panelem sterującym.

Ad.23.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora bez możliwości bezdotykowego wyciszenia alarmów.

Ad.24.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.25.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie wbudowanego oświetlenia pola pacjenta wbudowanego w kolumnę promiennika bez regulacji jego natężenia.

Ad.26.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.27.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stanowiska z modułem do resuscytacji, mieszalnikiem oraz ssakiem w jednej obudowie, umieszczonej z lewej lub prawej strony panelu głównego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.28.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stanowiska do resuscytacji posiadającego zabezpieczenie podaży powyżej 30 cmH₂O w formie regulacji ciśnienia maksymalnego w zakresie 20-60 cmH₂O.

Ad.29.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie oddzielnego pulsoksymetru tj. niewbudowanego w panel główny, pod warunkiem, że pulsoksymetr ten przymocowany będzie do inkubatora i będzie posiadał możliwość odłączenia na potrzeby kontaktu skóra-do-skóry lub transportu na oddział noworodkowy.

Ad.30.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie zintegrowanej wagi z zakresem pomiarowym do 7 kg

Ad.31.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.32.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie urządzenia, które posiada dwie szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów stanowiące integralną część urządzenia

Ad.33.1.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie napięcia i natężenia prądu zasilającego: 230 V ~ ± 20V ~ max. 4A

Ad.33.2.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające częstotliwość prądu zasilającego: 50-60 HZ

Ad.33.3.

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające maksymalną moc- 32 mW/cm² - na jednostkę powierzchni dla promiennika pracującego na 100% mocy oraz odległości między kratownicą promiennika, a materacem 68 cm.

Ad.33.4.

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające elektryczną regulację wysokości: 87,8 – 103,6 cm

Ad.33.5.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji, które oprócz lampy zabiegowej wymaganej zgodnie z pkt.16 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ, posiada lampę obserwacyjną o mocy oświetlenia 20W.

Ad.33.6.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.33.7.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające zakres wyświetlany temperatury od 4,0°C do 50°C z jednostką 0,1°C, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.33.8.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające wyświetlacz mocy grzania w procentach w postaci świecącego słupka, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.33.9.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające automatyczną regulację temperatury noworodka w trybie SERVO, pod warunkiem posiadania przez zaoferowane stanowisko do resuscytacji również manualnej regulacji temperatury noworodka.

Ad.33.10.

Zamawiający wymaga czasu grzania wstępnego max 7 minut.

Ad.33.11.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające stoper Apgar emitujący dźwięki po 1, 5 oraz 10 minutach od wyłączenia, z możliwością włączenia dodatkowego dźwięku w 3 minucie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.33.12.

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające wbudowane 2 stopery do pomiaru czasu procedur

Ad.33.13.

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające wysokość urządzenia: 170-186 cm

Ad.33.14.

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające wysokość materaca: 90,5 cm

Ad.33.15.

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające wymiary leża noworodkowego: 65 x 75 cm lub 65x65 cm

Ad.33.16.

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające wymiary materaca 62 x 72 cm lub 62x62 cm

Ad.33.17.

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające zakres obrotu głowicy promiennika: od -130° do + 130° w stosunku do położenia środkowego

Ad.33.18.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.33.19.

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające kółka samonastawne 4 x 100 mm, wszystkie zaopatrzone w hamulce.

Ad.33.20.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające cztery ścianki odchylane, w przedniej i tylnej oraz w czterech narożach silikonowe "śluz" do mocowania drenów oddechowych, pod warunkiem, że ścianki są przeziernie.

Ad.33.21.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające alarmy za wysokiej / za niskiej temperatury ciała noworodka, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.33.22.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające alarm odłączenia czujnika temperatury, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.33.23.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające alarm awarii zasilania, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.33.24.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające alarm uszkodzenia czujnika temperatury, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.33.25.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji o parametrach opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ opisanych w pkt.19 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ.

Ad.33.26.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające przepływomierz tlenu i powietrza z mocowaniami na szynę

Ad.33.27.

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające półkę pod kardiomonitor.

Ad.33.28.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające szufladę na kasetę RTG, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.33.29.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające zestaw dwóch szuflad, jedna w drugiej, wysuwanych na boki (na obie strony inkubatora ułatwiające dostęp do szuflad)

Ad.33.30.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające osłonki jednorazowego użytku na czujnik temperatury 10p/10 szt., pod warunkiem że Wykonawca zaoferuje czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury- 2 szt./stanowisko.

Ad.33.31.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.33.32.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające szynę do zamocowania przepływomierzy o długości min. 50 cm

Ad.33.33.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające wbudowaną wagę w zakresie od 300g do 8kg

Ad.33.34.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające ssak próżniowy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.33.35.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające mieszalnik tlenu i powietrza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.33.36.

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające zintegrowaną lampę zabiegową, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.33.37.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2 oraz Ad.7 – Ad.9 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 23.03.2016r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 23.03.2016r godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1, XI.1, XV, Formularza Ofertowego oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Formularz Ofertowy po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a