

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
inkubatora z możliwością dostosowania do pracy jako inkubator zamknięty
lub otwarty (hybrydowy) 1 sztuka**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji”	Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Możliwość przekształcenia stołu zabiegowego dla noworodków w inkubator otwarty z czynnym promiennikiem grzejącym od góry i w inkubator zamknięty- bez użycia serwisu, w przeciągu kilkunastu sekund	TAK	
2.	Materacyk o właściwościach antyodleżynowych	TAK	
3.	Możliwość regulacji kąta nachylenia materacyka +/-12 stopni, wysunięcia materacyka na zewnątrz	TAK	
4.	Możliwość wprowadzenia kasety RTG bez konieczności ruszania noworodka	TAK	
5.	Możliwość obracania podstawy materacyka 360°	TAK	
6.	Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz	TAK	
7.	Podwójne ścianki inkubatora	TAK	
8.	Hałas we wnętrzu inkubatora nie większy niż 49dB	TAK	
9.	Oświetlenie zabiegowe	TAK	
10.	Kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

11.	Odchylana przednia, tylna i boczna ścianka, unoszona górna część kopuły inkubatora, łącznie min. 4 owalne otwory pielęgnacyjne z zamknięciem, uszczelnione przepusty na przewody z prawej i lewej strony, nie mniej niż po 2 z przodu i po 2 z tyłu	TAK	
12.	Ogrzewanie promiennikiem cieplnym po uniesieniu kopuły inkubatora	TAK	
13.	Nawilżanie powietrza, automatyczna regulacja nawilżania (zakres regulacji do min. 85%)	TAK	
14.	Automatyczna regulacja temperatury powietrza	TAK	
15.	Automatyczne utrzymanie zadanej temperatury skóry dziecka w zakresie 35-37,5 stopnia C	TAK	
16.	Pomiar dwóch temperatur: temperatury powietrza i temperatury ciała; czujniki pomiaru temperatury- 2szt.	TAK	
17.	Zakres regulacji temperatury powietrza od 20 do 39 stopni C	TAK	
18.	Automatyczne utrzymanie zadanych wartości stężenia tlenu	TAK	
19.	Alarmy akustyczne i optyczne: • przekroczenia nastawionej temperatury w powietrzu • przekroczenia ustawionej temperatury na skórze • alarm zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza • uszkodzenia lub braku połączenia czujników temperatury, zaniku napięcia zasilającego, uszkodzenia grzałki	TAK	
20.	Zasilanie 230V, 50Hz	TAK	
21.	Szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów- 2szt.	TAK	
22.	Wyświetlacz parametrów pracy inkubatora- dostępny i czytelny z dwóch stron inkubatora.	TAK	
23.	Inkubator wyposażony w automatyczny system testowania po włączeniu oraz w trakcie pracy	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

24.	Kółka hamowane	TAK	
25.	Zintegrowana waga elektroniczna	TAK	
26.	Możliwość regulacji wysokości inkubatora- elektrycznie, z dwóch stron inkubatora.	TAK	
27.	Szuflada bądź szafka (o możliwości obciążenia do min 6,5kg) na akcesoria, przybory pielęgnacyjne, min jedna	TAK	
POZOSTAŁE WYMAGANIA			
28.	Dostarczone przez Wykonawcę urządzenie ma być kompletne i gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem.	TAK	
29.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczonego urządzenia wraz z dostawą.	TAK	
30.	Dostawa urządzenia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
31.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcia (fotografię).	TAK	
32.	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	
33.	Pełna gwarancja minimum 24 miesiące na dostarczone urządzenie od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym	Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
34.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty