

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
stanowiska do resuscytacji 2 sztuki**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji”	Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2015) – 2 sztuki.	TAK	
2.	Inkubator otwarty o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej.	TAK	
3.	Podnośnik elektryczny realizujący płynną regulację położenia materacyka względem podłogi.	TAK	
4.	Zasilanie AC 230V +/-10%, 50Hz	TAK	
5.	Kolorowy i czytelny wyświetlacz na panelu sterującym, LCD do prezentacji parametrów nastawialnych i monitorowanych	TAK	
6.	Płynna regulacja kąta nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie +/-12°	TAK	
7.	Prowadnice lub szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. Kaseata wysuwana po obu stronach inkubatora	TAK	
8.	Głośniki alarmów usytuowane w podstawie inkubatora, w celu ograniczenia poziomu hałasu oddziałującego na pacjenta.	TAK	
9.	Alarmy akustyczne i optyczne z możliwością wyciszenia najlepiej bezdotykowego	TAK	
10.	Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0÷100)%	TAK	
11.	Automatyczne ustawienie mocy grzania na 100%, po włączeniu inkubatora. Czas grzania wstępnego max 7 minut	TAK	
12.	Automatyczna i manualna regulacja temperatury noworodka	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

13.	Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie (35÷37,5)°C ze skokiem 1°C. Manualna regulacja temperatury	TAK	
14.	Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta (32÷41)°C z dokładnością czujnika ±0,1°C	TAK	
15.	Dodatkowe źródło światła- zintegrowana lampa obserwacyjna o regulowanym natężeniu światła.	TAK	
16.	Zintegrowana lampa zabiegowa min. 2000 luksów umożliwiająca podświetlenie wybranego obszaru pacjenta.	TAK	
17.	Opuszczane, przeziernie ścianki boczne inkubatora	TAK	
18.	Stanowisko wyposażone w stoper APGAR wyświetlający wpływający czas (po 1, 5, 10 minutach) oraz okresowo dźwięk przypominający o ocenie punktacji APGAR noworodka. Możliwość wł/wył. tej funkcji	TAK	
19.	Zintegrowany zestaw do resuscytacji składający się z manometru, przepływomierza. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH2O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze) oraz jej płynna regulacja. Ustawianie wartości PIP oraz PEEP	TAK	
20.	Ssak z regulacją siły ssania oraz manometrem	TAK	
21.	Wbudowane w stanowisko gniazdo do podłączenia czujnika saturacji. Pomiar metodą Masimo	TAK	
22.	Wbudowana waga w zakresie od 300g do 8kg	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

23.	Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia.	TAK	
24.	Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu	TAK	
25.	System szuflad-pojemników	TAK	
26.	Szyna do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną część panelu głównego	TAK	
27.	Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury- 2szt/ stanowisko	TAK	
POZOSTAŁE WYMAGANIA			
28.	Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia mają być kompletne i gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem.	TAK	
29.	Instrukcje obsługi w języku polskim dostarczonych urządzeń wraz z dostawą.	TAK	
30.	Dostawa urządzeń w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
31.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcia (fotografię).	TAK	
32.	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń w dniu protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

33.	Pełna gwarancja minimum 24 miesiące na dostarczone urządzenia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym	Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
34.	W okresie gwarancji dowóz urządzeń do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty