



Znak: AE/ZP-27-22/16

Tarnów, 2016-03-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawę urządzenia do ultradźwiękowego cięcia i koagulacji tkanek 1 sztuka oraz zestawu do wykonywania badań bronchoskopowych składającego się z 2 sztuk videobronchoskopów, 1 sztuki monitora medycznego, systemu archiwizacji obrazu i procesora wizyjnego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.I.7** – Czy Zamawiający dopuści końcówkę endoskopu z tworzywa sztucznego kompatybilną z akcesoriami elektrochirurgicznymi?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.I.10** – Czy Zamawiający dopuści videobronchoskop z dwoma programowalnymi przyciskami sterującymi na rękojeści endoskopu?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.I.12** – Czy Zamawiający zrezygnuje z „funkcji rotacji światłowodu konektora lub rotacji tuby wzornikowej w zakresie min. 120 stopni” i dopuści inne równoważne rozwiązanie?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.II.21** – Czy Zamawiający dopuści końcówkę endoskopu z tworzywa sztucznego kompatybilną z akcesoriami elektrochirurgicznymi?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.II.24** – Czy Zamawiający dopuści videobronchoskop z dwoma programowalnymi przyciskami sterującymi na rękojeści endoskopu?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.II.26** - Czy Zamawiający zrezygnuje z „funkcji rotacji światłowodu konektora lub rotacji tuby wzornikowej w zakresie min. 120 stopni” i dopuści inne równoważne rozwiązanie?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.III.31** - Czy Zamawiający dopuści zapis „funkcja uwidocznienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek” Określenia „i-scan oraz NBI” SA nazwami własnymi firm Pentax oraz Olympus.
8. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.III.33** - Czy Zamawiający dopuści cyfrową filtrację długości pasma światła?
9. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.III.36** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaprogramowania funkcji sterującej procesora na każdym z min. 2 przycisków rękojeści endoskopu?
10. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.III.39** - Czy zamawiający dopuści zabezpieczenie przed przerwą w pracy typu halogen? Żarówka zapasowa typu LED charakteryzując firmę Pentax.
11. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.III.39** - Czy Zamawiający wymaga procesora HD o rozdzielczości 1920x1080 czyli takiej samej jakiej wymaga przy monitorze? Takie rozwiązanie – rozdzielczości zapewniają obrazowanie w pełnej rozdzielczości HD.
12. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.IV.48** - Czy Zamawiający dopuści jasność min. 300 cd/m²?
13. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.IV.49** - Czy Zamawiający dopuści monitor zgodny z Dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE i 93/42/EWG EN55011:2009/A1:2010(CISPR11:2009/A1:2010) EN60601-1-2:2007/AC:2010(IEC60601-1-2:2007) EN61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 (IEC61000-3-2:2005/A1:2009/A2:2009) N61000-3-3:2008 (IEC61000-3-3:2008)?

14. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.IV.51** - Czy Zamawiający dopuści zasilacz elektryczny poza obudową monitora?
15. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.IV.52** - Czy Zamawiający dopuści wyjścia sygnału VGA, DVI-D, C-VIDEO, S-VIDEO, SDI (SD, HD/3G) ?
16. **Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt XV.10 SIWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wskazane terminy rozpoczynały swój bieg z chwilą dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie udzielonej gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)
17. **Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt XV.14 SIWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednie zmniejszenie wysokości kar umownych:
 - a) z 0,5% do 0,1%
 - b) z 10% do 5%
 - c) z 20% do 10%
 - d) 0,2% do 0,1% z zastrzeżeniem, że fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas zwłoki wyłącza możliwość stosowania kar umownych
18. **Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt XV.21 SIWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego terminu do 10 dni roboczych?
19. **Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt XV.22 SIWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu o klauzulę: „ (...) Zgodny takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.
20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również zaoferowanie końcówki endoskopu z tworzywa sztucznego kompatybilnej z akcesoriami elektrochirurgicznymi.

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający dopuści również zaoferowanie końcówki endoskopu z tworzywa sztucznego kompatybilnej z akcesoriami elektrochirurgicznymi.

Ad. 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 7

Zamawiający zmienia zapis pkt.III.31 Załącznika Nr 7.2 do SIWZ z zapisu o treści: „Funkcja uwydatniania naczyń krwionośnych i struktury tkanek i-scan/NB” na zapis o treści: „Funkcja uwydatniania naczyń krwionośnych i struktury tkanek”

Zamawiający

Ad. 8

Zamawiający dopuści również zaoferowanie cyfrowej filtracji długości pasma światła, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów SIWZ.

Ad. 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Ad.10

Zamawiający dopuści również zaoferowanie zabezpieczenia przed przerwą w pracy typu halogen.

Ad.11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.12

Zamawiający nie dopuści zaoferowania jasności min. 300 cd/m²

Ad.13

Zamawiający dopuści również zaoferowanie monitora zgodnego z Dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE i 93/42/EWG EN55011:2009/A1:2010 (CISPR11:2009/A1:2010) EN60601-1-2:2007/AC:2010(IEC60601-1-2:2007) EN61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 (IEC61000-3-2:2005/A1:2009/A2:2009) N61000-3-3:2008 (IEC61000-3-3:2008)

Ad.14

Zamawiający nie dopuści zaoferowania zasilacza elektrycznego poza obudową monitora.

Ad.15

Zamawiający dopuści również zaoferowanie wyjścia sygnału VGA, DVI-D, C-VIDEO, S-VIDEO, SDI (SD, HD/3G).

Ad.16 - Ad.19

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.20

Zamawiający informuje, iż wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego, jak również wobec Zamawiającego nie toczy się postępowanie upadłościowe.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.7 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 25.03.2016r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 25.03.2016r godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1, XI.1, Załącznika Nr 7.2 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 7.2 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

