



Znak: AE/ZP-27-22/16

Tarnów, 2016-03-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawę urządzenia do ultradźwiękowego cięcia i koagulacji tkanek 1 sztuka oraz zestawu do wykonywania badań bronchoskopowych składającego się z 2 sztuk videobronchoskopów, 1 sztuki monitora medycznego, systemu archiwizacji obrazu i procesora wizyjnego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakiet 1, pkt. IV.1.3.1 SIWZ oraz Formularz ofertowy pkt. II, Oświadczenie Załącznik Nr 4 pkt. 1 do SIWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego dodatkowego wyposażenia (materiały dodatkowe: klucz dynamometryczny), który nie posiada dokumentów wymienionych w pkt. IV.1.3.1 oraz na wyłączenie tego produktu z oświadczenia pkt. 1 (zał nr. 4)?
2. **Dotyczy pkt.XV. ppkt.10 SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy, w przypadku gdy istnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych?
3. **Dotyczy pkt. XV. Ppkt 10 SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Prosimy o wykreślenie zapisu, że w przypadku zlecenia naprawy innemu podmiotowi (osobie trzeciej) Wykonawca będzie za nią odpowiedzialny, gdyż odpowiedzialność za wykonanie naprawy musi ponosić podmiot jej dokonujący. „(...) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i ~~niebezpieczeństwo~~ Wykonawcy.
4. **Dotyczy pkt.XV. ppkt.10 SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Prosimy o dodanie zapisu: „(...) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej, posiadającej autoryzację producenta danego sprzętu, usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy (...)”. *Urządzenia będące przedmiotem zamówienia to wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny podporządkowany wymogom szeregu aktów prawnych krajowych i unijnych (ustawa o wyrobach medycznych, MDD 93/42 EEC). Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta wobec użytkownika i pacjenta (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny art 449¹⁻¹¹ KC), doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności. Tak więc Wykonawca nie może odpowiadać za działania serwisów nieautoryzowanych.*
5. **Dotyczy pkt.XV. ppkt. 11 a) SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Prosimy o dodanie, że wymiana całego urządzenia będzie przysługiwała w przypadku dokonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/modułu (w przypadku wymiany lub naprawy wadliwego modułu/podzespołu wymiana urządzenia nie jest konieczna).
6. **Dotyczy pkt. XV. Ppkt. 11 d) SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów prosimy o dodanie zapisu (...) na koszt Wykonawcy osobom trzecim, posiadającym autoryzację producenta danego sprzętu.”
7. **Dotyczy pkt.XV. ppkt 11 e) SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Prosimy o wykreślenie tego punktu, ponieważ w okresie rękojmi Wykonawca ma obowiązek każdorazowo

przywrócić urządzenie do pełnej sprawności wobec czego nie istnieją przesłanki do obniżenia wynagrodzenia – wady zostaną usunięte.

8. **Dotyczy pkt.XV. ppkt.14 c) SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Prosimy o obniżenie kary umownej do 10% wartości umowy brutto.
9. **Dotyczy pkt. XV. Ppkt.19 SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Prosimy o wykreślenie zapisów, gdyż w przypadku niewykonania zamówienia Zamawiający może odstąpić od umowy z winy wykonawcy i naliczyć karę umowną (zgodnie z pkt. 14 c)) Wskazany zapis typowy jest dla umów, których przedmiotem są dostawy sukcesywne.
10. Prosimy o informację czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.
11. **Dotyczy części I GENERATOR Załącznik Nr 7.1 do SIWZ** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie generatora przeznaczonego do pracy z przetwornikami piezoelektrycznymi oraz ultradźwiękowymi narzędziami chirurgicznymi przeznaczonymi do cięcia i koagulacji tkanki miękkiej w chirurgii laparoskopowej i ogólnej (otwartej), jak również w chirurgii endoskopowej, laryngologicznej, ginekologicznej i urologicznej oraz w obrębie klatki piersiowej, w którym dzięki zastosowaniu innowacyjnych i unikalnych rozwiązań technologicznych częstotliwość pracy we wszystkich zastosowaniach wynosi 36 kHz a moc dostarczana została ograniczona do maksimum 80W. Sterowanie pracą urządzenia możliwe jest zarówno z zastosowaniem przełącznika nożnego jak i z rękojeści narzędzia roboczego, w tym wypadku do wybrania mocy wystarcza jeden przycisk na rękojeści. Aktywacja narzędzia ze stanu „stand-by” do stanu pracy odbywa się także przy pomocy wyłącznika na rękojeści narzędzia. Rękojeść narzędzia skonstruowana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii pracy umożliwia wygodną pracę zarówno prawą jak i leworęcznym operatorom. Generator współpracuje z przetwornikiem piezoelektrycznym połączonym z falownikiem wielorazowego użytku, którego żywotność wynosi 250 minut ciągłej pracy oraz z jednorazowymi ukształtowanymi do różnego rodzaju zabiegów (do wyboru) narzędziami roboczymi do zabiegów laparoskopowych i do chirurgii klasycznej. Przecinalanie i koagulacja tkanki stanowią jedną czynność. Generator wyposażony w funkcję monitorowania poprawności działania przetwornika piezoelektrycznego oraz transmisji ultradźwięku. Sygnalizacja akustyczna, wizualna oraz przerwanie pracy generatora w razie nieprawidłowości w działaniu.
12. **Dotyczy części II Materiały Eksploatacyjne** -Wykonawca w zawiązku z wnioskiem pisanim w pytaniu nr 1 prosi o dopuszczenie do zaoferowania materiałów eksploatacyjnych : Autoklawowalny, ultradźwiękowy, wielorazowy przetwornik piezoelektryczny do narzędzi o średnicy 5mm zintegrowany z kablem którego żywotność wynosi 250 minut ciągłej aktywacji.
Jednorazowe nożyczki przeznaczone do cięcia i scalania tkanek oraz naczyń o średnicy do 5 mm, długie, wygięte, średnica 5mm, długość 400mm, uchwyt pistoletowy, do laparoskopii w ilości umożliwiającej wykonanie 40 zabiegów.
Taca do sterylizacji dedykowana na wielorazowe ultradźwiękowy przetwornik piezoelektryczny o wymiarach umożliwiających jednoczesną sterylizację kompletu narzędzi i osprzętu do jednego zabiegu.
Wykonawca zaznacza, że do przygotowania proponowanych narzędzi do zabiegu nie są wymagane ani potrzebne żadne dodatkowe narzędzia jak np. uchwyty czy klucze dynamometryczne.
Wykonawca gwarantuje i zapewnia realizację pozostałych wymagań Zamawiającego opisanych w części IV „POZOSTAŁE WYMAGANIA ” bez zmian.



13. **Dotyczy pkt.XV. ppkt. 10 oraz 11d) SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisów o powierzeniu osobie trzeciej usunięcia usterek i wad lub dokonania naprawy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy w przypadku, gdy na czas naprawy odbywającej się ponad terminy określone w pkt. 10, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach tożsamy lub lepszych?
14. **Dotyczy pkt.XV. ppkt.14 d) SIWZ - Ogólne warunki umowy** - Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego (o parametrach tożsamy lub lepszych) na czas naprawy wydłużającej się ponad terminy określone w pkt. 10, Zamawiający wyrazi zgodę na nienaliczanie kar umownych z pkt. 14d?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. IV.1.3.1 SIWZ, pkt. II Formularza Ofertowego, pkt.XV.2 SIWZ oraz w pkt.1 Załącznika Nr 4 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane w Pakiecie Nr 1 urządzenie do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015r), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Tym samym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie tj. generator oraz materiały eksploatacyjne wielorazowe stanowiące integralną część tego urządzenia, były wyrobem medycznym. Powyższy wymóg nie dotyczy zaoferowanych przez Wykonawcę wraz z urządzeniem materiałów dodatkowych tj. autoklawowalnego, wielorazowego klucza dynamometrycznego do narzędzi o średnicy 5mm. W związku z powyższym pytanie jest bezpodstawne.

Ad. 2, Ad.3, Ad.5, Ad.7-Ad.9 oraz Ad.13-Ad.14

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV pkt. 10 (w zakresie ujętym w pytaniu 2, 3 i 13), Rozdziału XV pkt. 11a), 11d) (w zakresie ujętym w pytaniu 13), Rozdziału XV pkt. 11e), 14 c), 14d) i 19 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 4 i Ad.6

Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.10 SIWZ z zapisu o treści: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.” na zapis o treści: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej, posiadającej autoryzację producenta danego sprzętu, usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na



koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.” Ponadto Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.11 d) SIWZ z zapisu o treści: „d) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim” na zapis o treści: „powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim posiadającym autoryzację producenta danego sprzętu”

Ad.10

Zamawiający informuje, iż nie znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Ad. 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych

1/ w Formularzu Ofertowym usuwa zapis dotyczący pkt.III.2 o treści: „2. Wysokość odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty - w stosunku rocznym (nie wyższe niż ustawowe, w przypadku odsetek w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych należy wpisać „odsetki ustawowe”).”. Numeracja punktów po usunięciu ppkt.2 w pkt.III Formularza Ofertowego pozostaje bez zmian.

2/ w pkt.XV – Ogólne warunki umowy - usuwa zapis dotyczący pkt.17 o treści: „17. Za nieterminową zapłatę należności Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości w skali roku”. Numeracja punktów po usunięciu ppkt.17 w pkt.XV SIWZ pozostaje bez zmian.

W związku z powyższą zmianą treści SIWZ Zamawiający informuje, iż w przypadku konieczności naliczenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty, Wykonawcy przysługiwały będą odsetki ustawowe, o których mowa w art.8 ust.1 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403 z póź.zm) tj. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

W związku z powyższą zmianą treści SIWZ oraz odpowiedzią udzieloną w Ad.4 i Ad.6 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 30.03.2016r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 30.03.2016r godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1, XI.1, XV, Formularza Ofertowego oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Formularz Ofertowy po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

