

Znak: AE/ZP-27-24/16

Tarnów, 2016-03-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę aparatu do znieczulania 1 sztuka.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt. XV SIWZ, pkt 11 pp. a), c) i d)** - Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany całego urządzenia niepotrzebnie może podwyższyć koszt zamówienia. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów. Zwracamy ponadto uwagę, że żądanie dostarczenia części sprzętu przez podmioty trzecie (uprawnienie takie Zamawiający wpisał w pp. d) może być sprzeczne z Ustawą o wyrobach medycznych oraz określonymi w niej obowiązkami Świadczeniodawcy (tj. Zamawiającego) i powodować utratę znaku CE na urządzenie. Producent nie bierze bowiem odpowiedzialności za sprzęt działający z nieautoryzowanymi komponentami, które nie były objęte procedurą zgodności i nie są objęte Deklaracją zgodności. W związku z tym sugerujemy usunięcie pp. d).
2. **Sekcja: XV SIWZ, pkt 17** – Zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wykonawca nalicza odsetki za opóźnienie w płatności w wysokości określonej w niniejszej Ustawie. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie stosownej modyfikacji zapisów tego pkt.
3. **Sekcja: XV SIWZ, pkt 14 pp. a), c)** - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu stwierdzonych wad oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.
4. **Sekcja: XV SIWZ, pkt 14 pp. b)** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów tego punktu? Kara umowna, jaką zastrzegł Zamawiający jest rażąco wysoka, zaś katalog przesłanek, w jakich Zamawiający może ją naliczyć jest szeroki. W interesie Wykonawcy pozostaje dopełnienie wszelkich starań, celem należytego wykonania umowy. Biorąc pod uwagę zapisy pkt. 18, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną zastrzeżoną w pkt. 14 pp. c) – Zapisy te w należyty sposób zabezpieczają interesy Zamawiającego. W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie zapisów pkt. 14 pp. b)
5. **Sekcja: XV SIWZ, pkt 21** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów tego punktu? W interesie Wykonawcy pozostaje dopełnienie wszelkich starań, celem należytego wykonania umowy. Biorąc pod uwagę zapisy pkt. 14 pp. a) dające Zamawiającemu możliwość naliczenia kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia, interesy Zamawiającego są zabezpieczone, więc pozostawienie zapisów tego punktu jest niezasadne.
6. **Sekcja: XV SIWZ, pkt 9** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego punktu: „Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy (z wyłączeniem akcesoriów)

od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym” ?

7. **Sekcja: XV SIWZ, pkt 10 oraz pkt. 11 pp. d** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tych zapisów z wzoru umowy? Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.
8. **Sekcja: XV SIWZ, pkt 10**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z pkt. 10 nast. Zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji” ? Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.
9. **W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 7 oraz 8 - Sekcja: XV SIWZ, pkt 10 oraz 11 pp. d)** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zwrotu „osoby trzeciej” na „inny autoryzowany przez producenta Serwis” oraz usunięcie słowa „niebezpieczeństwo”? Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.
10. **Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3** – Czy celem zapewnienie najwyższej, jakości oferowanych sprzętów Zamawiający będzie wymagać sprzętu wyprodukowanego w 2016 r.? Określenie takiego wymogu zagwarantuje Zamawiającemu dostawę sprzętu w pełni nowego, który nie został poddany długiemu okresowi magazynowania, jak miałoby to miejsce w przypadku dostawy sprzętu wyprodukowanego w 2015 r.
11. **Dotyczy pkt.5 Załącznika nr 7** - Czy Zamawiający dopuści aparat z jedną pojemną szufladą o pojemności umożliwiającej przechowywanie akcesoriów używanych z aparatem?
12. **Dotyczy pkt.8 Załącznika nr 7** -Czy Zamawiający oczekuje uchwytów w których można ustawić także butle 10 L?

13. **Dotyczy pkt.16 Załącznika nr 7** -Czy aparat z nieco większą objętością układu oddechowego zostanie dopuszczony do postępowania? Nie widzimy przesłanek klinicznych ani technicznych by ograniczać ten parametr.
14. **Dotyczy pkt.18 Załącznika nr 7** -Czy Aparat z wydajnością obejścia tlenowego, która, na co szczególnie chcemy zwrócić uwagę, ściśle zależy od ciśnienia gazów w sieci centralnego zasilania, od 35 l/min zostanie dopuszczony do postępowania?
15. **Dotyczy pkt.19 Załącznika nr 7** - Czy Zamawiający dopuści aparat ze zbiornikiem wielorazowego użytku, w którym istnieje także możliwość używania zbiorników jednorazowych, które mogą być wymieniane podczas pracy bez rozszczelniania układu i stosowania narzędzi? Należy zwrócić uwagę że wymiana wapna podczas zabiegu/operacji to nader rzadki przypadek w praktyce klinicznej.
16. **Dotyczy pkt.25 Załącznika nr 7** -Jeśli Zamawiający twierdzi i podtrzymuje to w zapisach SIWZ że będzie wykorzystywał takie niskie zakresy czułości prosimy o dopuszczenie regulacji czułości od 0,3 l/min bowiem w odniesieniu do aktualnego wymogu różnica jest zupełnie nieistotna. Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją czułości od 0,3 l/min?
17. **Dotyczy pkt.27 Załącznika nr 7** -Czy aparat z regulacją PEEP do 20 cmH₂O zostanie dopuszczony do postępowania?
18. **Dotyczy pkt.28 Załącznika nr 7** -Czy aparat z regulacją stosunku wdechu do wydechu minimum 2:1 do 1:4 zostanie dopuszczony do postępowania?
19. **Dotyczy pkt.30 Załącznika nr 7** -Czy aparat z regulacją objętości oddechowej do 1400 ml zostanie dopuszczony do postępowania?
20. **Dotyczy pkt.31 Załącznika nr 7** -Ponieważ postawiony wymóg znajduje się w sekcji REGULACJA czy należy rozumieć, że Zamawiający wymaga bezpośredniej regulacji objętości oddechowej od 5 ml do 1500 ml w trybie ciśnieniowym? Czy może chodzi tylko o możliwość uzyskania w trybie ciśnieniowym objętości 5 ml? Parametrem regulowanym bezpośrednio w trybie VCV jest objętość, w trybie PCV jest ciśnienie. Ponieważ treść wymagania jest identyczna jak marketingowe zapisy w broszurach aparatów do znieczulania firmy GE prosimy o precyzyjne określenie o co chodzi Zamawiającemu lub wykreślenie tak sformułowanego zapisu.
21. **Dotyczy pkt.34 Załącznika nr 7** -Czy Zamawiający dopuści aparat bez powielania alarmów tego samego typu tzn. bez alarmu TV z regulowanymi progami?
22. **Dotyczy pkt.50 Załącznika nr 7** -Czy Zamawiający zrezygnuje z pomiaru oporów dróg oddechowych, jest to mniej znaczący element, a dodatkowo takie zestawienie spełniają urządzenia GE, dlatego prosimy jak na wstępie.
23. **Dotyczy pkt.53 Załącznika nr 7** -Czy Zamawiający dopuści aparat z prezentacją pętli ciśnienie – objętość, objętość – przepływ?
24. **Dotyczy pkt.58-59 Załącznika nr 7** -Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony we wbudowany, kolorowy ekran LCD o przekątnej 12,2" i rozdzielczości 800x600 pikseli?
25. **Dotyczy pkt.61 Załącznika nr 7** -Czy mając na uwadze wymagane do monitorowania parametry: EKG (1 krzywa przy 3 elektrodach), Oddech (1 krzywa), SpO₂ (krzywa), temperatura (0 krzywych), NIBP (0krzywych), IBP (krzywe), NMT (0krzywych), a więc potencjalną możliwość jednoczesnego wyświetlania 5 krzywych dynamicznych, Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający jednoczesne wyświetlanie 5 krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowe pozostałych monitorowanych parametrów?
26. **Dotyczy pkt.65 Załącznika nr 7** -Czy wobec braku wymogu dostarczenie wraz z monitorem klawiatury i myszki USB, Zamawiający dopuści zaoferowanie kardiomonitora nie wyposażonego w port USB, z możliwością jego rozbudowy w przyszłości o funkcję podłączenia myszy i klawiatury do portu USB?

27. **Dotyczy pkt.78 Załącznika nr 7** -Czy mając na uwadze fakt, że opisana w punkcie 78 możliwość pomiaru stresu operacyjnego jest unikalną funkcją kardiomonitorów oferowanych przez firmę GE, Zamawiający zrezygnuje z w/w wymogu?
28. **Dotyczy pkt.80 Załącznika nr 7** -Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający monitorowanie 2 temperatur oraz jednoczesną prezentację 2 wartości temperatury obu zmierzonych lub jednej zmierzonej oraz różnicy temperatur?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1. i Ad.3 – Ad.6

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV pkt. 9, 11a), 11c), 14a), 14b), 14 c) i 21 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.7 – Ad.9 i Ad.1 w zakresie pkt.XV.ppkt. 11 d) SIWZ

Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.10 SIWZ z zapisu o treści: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.” na zapis o treści: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej, posiadającej autoryzację producenta danego sprzętu, usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.” Ponadto Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.11 d) SIWZ z zapisu o treści: „d) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim” na zapis o treści: „powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim posiadającym autoryzację producenta danego sprzętu”

Ad.2.

Zamawiający w Formularzu Ofertowym usuwa zapis dotyczący pkt.III.2 o treści: „2. Wysokość odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty - w stosunku rocznym (nie wyższe niż ustawowe, w przypadku odsetek w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych należy wpisać „odsetki ustawowe”).”. Numeracja punktów po usunięciu ppkt.2 w pkt.III Formularza Ofertowego pozostaje bez zmian.

Ponadto Zamawiający w pkt.XV – Ogólne warunki umowy - usuwa zapis dotyczący pkt.17 o treści: „17. Za nieterminową zapłatę należności Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości w skali roku”. Numeracja punktów po usunięciu ppkt.17 w pkt.XV SIWZ pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku konieczności naliczenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty, Wykonawcy przysługiwały będą odsetki ustawowe, o których mowa w art.8 ust.1 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403 z póź.zm) tj. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Ad.10.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania aparatu fabrycznie nowego rok produkcji nie wcześniejszy niż 2015. Tym samym Zamawiający dopuści również aparat wyprodukowany w 2016r.

Ad.11.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu z jedną pojemną szufladą o pojemności umożliwiającej przechowanie akcesoriów używanych z aparatem.

Ad.12.

Zamawiający zmienia zapis pkt.8 Załącznika Nr 7 do SIWZ z zapisu o treści: „Możliwość awaryjnego zasilania gazowego z butli (N₂O,O₂), uchwyt do zapasowej butli tlenowej i N₂O na tylnej ścianie aparatu” na zapis o treści: „Możliwość awaryjnego zasilania gazowego z butli (N₂O,O₂), uchwyt do zapasowej butli tlenowej i N₂O każda o pojemności 10 l na tylnej ścianie aparatu”

Ad.13.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu, który posiada układ oddechowy o całkowitej pojemności nieco większej niż 3,0 l, pod warunkiem, że pojemność ta nie będzie większa niż 3,5 l.

Ad.14.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.15.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.16.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu z regulacją czułości od 0,3 l/min

Ad.17.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu z regulacją PEEP do 20 cmH₂O.

Ad.18.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu z regulacją stosunku wdechu do wydechu minimum 2:1 do 1:4.

Ad.19.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu z regulacją objętości oddechowej do 1400 ml.

Ad.20.

Zamawiający w Załączniku Nr 7 do SIWZ usuwa zapis dotyczący pkt.31 o treści: „31. Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa”. Numeracja wierszy po usunięciu pkt.31 pozostaje bez zmian.

Ad.21.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.22.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.23.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu z prezentacją pętli ciśnienie – objętość, objętość – przepływ.

Ad.24.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.25.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kardiomonitora umożliwiającego jednocześnie wyświetlanie 5 krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowe pozostałych monitorowanych parametrów.

Ad.26.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.27.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.28.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kardiomonitora umożliwiającego monitorowanie 2 temperatur oraz jednoczesną prezentację 2 wartości temperatury obu zmierzonych lub jednej zmierzonej oraz różnicy temperatur.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2, Ad.7 – Ad.9, Ad.12 oraz Ad.20 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 31.03.2016r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 31.03.2016r godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1, XI.1, XV, Formularza Ofertowego, Załącznika Nr 7 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Formularz Ofertowy oraz Załącznik Nr 7 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a