



**Znak: AE/ZP-27-26/16**

Tarnów, 2016-02-26

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (zestawy do histologicznej biopsji aspiracyjnej, przyrządy do żywienia dojelitowego).**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3 (wg SIWZ jest to Pakiet Nr 2 poz.3)** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika poliuretanowego Freka CH/FR 12, 120 cm ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4 (wg SIWZ jest to Pakiet Nr 2 poz.4)** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika poliuretanowego Freka CH/FR 7,6, 130 cm ?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz.3 zgłębnika poliuretanowego Freka CH/FR 12, 120 cm.

**Ad.2**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz.4 zgłębnika poliuretanowego Freka CH/FR 7,6, 130 cm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a