



Znak: AE/ZP-27-29/16

Tarnów, 2016-03- 09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego do endoskopii dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.: 4, 5, 6.** Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu np. 2a pozycje 4, 5, 6?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym do zestawu i przedłużoną do ok. 5 cm, dystalną końcówką systemu zapewniającą całkowite bezpieczeństwo podczas wprowadzania klipsa do kanału roboczego jak i podczas usuwania systemu po zaaplikowaniu klipsa. Pozostałe parametry bez zmian .
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści koszyk jednorazowy trapezoidalny do usuwania złogów bez możliwości wprowadzania przewodnicy, z funkcją awaryjnej litotrypsji, współpracujący z przewodnikiem 0,035", średnica po rozłożeniu 20, 30 mm, do kanału endoskopu 3,2 mm..
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści stent samorozprężalny do dróg żółciowych pokryty odpowiednio 50, 70, 90 mm. Pozostałe parametry bez zmian?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści stent samorozprężalny do przełyku o długości stentu po rozprężeniu: 80, 100, 120 140 mm? Pozostałe parametry bez zmian?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie **pozycji: 4, 5, 6 z Pakietu Nr 2** do oddzielnego pakietu.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** opisanych w pytaniu klipsów.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 6** opisanego w pytaniu koszyka.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** opisanych w pytaniu stentów.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** stentów samorozprężalnych do przełyku o długości stentu po rozprężeniu: 80, 100, 120 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 przedłuża termin składania ofert z 11.03.2016 godz. 10⁰⁰ na 14.03.2016 r. godz. 10⁰⁰ oraz termin otwarcia ofert z 11.03.2016 godz. 10¹⁰ na 14.03.2016 godz. 10¹⁰.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści SIWZ w punkcie III.11, IX.1, X.1.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a