

Znak: AE/ZP-27-32/16

Tarnów, 2016-04-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę koła porodowego 1 sztuka oraz urządzenia do urodynamiki 1 sztuka.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu urodynamicznego opartego na komputerze przenośnym wraz z drukarką a cały system pomiarowy, znajduje się na statywie jezdny i współpracuje z komputerem przenośnym?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu urodynamicznego z pompą do wypełniania pęcherza kompatybilną z aparatem urodynamicznym o min 0-125 ml/min?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** – Co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie pomiar przepływu cewkowego? We wszystkich dostępnych literaturach naukowych oraz materiałach publikowanych o tematyce urodynamicznej występuje zakres pomiarowy 50 ml/s oraz objętość mierzona 1000 czy 1100 ml. Czy Zamawiający żądając zakresu pomiarowego powyżej tych wartości ma na myśli przeprowadzanie badań nie mających żadnego uzasadnienia medycznego? Jeżeli tak, to proszę o sprecyzowanie pomiaru i uzasadnienie tak dużych zakresów pomiarowych, jeżeli zaś nie, to proszę o dopuszczenie do postępowania Oferentów o następujących parametrach: zakres pomiarowy przepływu cewkowego min 50ml/s oraz mierzona objętość min 1100 ml.
4. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** – Co Zamawiający rozumie poprzez pomiar objętości infuzji? Czy wypełnienie pęcherza w wartościach podanych w SIWZ (0-3000 g) nie spowoduje komplikacji układu moczowego? Zakres pomiarowy objętości infuzji powinien wynosić do 1000 g, gdyż większy zakres nie ma uzasadnienia medycznego. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści do postępowania Oferentów, którzy zaoferują zakres pomiarowy objętości infuzji min 1000 g?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2** – Czy w celu lepszego i bardziej precyzyjnego wyniku badania, bez zakłóceń artefaktów, Zamawiający wymaga zastosowania cewników powietrznych zamiast wodnych?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca był autoryzowanym dystrybutorem koła porodowego oraz był uprawniony do zainstalowania i utrzymania serwisu ww urządzenia medycznego, co ma zostać potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta koła porodowego?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu urodynamicznego z pompą do wypełniania pęcherza kompatybilną z aparatem urodynamicznym o min 0-125 ml/min.

Ad.3.

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu urodynamicznego posiadającego zakres pomiarowy przepływu cewkowego min 50ml/s oraz mierzoną objętość min 1100 ml.

Ad.4.

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu urodynamicznego posiadającego zakres pomiarowy objętości infuzji min 1000 g.

Ad.5.

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu urodynamicznego posiadającego cewniki powietrzne zamiast wodnych.

Ad.6.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby Wykoanwca był autoryzowanym dystrybutorem koła porodowego oraz był uprawniony do zainstalowania i utrzymania serwisu ww urządzenia medycznego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a