

AE/ZP-27-32/16

Załącznik nr 7.1

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
koła porodowego 1 szt.**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji”	Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie wcześniej niż 2015r.	TAK	
2.	Konstrukcja ramowa ,spiralna na stabilnej podstawie	TAK	
3.	Spirala-konstrukcja nosna siedziska z funkcją obrotu do przodu i do tyłu oraz regulacją wysokości.	TAK	
4.	Regulacja obrotu i wysokości przy pomocy silników elektrycznych 230V/24V sterowanych pilotem na podczerwień.	TAK	
5.	Dodatkowe sterowanie na panelu lub dodatkowym pilocie.	TAK	
6.	Regulowane siedzenie wykonane z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych i płynów ustrojowych.	TAK	
7.	Długość urządzenia max.200 cm.	TAK	
8.	Szerokość urządzenia max.145 cm.	TAK	
9.	Wysokość urządzenia max.170 cm. w górnym punkcie spirali.	TAK	
10.	Obciążenie max. 350 kg.	TAK	
Elementy wyposażenia			
11.	Oparcie pod plecy 1 szt.	TAK	
12.	Wałek pod szyję 1szt.	TAK	
13.	Wałek do podpierania zakończony metalowymi haczykami 1szt.	TAK	
14.	Zawieszenie podpory nóg 1 kpl.	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

15.	Rolki transportowe.	TAK	
16.	Śruby mocujące na podnózek.	TAK	
17.	Poduszka na podnózek 1 kpl.	TAK	
18.	Podpórki do nóg 1 szt.	TAK	
19.	Poduszka na podłogę w kształcie litery V 1 szt.	TAK	
20.	Paski zabezpieczające pacjenta z mocowaniami 1 kpl.	TAK	
21.	Szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	
22.	Do oferty należy załączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego urządzenia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
23.	Dostawa urządzenia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
24.	Instrukcja obsługi w języku polskim urządzenia wraz z dostawą.	TAK	
25.	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 12 miesięcy na urządzenie od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia, rękojmia na urządzenie od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym.	Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
26.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty