



Znak: AE/ZP-27-39/16

Tarnów, 2016-04-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę respiratora stacjonarno-transportowego 3 sztuki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy pkt. 4 Załącznik Nr 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną wysoko wydajną turbiną, którego waga to ok. 10 kg ? Ponadto respirator będzie dostarczony na podstawie jezdnej dzięki czemu różnica w wadze będzie praktycznie niezauważalna.
2. Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną wysoko wydajną turbiną oraz zasilaniem akumulatorowym pozwalającym na 4 godziny ciągłej pracy?
3. Dotyczy pkt. 53 Załącznik Nr 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator informujący użytkownika o wartości pozostałego czasu pracy na akumulatorze natomiast bez możliwości wyświetlania czasu do opróżnienia butli z tlenem?
4. Czy Zamawiający będzie wymagał aby respirator był wyposażony w ekran sterowany dotykowo o przekątnej min. 13"?
5. Czy Zamawiający będzie wymagał aby układ wyświetlanych krzywych oraz parametrów cyfrowych był dowolnie konfigurowalny przez użytkownika z możliwością zapisu ustawień jako profil użytkownika (min. 15 profili)?
6. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany respirator posiadał możliwość łatwej rozbudowy o monitorowanie saturacji oraz etCO2?
7. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany respirator posiadał wbudowaną elektroniczną wersję instrukcję obsługi?
8. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od daty podpisania umowy?
9. Dotyczy pkt. 4 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści respirator o wadze 7,1 kg, co nieznacznie różni się od wymaganej?
10. Dotyczy pkt. 8 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zakres zasilania 3,4 do 6 bar?
11. Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zasilanie akumulatorowe wystarczające na 7 godzin pracy?
12. Dotyczy pkt. 11 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści respirator bez możliwości dodatkowej rozbudowy opisaną w tym punkcie?
13. Dotyczy pkt. 17 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści respirator bez opcji opisaną w tym punkcie?

14. **Dotyczy pkt. 25 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści respirator z regulacją częstości oddechowej 5-100 odd/min?
15. **Dotyczy pkt. 26 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści respirator z regulacją 75-2500 ml?
16. **Dotyczy pkt. 30 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści respirator z regulacją 1-60 cmH2O?
17. **Dotyczy pkt. 32 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści respirator z regulacją -0,2 do -10 cmH2O?
18. **Dotyczy pkt. 33 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści respirator z regulacją 0,5 do 10 l/min?
19. **Dotyczy pkt. 34 i 35 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści respirator bez regulacji opisanej w tym punkcie?
20. **Dotyczy pkt. 36 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści respirator bez możliwości wyboru krzywej ?
21. **Dotyczy pkt. 41 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści respirator wyświetlający 2 krzywe jednocześnie?
22. **Dotyczy pkt. 42 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji zapamiętywania trendów?
23. **Dotyczy pkt. 69 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści respirator bez regulacji opisanej w tym punkcie ?
24. **Dotyczy Załącznik Nr 7** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fabrycznie nowych respiratorów wyprodukowanych w 2015 roku.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną wysoko wydajną turbiną, którego waga to ok. 10 kg z akumulatorem.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza również do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną wysoko wydajną turbiną oraz zasilaniem akumulatorowym pozwalającym na 4 godziny ciągłej pracy.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza również do przetargu wysokiej klasy respirator informujący użytkownika o wartości pozostałego czasu pracy na akumulatorze natomiast bez możliwości wyświetlania czasu do opróżnienia butli z tlenem.

Ad. 4

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby respirator był wyposażony w ekran sterowany dotykowo o przekątnej min. 13".

Ad. 5

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby układ wyświetlanych krzywych oraz parametrów cyfrowych był dowolnie konfigurowalny przez użytkownika z możliwością zapisu ustawień jako profil użytkownika (min. 15 profili).



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad. 6

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby oferowany respirator posiadał możliwość łatwej rozbudowy o monitorowanie saturacji oraz etCO₂.

Ad. 7

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby oferowany respirator posiadał wbudowaną elektroniczną wersję instrukcji obsługi.

Ad.8

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.9

Zamawiający dopuszcza w pkt.4 Załącznik Nr 7 respirator o wadze 7,1 kg z akumulatorem.

Ad. 10

Zamawiający dopuszcza w pkt. 8 Załącznik Nr 7 respirator z zakresem zasilania 3,4 do 6 bar.

Ad. 11

Zamawiający dopuszcza w pkt. 10 Załącznik Nr 7 zasilanie akumulatorowe wystarczające na 7 godzin pracy.

Ad. 12

Zamawiający dopuszcza w pkt. 11 Załącznik Nr 7 respirator bez możliwości dodatkowej rozbudowy opisanej w ww punkcie.

Ad. 13

Zamawiający nie dopuszcza w pkt. 17 Załącznik Nr 7 respiratora bez opcji wentylacji spontanicznej z PSV.

Ad. 14

Zamawiający dopuszcza w pkt. 25 Załącznik Nr 7 respirator z regulacją częstości oddechowej 5-100 odd/min.

Ad. 15

Zamawiający dopuszcza w pkt. 26 Załącznik Nr 7 respirator z regulacją 75-2500 ml.

Ad.16

Zamawiający dopuszcza w pkt. 30 Załącznik Nr 7 respirator z regulacją 1-60 cmH₂O.

Ad. 17

Zamawiający dopuszcza w pkt. 32 Załącznik Nr 7 respirator z regulacją -0,2 do -10 cmH₂O.

Ad. 18

Zamawiający dopuszcza w pkt. 33 Załącznik Nr 7 respirator z regulacją 0,5 do 10 l/min.

Ad. 19

Zamawiający w pkt 34 i 35 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 20

Zamawiający dopuszcza w pkt. 36 Załącznik Nr 7 respirator bez możliwości wyboru krzywej przepływu.

Ad. 21

Zamawiający dopuszcza w pkt. 41 Załącznik Nr 7 respirator wyświetlający 2 krzywe równocześnie.

Ad. 22

Zamawiający dopuszcza w pkt. 42 Załącznik Nr 7 respirator bez funkcji zapamiętywania trendów.

Ad. 23

Zamawiający nie dopuszcza w pkt. 69 Załącznik Nr 7 respiratora bez możliwości zapamiętywania minimum 3 konfiguracji nastaw dla różnych pacjentów.

Ad. 24

Zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

