



Znak: AE/ZP-27-40/16

Tarnów, 2016-04- 20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic – implantów do zabiegów ortopedycznych, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łokcia i więzadeł krzyżowych, biowchłanialnych śrub piszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3 i 4.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydzielenia pozycji 3 i 4 i utworzenia odrębnego pakietu?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania śruby kotwicznej do rekonstrukcji obrąbka stawu barku. Śruby kotwiczne, stożkowe osadzone na jednorazowym podajniku zakończonym rękojeścią (pakowane sterylnie), zaopatrzone w jedną nić wzmocnioną nić, średnica zewnętrzna gwintu 3 mm jako rozwiązanie równoważne?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania śruby kotwicznej tytanowej do leczenia stożka rotatorów, śruby stożkowe osadzone na jednorazowym podajniku zakończonym rękojeścią (pakowane sterylnie), zaopatrzone w dwie wzmocnione nici, nici w dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby kotwicznej, średnica zewnętrzna gwintu 5 mm jako rozwiązanie równoważne?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny: trzpień przynasadowy wykonany w całości ze stopu tytanu pokryty czystym tytanem i bonitem. Głowa ceramiczna BioloX Delta 28 mm i 40 w 3, 32 i 36 w 4 rozmiarach szyjki. panewka bezotworowa lub z 3 otworami. Wkładka wykonana z crosslinkowanego polietylenu standardowa i z 20–sto stopniowa nadbudową, wkładka ceramiczna w tytanowym pierścieniu. Wkładka dostosowana do głów 28-36 ceramiczna oraz 28-40 polietylenowa bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 17 pozycji 3 i 4** i utworzenie z nich odrębnego pakietu.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 2** opisanej w pytaniu śruby kotwicznej, pod warunkiem spełniania wymagań określonych w Załączniku Nr 7.14 punkt 1 i 2.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 1** opisanej w pytaniu śruby kotwicznej, pod warunkiem spełniania wymagań określonych w Załączniku Nr 7.14 punkt 1 i 2.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** opisanej w pytaniu endoprotezy przynasadowej stawu biodrowego bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SIWZ, pod warunkiem, że Wykonawca wypełni Załącznik Nr 7.5 wpisując w odpowiednie pozycje parametry elementów zaoferowanej endoprotezy (z jakiego materiału wykonane,

rozmiary, budowa), z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił endoprotezę o takich parametrach, a ponadto Wykonawca spełnia wymagania z pkt. 5 i 6 wymienionego załącznika.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W Załączniku Nr 1 do SIWZ w Pakiecie Nr 16 wykreśla się poz. 4. Omyłka pisarska wynikła z niezamierzonego ujęcia w wymienionym Pakiecie pozycji 4, czego potwierdzeniem jest brak podania ilości.

W załączeniu Załącznik Nr 1 po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 16.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

