

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
	Pakiet Nr 1 - Endoprotezy cementowe stawu biodrowego		
1.	Trzpień:		
	z centralizerem lub samocentrujący	opisać	
	kompatybilny z systemem rewizyjnym (dostępność długich trzpieni - powyżej 200 mm)	wymienić oferowane długości	
	offset trzpienia	wymienić offset i rozmiary	
2.	Głowa:		
	metalowa	opisać	
	średnica 28 mm w co najmniej 3 długościach szyjki	wymienić oferowane długości	
	o średnicy większej niż 28 mm	wymienić oferowane średnice	
3.	Panewka:		
	wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości, jedno- lub dwuprofilowa	opisać, podać oferowane rozmiary	
	z kołnierzem umożliwiającym presuryzację cementu	opisać	
	obecność dystanserów zapewniających równomierne rozłożenie cementu	opisać	
4.	Korek z możliwością użycia do rewizji	Tak/Nie	
5.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium, w tym piły oscylacyjnej i wiertarki (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania), pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy. W przypadku gdy instrumentarium posiada elementy zużywalne, które będzie musiał kupować Zamawiający należy ująć te elementy w Formularzu Cenowym podając ich niezbędną ilość, cenę jednostkową i wartość	opisać	
6.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w trzech różnych ośrodkach referencyjnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia dla co najmniej 6 specjalistów	Tak/Nie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty