

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
Pakiet Nr 10 poz. 1 - Pierwotne endoprotezy stawu kolanowego			
1.	Element udowy:		
	anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, cementowy	opisać	
	w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, przy czym w w wersji z wycięciem więzadeł krzyżowych element udowy umożliwiający zamontowanie bloczków uzupełniających ubytki kłykcji oraz trzpienia przedłużającego	opisać	
	kompatybilny z systemem rewizyjnym umożliwiającym założenie bezcementowych kołnierzy pokrytych porowatym tytanem	opisać	
2.	Element piszczelowy:		
	taca piszczelowa umożliwiająca zastosowanie trzpieni przedłużających, które dzięki specjalnej budowie tacy są pochylone 3 stopnie ku tyłowi	opisać	
	w wersji fixed wykonana ze stopu tytanowego		
	system umożliwiający śródoperacyjny wybór wersji fixed lub mobile-bearing	opisać	
3.	Wkładka:		
	Wkładka fixed wykonana z polietylenu wysokiej gęstości	Opisać	
	mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie	Opisać	
	z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półzwiązanie protezy	Opisać	
	o różnych grubościach co najmniej od 8 mm do 17 mm	Wymienić oferowane grubości	
Pakiet Nr 10 poz. 2 - Całkowite endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego			
1	Element udowy:		
	anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr	opisać	
	w opcji z wycięciem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi	opisać	
2	Element udowy zawiasowy :		
	anatomiczny (prawy, lewy), w co najmniej 3 rozmiarach	opisać, wymienić oferowane rozmiary	
	posiadający specjalny otwór pozwalający na połączenie elementu udowego z wkładką	opisać	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
3	Element puszczelowy:		
	element puszczelowy mobile Bearing , wykonany ze stopu CoCr, z wysoce polerowaną częścią górną	opisać	
	w co najmniej 5 rozmiarach	Wymienić oferowane rozmiary	
	umożliwiający zastosowanie trzpieni puszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych, oraz bezcementowych kołnierzy puszczelowych	opisać	
	kompatybilny z systemem zawiasowym	opisać	
4	Taca puszczelowy grubościenna:		
	element puszczelowy mobile Bearin , o zwiększonej grubości 15 mm i 25 mm	opisać	
5	Wkładka:		
	Wkładka mobile bearing, wykonana z polietylenu wysokiej gęstości	Opisać	
	tylnie stabilizowana wzmocniona	Opisać	
	w grubościach: od 10 mm do 30 mm dla każdego z rozmiarów	Wymienić oferowane grubości	
6	Wkładka zawiasowa:		
	Wkładka mobile bearing, wykonana z polietylenu wysokiej gęstości	Opisać	
	o wzmocnionej konstrukcji poprzez zastosowanie metalowego rdzenia	Opisać	
	w wco najmniej 3 rozmiarach i 4 grubościach w zakresie 12 do 31 mm	Wymienić oferowane rozmiary i grubości	
5.	Kołnierz udowy		
	posiadający porowatą okładzinę	Opisać	
	w rozmiarach: 31 mm, 34 mm, 40 mm, 46 mm	Wymienić oferowane rozmiary	
6.	Kołnierz puszczelowy		
	posiadający porowatą okładzinę	Opisać	
	w rozmiarach M/L: 29 mm, 37 mm, 45 mm, 53 mm, 61 mm	Wymienić oferowane rozmiary	
7	Trzpień przedłużający		
	trzpień uniwersalny bezcementowy w długościach: 75 mm, 115 mm, 150 mm i średnicach od 10 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm	Opisać i wymienić oferowane długości i średnice	
	trzpień cementowy w długościach 30 mm i 60 mm, w dwóch grubościach 13 mm i 15 mm	Opisać i wymienić oferowane grubości	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
8	Adapter udowy		
	adapter udowy 5 stopniowy lub 7 stopniowy	Opisać	
9	Śruba łącznikowa		
	do adaptera, neutralna lub offsetowa +2, -2	Opisać	
10	Podkładki udowe dystalne		
	podkładka wyrównawcza udowa dystalna	Opisać	
	w co najmniej 4 grubościach: 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm	Wymienić oferowane grubości	
11	Podkładki udowe tylne		
	podkładka wyrównawcza udowa tylna	Opisać	
	w 2 grubościach: 4 mm, 8 mm	Wymienić oferowane grubości	
12	Podkładki udowe dystalne		
	podkładka wyrównawcza udowa dystalna	Opisać	
	w co najmniej 2 grubościach: 5 mm, 10 mm	Wymienić oferowane grubości	
13	Podkładki piszczelowe		
	podkładka wyrównawcza piszczelowa	Opisać	
	w co najmniej 3 grubościach: 5 mm, 10 mm lub 15 mm	Wymienić oferowane grubości	
	Pakiet Nr 10 poz. 1 i 2		
1	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium, w tym piły oscylacyjnej i wiertarki (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy. W przypadku gdy instrumentarium posiada elementy zużywalne, które będzie musiał kupować Zamawiający należy ująć te elementy w Formularzu Cenowym podając ich niezbędną ilość, cenę jednostkową i wartość	opisać	
2	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w trzech różnych ośrodkach referencyjnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia dla co najmniej 6 specjalistów	Tak/Nie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty