

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
Pakiet Nr 11 poz. 1 - Pierwotne endoprotezy stawu kolanowego			
1.	Element udowy:		
	anatomiczny (prawy, lewy), jednoosiowy w osi A/P, wykonany ze stopu CoCr, cementowy	opisać	
	w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych	opisać	
	co najmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron	Opisać i wymienić oferowane rozmiary	
	kompatybilny z systemem rewizyjnym	opisać	
2.	Element piszczelowy:		
	modularny, uniwersalny (jednakowy dla strony prawej i lewej), cementowany	opisać	
	w co najmniej 8 rozmiarach	Opisać i wymienić oferowane rozmiary	
3.	Płyta piszczelowa:		
	wykonana w całości z polietylenu	opisać	
	w co najmniej 4 grubościach w zakresie 9 - 16 mm, zarówno w wersji PS jak i CS	Opisać i wymienić oferowane grubości	
4.	Wkładka:		
	wykonana z polietylenu III generacji	Opisać	
	w minimum 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i minimum 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL	wymienić oferowane grubości	
	o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego	Opisać	
	mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie	Opisać	
Pakiet Nr 11 poz. 2 - Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego kłykciowe			
1.	Element udowy:		
	anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, cementowy	opisać	
	w opcji z wycięciem więzadeł krzyżowych z możliwością dokręcenia przedłużki oraz bloczków dystalnych i tylnych oraz augmentów przynasadowych udowych wykonanych z czystego tytanu	opisać	
	w minimum 8 rozmiarach	wymienić oferowane rozmiary	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
2.	Element piszczelowy:		
	modularny, wykonany ze stopu CoCr,	opisać	
	w 8 rozmiarach	Wymienić wszystkie oferowane rozmiary	
	umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych bezcementowych, podkładek wyrównawczych oraz bezcementowych augmentów piszczelowych przynasadowych wykonanych z czystego tytanu	opisać	
3.	Wkładka:		
	Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji	Opisać	
	dodatkowo stabilizowana metalowym bolcem	Opisać	
	w grubościach: od 9 mm do 31 mm dla każdego z rozmiarów	wymienić oferowane grubości	
4	Przedłużony trzpień do elementu udowego		
	uniwersalny, bezcementowy	Opisać	
	w długościach minimum: 100 mm, 150 mm i grubościach od 10 do 23 mm, możliwość	wymienić oferowane długości i grubości	
5.	Przedłużony trzpień do elementu piszczelowego		
	uniwersalny, bezcementowy	Opisać	
	w długościach minimum: 100 mm, 150 mm i grubościach od 10 do 23 mm, możliwość	wymienić oferowane długości i grubości	
6.	Offset udo i piszczel		
	offset udowy i piszczelowy	Opisać	
	w rozmiarach minimum: 2, 4, 6, 8 mm	wymienić oferowane rozmiary	
7.	Podkładki piszczelowe		
	podkładka wyrównawcza piszczelowa	Opisać	
	w co najmniej 2 grubościach: 5 i 10 mm	wymienić oferowane grubości	
8.	Podkładki udowe		
	podkładki wyrównawcze udowe dystalne, w co najmniej 3 grubościach: 5, 10 15 mm	Opisać, wymienić oferowane grubości	
	podkładki wyrównawcze udowe tylne, w co najmniej 2 grubościach: 5, 10 mm	Opisać, wymienić oferowane grubości	
9.	Augmenty przynasadowe piszczelowe		
	augmenty przynasadowe piszczelowe symetryczne lub asymetryczne, wykonane z czystego tytanu, w minimum 5 rozmiarach	Opisać, wymienić oferowane rozmiary	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
10.	Augmenty udowe piszczelowe		
	augmenty przynasadowe udowe symetryczne, wykonane z czystego tytanu, w minimum 12 rozmiarach (po 6 dla stawu kolanowego prawego i 6 dla lewego)	Opisać, wymienić oferowane rozmiary	
	Pakiet Nr 11 poz. 1 i 2		
13.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium, w tym piły oscylacyjnej i wiertarki (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy. W przypadku gdy instrumentarium posiada elementy zużywalne, które będzie musiał kupować Zamawiający należy ująć te elementy w Formularzu Cenowym podając ich niezbędną ilość, cenę jednostkową i wartość	opisać	
14.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w trzech różnych ośrodkach referencyjnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia dla co najmniej 6 specjalistów	Tak/Nie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty