

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
	Pakiet Nr 12 - Endoprotezy stawu kolanowego jednoprzędziałowe		
1.	Część udowa:		
	wykonana ze stopu CoCr	opisać	
	w min. 3 rozmiarach	wymienić oferowane rozmiary	
	z płetwą antyrotacyjną	opisać	
	z anatomicznym tylnym kłykiem	opisać	
2.	Część piszczelowa:		
	wykonana z tytanu lub stopu CoCr	opisać	
	anatomiczna typu "mobile bearing"	opisać	
	w min. 6 rozmiarach	wymienić oferowane rozmiary	
3.	Wkładka		
	polietylenowa, modularna	opisać	
	w min. 5 grubościach	wymienić oferowane grubości	
4.	Implanty i instrumentarium winny umożliwić zakładanie protezy w przedziale przyśrodkowym i bocznym	opisać	
5.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na czas zabiegu, spełniającego następujące wymagania:	opisać	
	do wyboru technika operacyjna: in-lay lub on-lay	opisać	
	cięcie kości piszczelowej i udowej z jednego bloczka	opisać	
	zestaw narzędzi wyposażony w elektryczny shaver do obróbki części udowej	opisać	
	zestaw narzędzi umożliwiający technikę małoinwazyjną	opisać	
	W przypadku gdy instrumentarium posiada elementy zużywalne, które będzie musiał kupować Zamawiający należy ująć te elementy w Formularzu Cenowym podając ich niezbędną ilość, cenę jednostkową i wartość		
6.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty