

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
	Pakiet Nr 13 - Endoprotezy stawu ramiennego		
1.	Trzpień:		
	bezcementowy	opisać	
	wykonany z tytanu	opisać	
	w min. 13 rozmiarach	wymienić oferowane rozmiary	
2.	Elementy urazowe		
	anatomiczne lub odwrócone	opisać	
3.	Głowa:		
	standardowa	opisać	
	w min. 8 rozmiarach w zakresie 40 mm do 54 mm	wymienić oferowane rozmiary	
4.	Adapter:		
	centryczny i niecentryczny	opisać	
	w min. 8 rozmiarach w zakresie 40 mm do 54 mm	wymienić oferowane rozmiary	
5.	Część panewkowa		
	wykonana ze stopu tytanu, pokryta hydroksyapatytem	opisać	
	mocowana bezcementowo	Opisać	
6.	Część panewkowa		
	wykonana z polietylenu	Opisać	
4.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na czas zabiegu. W przypadku gdy instrumentarium posiada elementy zużywalne, które będzie musiał kupować Zamawiający należy ująć te elementy w Formularzu Cenowym podając ich niezbędną ilość, cenę jednostkową i wartość	opisać	
5.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
	Podać informację	Minimalny zakres informacji	Określić
1.	W ofercie możliwość łatwej konwersji na system protezy odwróconej	Opisać	
2.	Trzpień rewizyjny i proresekcyjny	Wymienić	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty