

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
	Pakiet Nr 2 - Bezcementowe endoprotezy stawu biodrowego		
1.	Trzpień:		
	wykonany ze stopu tytanowego i pokryty porowatym tytanem lub nie	opisać	
	anatomiczny oraz anatomiczny modułarny	określić jaki	
	w całości lub w części pokryty hydroksyapatytem	określić na jakiej długości	
	minimum w 7 rozmiarach (po 7 rozmiarów dla każdej ze stron)	wymienić	
2.	Głowa:		
	metalowa i ceramiczna	opisać	
	średnica 28 mm w co najmniej 3 długościach szyjki	wymienić oferowane długości	
	o średnicach: 28 mm, 32 mm, 36 mm	wymienić oferowane średnice	
3.	Panewka:		
	bezcementowa typu press-fit z otworami na śruby fabrycznie zaślepiionymi	opisać	
4.	Wkładka		
	polietylenowa i ceramiczna z centralizerem	opisać	
	z okapem o średnicy wewnętrznej 28 - 36 mm	opisać	
5.	Śruby, jeżeli jest możliwość zaastosowania		
6.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium, w tym piły oscylacyjnej i wiertarki (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania), pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy. W przypadku gdy instrumentarium posiada elementy zużywalne, które będzie musiał kupować Zamawiający należy ująć te elementy w Formularzu Cenowym podając ich niezbędną ilość, cenę jednostkową i wartość	opisać	
7.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w trzech różnych ośrodkach referencyjnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia dla co najmniej 6 specjalistów	Tak/Nie	
	Podać informację	Minimalny zakres informacji	Określić
1.	Czy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrumentarium do minimalnie inwazyjnych zabiegów (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na okres obowiązywania umowy	Tak/Nie	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty