

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
	Pakiet Nr 3 - Bezcementowe endoprotezy stawu biodrowego		
1.	Trzpień:		
	tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, z polerowaną częścią dystalną	opisać	
	anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, konus V40	opisać	
	w 1/3 długości bliższej pokryty hydroksyapatytem	opisać	
	długość w zakresie od 100 mm do 145 mm	wymienić oferowane długości	
	minimum w 8 rozmiarach (po 8 rozmiarów dla każdej ze stron)	wymienić	
2.	Głowa:		
	metalowa	opisać	
	średnice 28 mm i 32 mm	wymienić oferowane średnice	
3.	Panewka:		
	bezcementowa typu Press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym, dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z minimum 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 74 mm	opisać, wymienić oferowane średnice	
	bezcementowa typu Press-fit pokryta hydroksyapatytem, w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz minimum 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 mm	opisać, wymienić oferowane średnice	
4.	Wkładka		
	polietylenowa z polietylenu III generacji, symetryczna lub asymetryczna z możliwością zastosowania wkładki ekscentrycznej dającej co najmniej 6 mm lateralizacji, oraz wkładki typu związanego (constrained) zapobiegającej dyslokacji, wkładki ceramicznej w specjalnym wzmacniającym i ochronnym tytanowym kołnierzu, który zapobiega zjawisku tzw. impingementu.	opisać	
	średnice wewnętrzne wkładki polietylenowej 28 mm i 32 mm, średnice wkładki ceramicznej rosnące od 28 mm do 36 mm	opisać, wymienić średnice	
5.	Śruby, szpilki, obturatory w różnych zestawieniach	opisać	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
6.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium, w tym piły oscylacyjnej i wiertarki (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania), pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy. W przypadku gdy instrumentarium posiada elementy zużywalne, które będzie musiał kupować Zamawiający należy ująć te elementy w Formularzu Cenowym podając ich niezbędną ilość, cenę jednostkową i wartość	opisać	
7.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w trzech różnych ośrodkach referencyjnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia dla co najmniej 6 specjalistów	Tak/Nie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty