

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
	Pakiet Nr 4 - Bezcementowe, krótkotrzeniowe endoprotezy stawu biodrowego		
1	Trzpień:		
	bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny	opisać	
	wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizację oraz osteointegrację	opisać	
	dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny (lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3 oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12	opisać, wymienić oferowane rozmiary	
	długość od 95 do 119 mm, równomierny wzrost trzpieni w w rozmiarze M-L o 1.25 mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami	opisać, wymienić oferowane długości	
	kąt szyjkowy 130°, stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki	opisać	
2	Głowa:		
	metalowa o średnicach od 22 do 40 mm	opisać, wymienić oferowane średnice	
	ceramiczne o średnicach od 28 mm do 36 mm	opisać, wymienić oferowane średnice	
3	Panewka:		
	bezcementowa, tytanowa, z okładziną z porowatego tytanu, sferyczna typu Press-fit	opisać	
	średnica zewnętrzna co najmniej od 38 mm do 66 mm, ze skokiem co 2 mm	wymienić oferowane średnice	
	w zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami	opisać	
	panewki w rozmiarach co najmniej od 44 do 66 mm kompatybilne z wkładkami polietylenowymi i ceramicznymi	opisać	
4	Panewka o zwiększonym współczynniku tarcia:		
	bezcementowa, tytanowa, z porowatą okładziną, pokryta nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizację oraz osteointegrację, sferyczna typu Press-fit	opisać	
	średnica zewnętrzna co najmniej od 44 mm do 66 mm, ze skokiem co 2 mm	wymienić oferowane średnice	
	w zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami	opisać	
	panewki w rozmiarach co najmniej od 44 do 66 mm kompatybilne z wkładkami polietylenowymi i	opisać	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
5	Wkładka		
	wykonana z polietylenu wysokiej gęstości typu "cross link"	opisać	
	z reorientacją środka obrotu głowy o 10 ⁰ oraz lateralizacją środka obrotu głowy o 4 mm	opisać	
	dostępne wkładki neutralne z okapem oraz lateralizacją 4 mm	opisać	
	w zależności od wielkości panewki dostępne różne rodzaje wkładek	opisać	
6	Śruby		
	o grubości 6.5 mm, w różnych długościach	opisać, podać oferowane długości	
7	Zaślepka		
	zaślepka do panewki	opisać	
8	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium, w tym piły oscylacyjnej i wiertarki (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania), pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy. W przypadku gdy instrumentarium posiada elementy zużywalne, które będzie musiał kupować Zamawiający należy ująć te elementy w Formularzu Cenowym podając ich niezbędną ilość, cenę jednostkową i wartość	opisać	
9	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w trzech różnych ośrodkach referencyjnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia dla co najmniej 6 specjalistów	Tak/Nie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty