

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
Pakiet Nr 5 - Endoprotezy przynasadowe stawu biodrowego			
1.	Trzpień:		
	krótki, przynasadowy (cięcie podgłówkowe) - dla młodych pacjentów	opisać	
	wykonany ze stopu tytanu i pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem	opisać	
	w min. 9 rozmiarach	wymienić oferowane rozmiary	
2.	Głowa:		
	metalowa i ceramiczna	opisać	
	metalowa w min. 6 długościach szyjki dla rozmiarów 28 i 32 mm	wymienić oferowane rozmiary i długości	
	ceramiczna biolox delta min. 4 długościach szyjki dla rozmiarów: 28, 32, 36, 40 mm	wymienić oferowane rozmiary i długości	
3.	Panewka		
	bezcementowa, sferyczna lub hemisferyczna, pressfitowa	opisać	
	wykonana ze stopu tytanu i pokryta czystym tytanem lub tytanem i hydroksapatytem	opisać	
	w rozmiarach min. od 44 - 72 mm	wymienić oferowane rozmiary	
	z otworami zaślepiionymi fabrycznie	Opisać	
4.	Wkładka:		
	polietylenowa crosslinkowana z tytanowym pakietem na obwodzie oraz centralizerem zamykającym otwór centralny panewki; w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową	Opisać	
	ceramiczna biolox delta z centralizerem	Opisać	
	przystosowana do średnic głów 28 - 36 mm, w przypadku ceramiki 28-40 mm	Opisać	
5.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium, w tym piły oscylacyjnej i wiertarki (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania), pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy. W przypadku gdy instrumentarium posiada elementy zużywalne, które będzie musiał kupować Zamawiający należy ująć te elementy w Formularzu Cenowym podając ich niezbędną ilość, cenę jednostkową i wartość	opisać	
6.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w trzech różnych ośrodkach referencyjnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia dla co najmniej 6 specjalistów	Tak/Nie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty