

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
	Pakiet Nr 7 - Endoprotezy pierwotne bezcementowe stawu biodrowego z rozwinięciem rewizyjnym		
1	Trzpień pierwotny:		
	modularny prosty, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, posiadający stożek 12/14 mm	opisać	
	w rozmiarach od 115 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 9 mm do 20 mm, stożek 12/14	opisać, wymienić oferowane rozmiary	
	dostępny w wersjach: standardowej kołnierkowej i bezkołnierkowej, high offset, coxa vara kołnierkowej, cementowej oraz dysplastycznej w dwóch rodzajach	opisać	
2	Trzpień rewizyjny:		
	modularny prosty kołnierkowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, posiadający stożek	opisać	
	w minimum 9 rozmiarach w długościach od 180 mm do 230 mm i prostokątnym przekroju poprzecznym	opisać, wymienić oferowane rozmiary	
	dostępny w wersjach: standardowej high offset	opisać	
	w części dystalnej posiadający nacięcia w dwóch projekcjach	opisać	
3	Głowa:		
	metalowa o średnicach minimum od 22 do 40 mm	opisać, wymienić oferowane średnice	
4	Panewka pierwotna:		
	bezcementowa, tytanowa, z okładziną z porowatego tytanu, sferyczna typu Press-fit	opisać	
	średnica zewnętrzna co najmniej od 38 mm do 66 mm, ze skokiem co 2 mm	wymienić oferowane średnice	
	w zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami	opisać	
	panewki w rozmiarach co najmniej od 44 do 66 mm kompatybilne z wkładkami polietylenowymi i ceramicznymi	opisać	
5	Panewka o zwiększonym współczynniku tarcia:		
	bezcementowa, tytanowa, z porowatą okładziną, pokryta nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizację oraz osteointegrację, sferyczna typu Press-fit	opisać	
	średnica zewnętrzna co najmniej od 44 mm do 66 mm, ze skokiem co 2 mm	wymienić oferowane średnice	
	w zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami	opisać	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
7	Panewka rewizyjna:		
	bezcementowa, hemisferyczna wielootworowa, z dodatkowymi otworami na obwodzie	opisać	
	w rozmiarach co najmniej od 54 mm do 80 mm	wymienić oferowane rozmiary	
	system umożliwiający zastosowanie panewek o pogłębionym profilu dającym offset 4 mm - 6 mm w rozmiarach minimum 54 mm do 72 mm	opisać, wymienić rozmiary	
8	Wkładka polietylenowa		
	wykonana z polietylenu wysokiej gęstości typu "cross link"	opisać	
	z reorientacją środka obrotu głowy o 10° oraz lateralizacją środka obrotu głowy o 4 mm	opisać	
	dostępne wkładki neutralne z okapem oraz lateralizacją 4 mm	opisać	
	w zależności od wielkości panewki dostępne różne rodzaje wkładek	opisać	
9	Wkładka polietylenowa związana		
	w dwóch wersjach: z reorientacją środka obrotu głowy o 10° oraz lateralizacją środka obrotu głowy o 4 mm, oraz lateralizacją 4 mm	opisać	
10	Zaślepka		
	zaślepka do panewki	opisać	
11	Śruby		
	o grubości 6.5 mm, w różnych długościach	opisać, podać oferowane długości	
12	Śruby peryferyjne		
	do panewki rewizyjnej, grubość 5,0 mm, , w różnych długościach	opisać, podać oferowane długości	
13	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium, w tym piły oscylacyjnej i wiertarki (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania), pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy. W przypadku gdy instrumentarium posiada elementy zużywalne, które będzie musiał kupować Zamawiający należy ująć te elementy w Formularzu Cenowym podając ich niezbędną ilość, cenę jednostkową i wartość	opisać	
14	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w trzech różnych ośrodkach referencyjnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia dla co najmniej 6 specjalistów	Tak/Nie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty