

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
Pakiet Nr 9 - Endoprotezy stawu kolanowego kłykciowe			
1	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy), jednoosiowy, cementowany, w co najmniej 9 rozmiarach; w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych	Opisać, wymienić oferowane rozmiary	
2	Element piszczelowy modułarny, wykonany ze stopu tytanowego lub kobaltowo-chromowego, cementowany, w co najmniej 8 rozmiarach	Opisać, wymienić oferowane rozmiary	
3	Wkładka modułarna	Tak/Nie	
4	Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości	Opisać	
5	Wkładka w min. 5 grubościach od minimum 8 mm	Wymienić oferowane grubości	
6	Wkładka mocowana zatraskowo na całym obwodzie, dodatkowe antyrotacyjne zabezpieczenie	Opisać	
7	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium, (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy. W przypadku gdy instrumentarium posiada elementy zużywalne, które będzie musiał kupować Zamawiający należy ująć te elementy w Formularzu Cenowym podając ich niezbędną ilość, cenę jednostkową i wartość	opisać	
8	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty