



Znak: AE/ZP-27-41/16

Tarnów, 2016-05-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych w ilości 20 sztuk, pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych w ilości 8 sztuk oraz pomp infuzyjnych przepływowych w ilości 6 sztuk.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

- 1. Dotyczy pkt. 5 Załącznik Nr 7** – Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną strzykawkową posiadającą klawiaturę symboliczną?
- 2. Dotyczy pkt. 16 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną strzykawkową z możliwością programowania prędkości podaży w zakresie od 0,1 do 1200 ml/h?
- 3. Dotyczy pkt. 24 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną strzykawkową, która zamiast funkcji STAND-BY posiada funkcję programowanej pauzy z możliwością automatycznego wznowienia infuzji po czasie jej zakończenia?
- 4. Dotyczy pkt. 28 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną strzykawkową posiadającą wewnętrzną listę leków z możliwością dopisywania nazw leków przez użytkownika za pomocą komputera?
- 5. Dotyczy pkt. 29 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną strzykawkową posiadającą historię infuzji i zdarzeń na 1500 zdarzeń zapisywanych w czasie rzeczywistym?
- 6. Dotyczy pkt. 73 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę przepływową z klawiaturą symboliczną?
- 7. Dotyczy pkt. 76 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę przepływową, która pracuje na akumulatorze 8 godzin przy przepływie 125 ml/h?
- 8. Dotyczy pkt. 85 Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę przepływową, która posiada rejestr na 1500 zdarzeń zapisywanych w czasie rzeczywistym.
- 9. Dotyczy pkt. 86 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę przepływową, która zamiast funkcji STAND-BY posiada funkcję programowanej pauzy z możliwością automatycznego wznowienia infuzji po czasie jej zakończenia?
- 10. Dotyczy Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy nowe nie używane wyprodukowane w 2015 roku?
- 11. Dotyczy Załącznik Nr 7** - Czy zamawiający mając na uwadze zasadę konkurencyjności i prawo zamówień publicznych wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje postępowania? Czyli I pompy infuzyjne strzykawkowe 20 sztuk. II pompy infuzyjne dwustrzykawkowe 8 sztuk oraz III pompy infuzyjne przepływowe 6 sztuk.

- 12. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy pkt. XV SIWZ** - Czy Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego (zgodnie z wymogiem lp.108 Parametry „Załącznik Nr 7”) w przypadku przedłużającej się naprawy urządzenia?
- 13. Dotyczy pkt. 7 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści czas pracy z akumulatora wynoszący 6 godzin?
- 14. Dotyczy pkt. 16 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści pompę z programowaniem prędkości podaży w zakresie 0,1 do 1500 ml/h?
- 15. Dotyczy pkt. 20 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści pompę bez funkcji opisanej w tym punkcie?
- 16. Dotyczy pkt. 23 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści pompę z zaprogramowanymi na stałe trzema programami ciśnienia okluzji?
- 17. Dotyczy pkt. 26 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści pompę komunikującą się w języku angielskim?
- 18. Dotyczy pkt. 28 Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści pompę z wewnętrzną listą leków bez możliwości jej rozszerzenia bądź dopisywania?
- 19. Dotyczy pkt. 29 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści pompę z zapisem historii infuzji i zdarzeń w ilości 1500?
- 20. Dotyczy pkt. 40 Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści pompę z zabezpieczeniem IPX1?
- 21. Dotyczy pkt. 42 Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści czas pracy z akumulatora wynoszący 2 godziny?
- 22. Dotyczy pkt. 51 Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści pompę z programowaniem prędkości podaży w zakresie 0,1 do 1500 ml/h?
- 23. Dotyczy pkt. 57 Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści pompę bez funkcji opisanej w tym punkcie?
- 24. Dotyczy pkt. 58 Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści pompę z zaprogramowanymi na stałe trzema programami ciśnienia okluzji?
- 25. Dotyczy pkt. 61 Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści pompę komunikującą się w języku angielskim?
- 26. Dotyczy pkt. 69 Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści pompę z wewnętrzną listą leków bez możliwości jej rozszerzenia bądź dopisywania?
- 27. Dotyczy pkt. 70 Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści pompę z zapisem historii infuzji i zdarzeń w ilości 1500?
- 28. Dotyczy pkt. 72 Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści pompę z zabezpieczeniem IPX1?
- 29. Dotyczy pkt. 76 Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści czas pracy z akumulatora wynoszący 2 godziny?
- 30. Dotyczy pkt. 81 Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści pompę komunikującą się w języku angielskim?
- 31. Dotyczy pkt. 85 Załącznik Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści pompę z zapisem historii infuzji i zdarzeń w ilości 1500?
- 32. Dotyczy pkt.90 Załącznik Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści pompę z zaprogramowanymi na stałe trzema programami ciśnienia okluzji?

33. Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 1 – pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych.

34. Prosimy o zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 9 tygodni w przypadku sytuacji niezależnej od dostawcy.

35. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy jednostrzykawkowe, różniące się względem SIWZ następującymi parametrami:

- a) klasa szczelności IPX1,
- b) klawiatura z klawiszami funkcyjnymi-bez klawiszy numerycznych,
- c) czas pracy na akumulatorze – 4 godz., przy prędkości 5 ml/godz.,
- d) możliwość mocowania strzykawek o objętościach: 20, 30 i 50/60 ml,
- e) programowanie prędkości podaży do 1200 ml/godz.,
- f) zmiana parametrów infuzji wymaga chwilowego wstrzymania podaży- szybkie wznowienie infuzji po jednokrotnym wciśnięciu przycisku,
- g) możliwość określania dawkowania z uwzględnieniem masy ciała, w jednostkach: $\mu\text{g/kg/min}$, mg/kg/godz.
- h) bez listy leków, historii infuzji/zdarzeń oraz bez możliwości programowania nazwy oddziału
- i) dawka bolus podawana w sposób manualny, bez programowania jej parametrów
- j) oznaczenia na obudowie i wyświetlaczu w języku angielskim
- k) głośność alarmu ustawiona fabrycznie na stałym poziomie

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi

Ad. 1

Zamawiający w pkt. 5 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający w pkt. 16 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający w pkt. 24 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.4

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w pkt. 28 Załącznika Nr 7 pompy infuzyjnej strzykawkowej posiadającej wewnętrzną listę leków z możliwością dopisywania nazw leków przez użytkownika za pomocą komputera.

Ad. 5

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w pkt. 29 Załącznik Nr 7 pompy infuzyjnej strzykawkowej posiadającej historię infuzji i zdarzeń na 1500 zdarzeń zapisywanych w czasie rzeczywistym.

Ad. 6

Zamawiający w pkt. 73 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.7

Zamawiający w pkt. 76 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 8

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w pkt. 85 Załącznika Nr 7 pompy przepływowej która posiada rejestr na 1500 zdarzeń zapisywanych w czasie rzeczywistym.

Ad.9

Zamawiający w pkt. 86 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.10

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje.

Ad. 12

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Ad. 13

Zamawiający w pkt. 7 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.14

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w pkt. 16 Załącznika Nr 7 pompy z programowaniem prędkości podaży w zakresie 0,1 do 1500 ml/h.

Ad. 15

Zamawiający w pkt. 20 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 16

Zamawiający w pkt. 23 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 17

Zamawiający w pkt. 26 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 18

Zamawiający w pkt. 28 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 19

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w pkt. 29 Załącznika Nr 7 pompy z zapisem historii infuzji i zdarzeń w ilości 1500.

Ad. 20

Zamawiający w pkt. 40 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 21

Zamawiający w pkt. 42 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 22

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w pkt. 51 Załącznika Nr 7 pompy z programowaniem prędkości podaży w zakresie 0,1 do 1500 ml/h.

Ad. 23

Zamawiający w pkt. 57 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ

Ad. 24

Zamawiający w pkt. 58 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ

Ad. 25

Zamawiający w pkt. 61 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ

Ad. 26

Zamawiający w pkt. 69 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ

Ad. 27

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w pkt. 70 Załącznika Nr 7 pompy z zapisem historii infuzji i zdarzeń w ilości 1500.

Ad. 28

Zamawiający w pkt 72 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 29

Zamawiający w pkt 76 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 30

Zamawiający w pkt 81 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 31

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt 85 Załącznika Nr 7 pompy z zapisem historii infuzji i zdarzeń w ilości 1500.

Ad. 32

Zamawiający w pkt. 90 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 33

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych.

Ad. 34

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 35

- a) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- b) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- c) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- d) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- e) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- f) Zamawiający dopuści również zaoferowanie pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych w których zmiana parametrów infuzji wymaga chwilowego wstrzymania podaży- szybkie wznowienie infuzji po jednokrotnym wciśnięciu przycisku.
- g) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- h) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- i) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- j) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- k) Zamawiający dopuści również zaoferowanie pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, w których głośność alarmu ustawiona jest fabrycznie na stałym poziomie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a