



Znak: AE/ZP-27-45/16

Tarnów, 2016-05-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę aparatu rentgenowskiego zdalnie sterowanego typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz automatycznego duplikatora do DVD/CD do nagrywania obrazów na płytę dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy pkt. 1 Warunki ogólne Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z lampą innego producenta?
2. Dotyczy pkt. 6 Wymagania szczegółowe Załącznik Nr 7 - Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z pozycjonowaniem stołu (sterowanie wszystkich ruchów) bezpośrednio z pulpitu przy ścianie oraz konsoli w sterowni przy użyciu panelu sterowania posiadającego ergonomiczne, łatwe w użyciu przyciski?
3. Dotyczy pkt. 6 Wymagania szczegółowe Załącznik Nr 7 - Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z kolimatorem z LEDowym oświetlaczem pola promieniowania?
4. Dotyczy pkt. 12 Wymagania szczegółowe Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając generatora o częstotliwości 40 kHz?
5. Dotyczy pkt. 14 Wymagania szczegółowe Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z generatorem z prądem fluoroskopii 0,5-20 mA?
6. Dotyczy pkt. 14 Wymagania szczegółowe Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający będzie wymagał maksymalnego prądu fluoroskopii minimum 15 mA, umożliwiając tym samym precyzyjne wykonanie prześwietlenia u pacjentów o większych gabarytach?
7. Dotyczy pkt. 22 Wymagania szczegółowe Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z filtrami zmienianymi automatycznie poprzez manipulacje na pulpicie sterowniczym, a więc nie wymagających montażu i demontażu?
8. Dotyczy Rozdział I „Informacja Ogólna” SIWZ – W Rozdziale I podano: „Wykonawca...dostarczy Zamawiającemu...dokumentację techniczną zawierającą: projekt i opis osłon radiologicznych zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego”. Natomiast w Rozdziale I Informacji ogólnej podano: „Termin realizacji: jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ - do 60 dni od daty podpisania umowy”. Dla kompleksowego wykonania zamówienia, w skład którego wchodzi jak podano „projekt i opis osłon radiologicznych zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego” wnioskujemy o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Zamówienia do 74 dni z uwagi na to, że Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ma ustawowo termin 30 dni dla wydania opinii o przedłużonym projekcie stałych osłon radiologicznych.
9. Dotyczy ppkt. 2.2 Rozdział IV „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” SIWZ – W Rozdziale IV podano: „...Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej 1 dostawę o kodzie CPV zgodnym z kodem CPV podanym w ogłoszeniu o zamówieniu tj.

33.11.0000 o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN”. Istniejące kody CPV z początkowym oznaczeniem liczbowym 3311 to:

- 33110000-4 - Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
 - 33111000-1 - Aparatura rentgenowska
 - 33111100-2 - Stoły rentgenowskie
 - 33111200-3 - Rentgenowskie stacje robocze
 - 33111300-4 - Rentgenowskie urządzenia przetwarzające
 - 33111400-5 - Urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej
 - 33111500-6 - Stomatologiczne aparaty rentgenowskie
- 33111600-7 - Urządzenia radiograficzne
 - 33111610-0 - Jednostki rezonansu magnetycznego
 - 33111620-3 - Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma
 - 33111640-9 - Termografy
 - 33111650-2 - Urządzenia do mammografii
 - 33111660-5 - Denzytometry do pomiaru gęstości kości
- 33111700-8 - Pomieszczenia do angiografii
 - 33111710-1 - Wyroby do angiografii
 - 33111720-4 - Urządzenia do angiografii
 - 33111721-1 - Cyfrowe urządzenia do angiografii
 - 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki
 - 33111740-0 - Urządzenia do angioplastyki
 - 33111800-9 - Diagnostyczny system rentgenowski
- 33112000-8 - Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski
- 33113000-5 - Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
- 33114000-2 - Urządzenia do spektroskopii
- 33115000-9 - Urządzenia do tomografii

Podany przez Zamawiającego kod CPV 33.11.0000 nie istnieje. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zmianę kodu CPV na 33111000-1 - Aparatura rentgenowska.

10. Dotyczy pkt. 4 Rozdział VII „Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty” SIWZ - W Rozdziale VII podano: „O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej”. Poszczególni członkowie komisji nie mają subiektywnego wpływu na przyznawanie punktów oceny ofert ponieważ ocena odbywa się obiektywnie według sposobu oceny podanego w SIWZ w rozdziale VI. Kryteria oceny ofert. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zmianę w/w opisu na następujący: „O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie według sposobu oceny ofert podanego w SIWZ w rozdziale VI. Kryteria oceny ofert”.

11. Dotyczy pkt. 2 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano „Wykonawca zdemontuje aparat rentgenowski w sposób umożliwiający jego przeniesienie przez drzwi w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego, przy czym drobne elementy i kable Wykonawca zapakuje w dostarczone przez Wykonawcę opakowania”.

Aby ocenić koszt demontażu aparatu RTG Siregraph CF produkcji Siemens stanowiącego własność Zamawiającego wnosimy o informację:

a) na czym polega przeniesienie aparatu przez drzwi?

b) czy wykonawca ma zdemontować w dowolny sposób aparat tak by wszystkie jego części zostały przeniesione przez drzwi?

- c) czy aparat będzie przeznaczony do montażu w innym miejscu czy też utylizowany?
 d) jaka jest odległość do przeniesienia aparatu na terenie siedziby Zamawiającego (proszę podać w metrach)?

12. Dotyczy pkt. 4 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano „Wymagane jest również wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim oraz dokumentacji technicznej zaoferowanego aparatu rentgenowskiego”.

W okresie gwarancji dokumentacja techniczna jest własnością producenta i jego polskiego dystrybutora, który wykonuje procedury gwarancyjne i nie może być przekazana użytkownikowi. Zamawiający punktuje okres gwarancji, a więc oczekuje jego najdłuższego okresu działań autoryzowanego serwisu producenta w tym czasie, które nie wymagają posiadania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zrezygnowanie z wymagania dostarczenia dokumentacji technicznej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

13. Dotyczy pkt. 12 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt przez wykwalifikowanego pracownika, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 3 dni robocze ... jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych ... jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.13, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy... na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji”.

W przytoczonym opisie wymaga się by naprawa została dokonana przez wykwalifikowanego pracownika Wykonawcy. Dodatkowo przepisy certyfikacji jakości usług medycznych świadczonych przez Zamawiającego wymagają by serwis sprzętu medycznego wykonywany był przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Zatem zastrzeżenie Zamawiającego do prawa zlecenia osobie trzeciej („złotej ręczce”) usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy jest obarczone ryzykiem utraty jakości i parametrów użytkowych sprzętu przez to jest niedopuszczalne. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i usunięcie tekstu „- oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.13, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy... na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji”.

14. Dotyczy pkt. 13 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano „W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:

- żądania wymiany przez Wykonawcę całego urządzenia lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt.12,
- żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt.12,
- żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania całego urządzenia lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 12,
- powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego



elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim

- e) żądania obniżenia wynagrodzenia
- f) odstąpienia od umowy, co traktowane będzie jako okoliczność obciążająca Wykonawcę”.

Żaden producent urządzenia stacjonarnego jakim jest aparat RTG, montowanego na stałe do podłogi gabinetu rtg, nie przewiduje wymiany całego takiego urządzenia na nowe i naprawia je do skutku z karami umownymi za przekroczenie terminu naprawy. Tak samo nie jest możliwe powierzenie osobom trzecim usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy. Nie jest możliwe także odstąpienie od umowy na zasadach rękojmi konsumenckiej. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i:

- usunięcie zwrotów „całego urządzenia” w pkt. a i c,
- usunięcie pkt. d, e i f.

15. Dotyczy pkt. 16 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 20 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- e) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego przedmiotu umowy, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego przedmiotu umowy, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,
 - usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru nowego przedmiotu umowy w okresie gwarancji/rękojmi, w przypadku, o którym mowa w pkt.13 a), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia”.

Wymienione kary umowne są nadzwyczaj wygórowane. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i ich zmniejszenie do następujących wartości:

- w pkt. a do 0,20 %,
- w pkt. b do 5,0 %,
- w pkt. c do 10,0 %,
- w pkt. e do 0,10%,

oraz usunięcie zwrotu „nowego przedmiotu umowy” i tekstu „usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru nowego przedmiotu umowy w okresie gwarancji/rękojmi, w przypadku, o którym mowa w pkt.13 a), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”.

16. Dotyczy pkt. 18 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano: „Za każdy kalendarzowy dzień przestoju aparatu rentgenowskiego lub duplikatora powyżej 7 dni

roboczych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu rekompensatę za poniesione straty w wysokości 1000 zł brutto”. Wykonawca obciążony jest już karą umowną za każdy dzień przestoju sprzętu przez zwłokę w dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi. Wyżej wymieniona rekompensata jest bezprawnym podwójnym karaniem Wykonawcy za to samo uchybienie. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zrezygnowanie z w/w rekompensaty.

17. Dotyczy pkt. 19 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano: „Płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem w terminie dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego”. Natomiast w „Formularzu oferty” podano: „Termin zapłaty od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu - . . . dni (nie krótszy niż 30 dni)”. Oba zapisy powinny być zgodne. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dodanie w pozycji 19 po słowie „dni” zwrotu; „(nie krótszy niż 30 dni)”.

18. Dotyczy pkt. 21 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych”. Zamawiającemu za niewykonanie zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, które jest tożsame z odstąpieniem od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przysługuje już kara umowna z pozycji 16 c. Możliwość zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową z powodu nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy jest niespotykaną praktyką w obrocie handlowym. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i usunięcie pozycji 21.

19. Dotyczy pkt. 21 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano : „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli:

- a) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy”.

Termin 5 dni podany pozycji 21a jest bardzo drastyczny. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wydłużenie go do 14 dni. Przedmiot umowy jest całkowicie określony i opisany w SIWZ i w umowie. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wykreślenie zwrotu: „lub wymaganiami Zamawiającego”.

20. Dotyczy pkt. 1 – „Wymagania szczegółowe” Załącznik Nr 7 –W pkt. 1 podano: „Stół o płaskim blacie i dopuszczalnym obciążeniu min. 150 kg, wyposażony w uchwyty dla dłoni pacjenta o regulowanym położeniu oraz podnózek”.

Dla prawidłowej diagnostyki rtg potrzebny jest także pas uciskowy, mocujący pacjenta na blacie stołu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wymaganie pasa uciskowego.

21. Dotyczy pkt. 4 „Warunki ogólne” Załącznik Nr 7- W pkt. 4 podano: „Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumentację techniczną zaoferowanego aparatu rentgenowskiego”.

W okresie gwarancji dokumentacja techniczna jest własnością producenta i jego polskiego dystrybutora, który wykonuje procedury gwarancyjne i nie może być przekazana użytkownikowi. Zamawiający punktuje okres gwarancji, a więc oczekuje jak najdłuższych działań autoryzowanego serwisu producenta, które nie wymagają posiadania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zrezygnowanie

z wymagania dostarczenia dokumentacji technicznej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

22. Dotyczy pkt. 3 „Wymagania szczegółowe” Załącznik Nr 7- W pkt. 3 podano: „Elektrycznie regulowana wysokość blatu stołu z min. wysokością w pozycji poziomej ≤ 75 cm”.

Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji w którym minimalna wysokość blatu stołu w pozycji poziomej wynosi 76 cm. Tak niewielka zmiana pozostaje bez wpływu na funkcje diagnostyczne, trafność diagnostyczną, ochronę pacjenta przed szkodliwym działaniem promieniowania rtg czy na wygodę i jakość pracy personelu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej wartości wysokości blatu stołu w pozycji poziomej.

23. Dotyczy pkt. 4 „Wymagania szczegółowe” Załącznik Nr 7 – W pkt. 4 podano: „Kolumna lampy mechanicznie zintegrowana ze stołem dając zakres badania wzdłużnego min. 120 cm”. Tak określony zakres jest nie precyzyjny. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i podanie:

- czy jest to tylko ruch wzdłużny kołpaka rtg ?
- czy jest to suma ruchu wzdłużnego kołpaka rtg i średnicy pola wejściowego wzmacniacza obrazu rtg wymaganego w pozycji 26 wymagania szczegółowe?
- czy jest to suma ruchu wzdłużnego kołpaka rtg i największego wymiaru formatu kaset wymaganego w pozycji 7 wymagania szczegółowe.

24. Dotyczy pkt. 6 „Wymagania szczegółowe” Załącznik Nr 7 – W pkt. 6 podano: „Pozycjonowanie stołu (sterowanie wszystkich ruchów) bezpośrednio z pulpitu przy ścianie oraz z konsoli w sterowni przy użyciu wyłącznie jednego manipulatora (sterownika) lub jednego joystica”.

Nie ma takiej ścianki zdalnie sterowanej (telekomando), której konsola w sterowni umożliwia sterowanie jednym manipulatorem lub joystickiem wszystkich ruchomych elementów stołu diagnostycznego przez następujące ruchy:

- pochylenie stołu do pionu, poziomu i pozycji Trendelenburga,
- podnoszenie / opuszczanie blatu stołu,
- przemieszczanie kolumny z kołpakiem i seriografu ze wzmacniaczem obrazu wzdłuż blatu stołu,
- poprzeczne przesuwanie blatu stołu,
- pochylenie kołpaka do projekcji skośnych,
- zmiana rozwarcia przesłon prostokątnych i irysowych (kołowych) kolimatora rtg,
- przesuwanie uciskacza do i od pacjenta (także do pozycji magazynowej poza wiązką rtg).
- zmiana odległości ognisko lampy rtg od powierzchni wejściowej kasety rtg w seriografie.

Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający dla spełnienia wymagania dopuszcza aktywowanie i manipulowanie wszystkich w/w ruchów z jednego sterownika konsoli lub wykonywanie pochylenia stołu do pionu, poziomu i pozycji Trendelenburga oraz podnoszenia / opuszczania blatu stołu za pomocą jednego joystica.

25. Dotyczy pkt. 14 „Wymagania szczegółowe” Załącznik Nr 7- W pkt. 14 podano: „Minimalne zakresy: napięcie we fluoroskopii pomiędzy 50 kV a 110 kV i prądów we fluoroskopii 0,2 mA - 12 mA”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji w którym prąd fluoroskopii wynosi 0,5 mA - 10 mA. Tak niewielka zmiana pozostaje bez wpływu na funkcje diagnostyczne, trafność diagnostyczną, ochronę pacjenta przed szkodliwym działaniem promieniowania rtg czy na jakość pracy personelu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie prądu 0,5mA fluoroskopii, górna granica bez zmian.

26. Dotyczy pkt.19 „Wymagania szczegółowe” Załącznik Nr 7 – W pkt. 19 podano: „Pojemność cieplna anody min. 400 kHU”. Wymaganie pojemności cieplnej anody 400 kHU jest wygórowane. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie pojemności cieplnej anody 300 kHU.

27. Dotyczy pkt.30 „Wymagania szczegółowe” Załącznik Nr 7 – W pozycji 30

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE podano:

„Automatyczny duplikator DVD/CD wraz z niezbędnymi licencjami jego pełną integracją z działającymi w siedzibie Zamawiającego systemami komputerowymi obsługującymi Dział Diagnostyki Obrazowej. Szpital obecnie w Dziale Diagnostyki Obrazowej posiada oprogramowanie:

Program do pracowni diagnostycznej:

Esaprojekt/Comarch - Optimed Crid 3.1.1.17

System PACS: Synektik - ArPACS 2.145.0.1

Program do nagrywania płyt: Synektik -ArPACS WYN BurnMonitor wersja 4.0.52

Duplikator spełnia co najmniej następujące wymagania;

- pojemność 100 płyt
- obciążalność nagrywania 20 tys płyt rocznie
- wbudowane dwie nagrywarki DVD/CD
- automat przekładający płyty
- oddzielny tusz czarny i kolorowy
- interfejs USB 2.0
- daje możliwość umieszczania informacji o pacjencie i badaniu jako nadruk na płycie
- możliwość tworzenia czarnych nadruków mimo braku kolorowego tuszu w pojemniku
- nagrywa płyty DVD/CD ze zdjęciami i badaniami wraz z przeglądarką umożliwiającą ich odtworzenie na dowolnym komputerze PC
- pozwala na nagrywanie płyt od dowolnego producenta”

Na pytanie 1 Wykonawcy z dn. 19.04.16 o treści: „Jakiej dokładnie funkcjonalności oczekuje Zamawiający po wykonaniu pełnej integracji duplikatora z posiadanym oprogramowaniem?”, Zamawiający odpowiedział: „Przez pełną integrację duplikatora z posiadanym oprogramowaniem Zamawiający rozumie takie skonfigurowanie duplikatora, które umożliwia wypalanie płyt CD/DVD na każdym komputerze znajdującym się w pracowniach Działu Diagnostyki Obrazowej przy użyciu zainstalowanego na w/w komputerach oprogramowania”.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej i uzyskanych wówczas ustnych wyjaśnień Zamawiającego wynika, że nowy duplikator zastąpi istniejący duplikator, który współpracuje już z System PACS: Synektik - ArPACS 2.145.0.1 i System RISS: Esaprojekt/Comarch - Optimed Crid 3.1.1.17 oraz z programem do nagrywania płyt: Synektik -ArPACS WYN BurnMonitor wersja 4.0.52.

Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że przy wymianie duplikatora nie są potrzebne licencje DICOM PACS i RIS dla nowego duplikatora ani żadne inne prace związane z serwerem ArPACS i jego bazą danych.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada lampę rentgenowską innego producenta niż ścianka rentgenowska i generator.

Ad.2

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada pozycjonowanie stołu (sterowanie wszystkich ruchów) bezpośrednio z pulpitu przy ścianie oraz konsoli w sterowni przy użyciu panelu sterowania posiadającego ergonomiczne, łatwe w użyciu przyciski.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad.3

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada kolimator z LEDowym oświetlaczem pola promieniowania, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w pkt.12 „Wymagań szczegółowych” Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.5

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada generator z prądem fluoroskopii 0,5-20 mA.

Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w pkt.14 „Wymagań szczegółowych” Załącznika Nr 7 do SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.5

Ad.7

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada filtry zmieniane automatycznie poprzez manipulacje na pulpicie sterowniczym, nie wymagające montażu i demontażu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 8

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.I SIWZ o treści:

„... Termin realizacji:

- jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ - **do 60 dni od daty podpisania umowy,....”**

zmienia na zapis o treści:

„... Termin realizacji:

- jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ - **do 74 dni od daty podpisania umowy,....”**

2/ zapis w pkt.XV.1 SIWZ o treści:

- „1. Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz jego instalacja i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu (pomieszczenie nr 7 – „Rysunek techniczny” – Załącznik Nr 9 do SIWZ) - **do 60 dni od daty podpisania umowy**. Dostawa przedmiotu zamówienia winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do Działu Diagnostyki Obrazowej na terenie siedziby Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

- „1. Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz jego instalacja i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu (pomieszczenie nr 7 – „Rysunek techniczny” – Załącznik Nr 9 do SIWZ) - **do 74 dni od daty podpisania umowy**. Dostawa przedmiotu zamówienia winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do Działu Diagnostyki Obrazowej na terenie siedziby Zamawiającego.”

3/ zapis w pkt.XV.5 SIWZ o treści:

„5. Wykonawca zrealizuje:

- jednorazową dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ - **do 60 dni od daty podpisania umowy, ...**

zmienia na zapis o treści:

„5. Wykonawca zrealizuje:



- jednorazową dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ - **do 74 dni od daty podpisania umowy, ...**

Ad. 9

Zamawiający informuje, iż w pkt. IV.2.2.SIWZ określił wymóg załączenia przez Wykonawców do oferty wykazu, który będzie zawierał co najmniej 1 dostawę o kodzie CPV zgodnym z kodem CPV podanym w ogłoszeniu o zamówieniu tj. 33.11.0000 o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN. Kod CPV podany przez Zamawiającego w SIWZ zawiera tyle znaków, ile może zawierać kod CPV podany w ogłoszeniu (bez rozwinięcia dotyczącego ostatniej cyfry kodu). Tym samym Zamawiający uzna, że warunek określony w pkt.IV.2.2 został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz, który będzie zawierał co najmniej 1 dostawę o kodzie CPV zgodnym z kodem CPV podanym w ogłoszeniu o zamówieniu tj. 33.11.0000 czyli dostawę takiego urządzenia, którego cztery pierwsze liczby kodu CPV to 3311.

Ad. 10

Zamawiający informuje, iż wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w pkt.VI SIWZ oraz na zasadach i w trybie opisanym w pkt.VII SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt.VII.3 SIWZ każdy z członków komisji ocenia każdą ofertę przyznając jej punkty według wzorów określonych w pkt.VI.1-VI.3 SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej. Tym samym nie ma możliwości dokonania subiektywnej oceny przez członków komisji, gdyż każdy z nich musi dokonać oceny zgodnie z zapisem ujętym w pkt.VII.3 SIWZ.

Ad. 11

a) Zamawiający informuje, że przeniesienie aparatu RTG przez drzwi polega na takim jego użytkowym zdemontowaniu, które umożliwi przeniesienie wszystkich jego elementów przez wszystkie otwory drzwiowe na drodze transportowej do miejsca składowania bez narażenia ich na uszkodzenia.

b) Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogiem Zamawiającego określonym w pkt I SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż użytkowy aparatu rentgenowskiego Siregraph CF producent Siemens stanowiącego własność Zamawiającego, zamontowanego obecnie w pomieszczeniu, w którym po jego demontażu zamontowany zostanie zaoferowany przez Wykonawcę aparat rentgenowski. Wykonawca zdemontuje aparat rentgenowski w sposób umożliwiający jego przeniesienie przez drzwi w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego, przy czym drobne elementy i kable Wykonawca zapakuje w dostarczone przez Wykonawcę opakowania.

c) Zamawiający informuje, że zdemontowany aparat RTG zostanie przeniesiony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego i tam składowany.

d) Odległości od pomieszczenia, w którym obecnie znajduje się aparat RTG i w którym Wykonawca dokona jego demontażu użytkowego do miejsca jego składowania wynosi ok.300 m.

Ad. 12 – Ad. 16 i Ad. 18

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 17

Zamawiający informuje, iż zapis w pkt.XV.19 SIWZ to zapis, który na etapie podpisywania umowy zostanie przez Zamawiającego uzupełniony o taką ilość dni, jaką zaoferuje wybrany Wykonawca w pkt.III.1 załączonego do oferty Formularza Ofertowego, jednak nie będzie to mniej niż 30 dni.

Ad. 19

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy” w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę w pytaniu. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XV.21 b) SIWZ o treści:

„21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli :

b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy”

zmienia na zapis o treści:

„21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli :

b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy, w terminie 30 dni od stwierdzenia okoliczności będącej podstawą do odstąpienia”

Ad. 20

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w pkt.1 „Wymagań szczegółowych” Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad. 21

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w pkt.4 „Wymagań ogólnych” Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Ad.22

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada elektrycznie regulowaną wysokość blatu stołu z min. wysokością w pozycji poziomej 76 cm.

Ad. 23

Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania takiego aparatu RTG, który umożliwi wykonanie badania w zakresie pola widzenia operatora sięgającego min. 120 cm.

Ad. 24

Zamawiający informuje, iż wymaga by uruchomienie każdej funkcjonalności nie wymagało użycia jednocześnie więcej niż jednego manipulatora lub joysticka bez względu na ilość manipulatorów lub joysticków na konsoli.

Ad.25

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada generator z prądem fluoroskopii 0,5-12 mA.

Ad.26

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada pojemność cieplną anody 300 kWh.

Ad.27

Zamawiający potwierdza, że zaoferowany przez Wykonawcę duplikator ma zastąpić już działający u Zamawiającego duplikator. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy pkt.30 Załącznika Nr 7 do SIWZ oraz odpowiedzi Ad.1 z dnia 19.04.2016r.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad 8 i Ad.19 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 02.06.2016r. godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 02.06.2016r. godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1, XI.1, XV oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

