.....

Znak: AE/ZP-27-45/16 Tarnów, 2016-05-18

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę aparatu rentgenowskiego zdalnie sterowanego typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz automatcznego duplikatora do DVD/CD do nagrywania obrazów na płytę.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

1. Dotyczy pkt. 14 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu aparatu RTG z zakresem prądów we fluoroskopii pomiędzy 0,5-5 mA?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w pkt. 14 Załącznika Nr 7 nie dopuszcza aparatu RTG z zakresem prądów we fluoroskopii 0,5-5 mA.

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a