



Znak: AE/ZP-27-45/16

Tarnów, 2016-06-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę aparatu rentgenowskiego zdalnie sterowanego typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz automatycznego duplikatora do DVD/CD do nagrywania obrazów na płytę.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy Załącznika Nr 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z przechyłem ścianki +/- 90 stopni czyli lepszy zakres niż wymagany, ale z obrotem lampy -90/+180 stopni zamiast + 90/- 180 stopni. Zakres obrotu wynika tylko z innej konstrukcji aparatu i nie ma znaczenia diagnostycznego, dlatego też aparat oferowany umożliwi wykonanie badań poza stołem, czyli na łóżkach czy też wózkach?

2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia jakiegokolwiek monitora w pomieszczeniu technika, w SIWZ opisano tylko monitor w pomieszczeniu badań?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również do przetargu aparat z przechyłem ścianki (stołu) +/- 90 stopni oraz obrotem lampy rtg -90/+180 stopni, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie obok monitora w pomieszczeniu badań, także monitor w pomieszczeniu technika.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a