



Znak: AE/ZP-27-46/16

Tarnów, 2016-04-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawę: opatrunków, smoczków i artykułów medycznych (m.in. butelce, etykiety, opłatki) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 29-32** Czy Zamawiający dopuści wydzielenie z pakietu 25 pozycji 29-32 do nowego pakietu?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 19, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wielkości 7 x 9 cm, z wycięciem na port pionowy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5, 7** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji 5 oraz 7 kompresy ułożone bez systemu grzbiet gładki / grzbiet składany?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 17** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 17 pozycji 2, 3 ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 17** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 pozycję 3 serwety w opakowaniu a 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** Czy Zamawiający wymaga sterylnej, poliuretanowej opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 7 x 8 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2 cm), laminowaną metką i 2 laminowanymi paskami włókninowymi. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia – folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Potwierdzona klinicznie wysoka stabilizacja, zwiększająca odsetek kaniul bez wymian przed dopuszczonym czasem stosowania.
9. **Dotyczy Pakietu 19 poz. 1** Czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego klasy IIa i potwierdzenia bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32)?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści do oceny opatrunków spełniający opis SIWZ w rozmiarze 15 x 15 cm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 13** Czy Zamawiający dopuści do oceny opatrunków spełniający opis SIWZ w rozmiarze 11 x 11 cm?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga opakowania a 500g?

13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga opakowania a 150g?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11-13** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek dzianych wykonanych z poliestru?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem ilości?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem ilości?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 10** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek elastycznych z jedną zapinką?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1-2** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a 2 szt?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2** Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie pieluchomajtek 100% oddychających na całej powierzchni?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2** Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie pieluchomajtek z osłonkami bocznymi wzdłuż wkładu chłonnego skierowanymi na zewnątrz?
21. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt. XIV SIWZ** Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek elastycznych o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5, 7** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a`100 szt.?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4-9** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych z możliwością sterylizacji w temperaturze 122°C?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1-2** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych pakowanych w wodoodporne opakowania a`2 sztuki z jednoczesnym podaniem ceny za 1 szt.?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1-2** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych z czasem wiązania 4-6 min.?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1-2** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia ale siatką polietylenową, która pokrywa warstwę chłonną, zapobiegając przywieraniu warstwy do rany ?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1, 3** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych 20 N 4W?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1, 3** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet poddanych praniu wstępnemu, co zwiększa ich chłonność, z tolerancją rozmiaru +/- 10%?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 20cm x 30cm?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety niejałowej z chipem RTG wszytym w róg serwety, pakowanej a` 5 szt.?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 1, 2** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów gazowych z nitką RTG w kształcie fasoli, z gazy bawełnianej 24 nitkowej?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 4** Prosimy o wyrażenie zgody na wycenę opatrunków za op. = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań. W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

- 34. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1-3** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków hydrokoloidowych posiadających sygnalizator w postaci zielonej przerywanej linii która wskazuje optymalny moment zmiany opatrunku.
- 35. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków hydrokoloidowych w rozmiarze 14cm x 14cm.
- 36. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania opatrunku zbudowanego z trzech różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej.
- 37. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1** Czy można zaoferować serwetę wykonaną z gazy 20-nitkowej w rozmiarach 20 x 30cm po praniu wstępnym? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.
- 38. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2** Czy można zaoferować serwetę wykonaną z gazy 20-nitkowej w rozmiarach 40 x 40cm po praniu wstępnym? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.
- 39. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3** Czy można zaoferować serwetę wykonaną z gazy 20-nitkowej w rozmiarach 40 x 40cm po praniu wstępnym pakowane w opakowania po 5 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.
- 40. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5, 7** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów pakowanych a`100 szt. bez opakowania pośredniego.
- 41. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1, 2** Czy Zamawiający miał na myśli wielkość opakowania wyrażonego w gramach tj. 500g, 150g?
- 42. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów pakowanych po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
- 43. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów włókninowych w rozmiarze 5cm x 5cm pakowanych po 3 sztuki.
- 44. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepców o rozmiarze 1,25 cm x 5m.
- 45. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1-2** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opasek gipsowych o czasie wiązania od 4-5 minut.
- 46. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1,2** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunków jałowych zakończonych siatką polietylenową. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 25 pozycji 29-32.

Ad. 2 Zamawiający w pakiecie 19 poz. 1 dopuszcza także opatrunków o wymiarach 7 x 9 cm, natomiast nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku z wycięciem na port pionowy. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 5 i 7 kompresów ułożonych bez systemu grzbiet gładki/ grzbiet składany. Wymagania zgodne z SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 17 pozycji 2 i 3.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad. 7 Zamawiający w Pakiecie nr 17 pozycji 3 dopuszcza także zaoferowanie serwet w opakowaniu a 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 8 Zamawiający w pakiecie 4 poz. 1 dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania: sterylnej, poliuretanowej opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 7 x 8 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2 cm), laminowaną metką i 2 laminowanymi paskami włókninowymi. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy II a, opakowanie typu folia – folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Potwierdzona klinicznie wysoka stabilizacja, zwiększająca odsetek kaniul bez wymian przed dopuszczonym czasem stosowania. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ, w szczególności: „z wycięciem na port pionowy, przezroczysty w szczególności w miejscu wkłucia, wodoodporny, elastyczny i hipoalergiczny, dobrze mocujący kaniulę”.

Ad. 9 Zamawiający w Pakiecie Nr 19 poz. 1 dopuszcza, ale nie wymaga wyrobu medycznego klasy IIa i potwierdzenia bariery folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 2 dopuszcza także zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 15 x 15 cm. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 11 Zamawiający w Pakiecie Nr 13 dopuszcza także zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 11 x 11 cm. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 12 i Ad. 41 Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska dla pozycji „Wata opatrunkowa” - w kolumnie „Wielkość sztuki/opakowania” jest: „500kg” winno być: „500g”.

Ad. 13 i Ad. 41 Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 2 potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska dla pozycji „Lignina w rolkach medyczna” – w kolumnie „Wielkość sztuki/ opakowania” jest: „150kg”, winno być: „150g”.

Ad. 14 Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 11-13 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek dzianych wykonanych z poliestru.

Ad. 15 Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 4 dopuszcza także zaoferowanie przylepca o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 400 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 16 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 10 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek elastycznych z jedną zapinką. Wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 18 Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1-2 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych po 2 szt. Wymagania zgodne z SIWZ.

Ad. 19 Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1-2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 20 Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1-2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 21 Zamawiający za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy uważa dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ad. 22 Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 10 dopuszcza także zaoferowanie opasek elastycznych o długości 5 m bez przeliczenia ilości (11 300 sztuk). Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

- Ad. 23** Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz 5 i 7 dopuszcza także zaoferowanie kompresów pakowanych a`100 szt. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.
- Ad. 24** Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz 4-9 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych z możliwością sterylizacji w temperaturze 122 st. C. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad. 25** Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz 1-2 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych w wodoodporne opakowania a 2 szt.
- Ad. 26** Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz 1-2 dopuszcza także zaoferowanie opasek gipsowych z czasem wiązania 4-6 min. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad. 27** Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz 1-2 dopuszcza także zaoferowanie opatrunku jałowego z siatką polietylenową, która pokrywa warstwę chłonną, zapobiegając przywieraniu do rany. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad. 28** Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz 1, 3 dopuszcza także zaoferowanie serwet operacyjnych 20 N 4 W
- Ad. 29** Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz 1, 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet poddanych praniu wstępnemu oraz nie wyraża zgody na tolerancję rozmiaru +/- 10%.
- Ad. 30** Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet w rozmiarze 20 cm x 30 cm.
- Ad. 31** Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz 3 dopuszcza także zaoferowanie serwet nie jałowych z chipem RTG wszytym w róg serwety, pakowanej a` 5 szt.
- Ad. 32** Zamawiający w Pakiecie Nr 23 poz 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie tupferów gazowych z nitką RTG w kształcie fasoli, z gazy bawełnianej 24-nitkowej.
- Ad. 33** Zamawiający w Pakiecie Nr 4 podtrzymuje zapis SIWZ. Cenę jednostkową za sztukę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Ad. 34** Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz 1-3 podtrzymuje zapis SIWZ.
- Ad. 35** Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz 2 podtrzymuje zapis SIWZ.
- Ad. 36** Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz 2 podtrzymuje zapis SIWZ.
- Ad. 37** Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety wykonanej z gazy 20 - nitkowej w rozmiarach 20 x 30 cm po praniu wstępnym. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad. 38** Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety wykonanej z gazy 20 - nitkowej w rozmiarach 40 x 40 cm po praniu wstępnym, Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad. 39** Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety wykonanej z gazy 20 – nitkowej w rozmiarach 40 x 40 cm po praniu wstępnym pakowanej w opakowania po 5 sztuk. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad. 40** Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz 5 i 7 podtrzymuje zapis SIWZ.
- Ad. 42** Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz 2 podtrzymuje zapis SIWZ.
- Ad. 43** Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz 8 podtrzymuje zapis SIWZ.
- Ad. 44** Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz 3 dopuszcza także zaoferowanie przylepców w rozmiarze 1,25 cm x 5 m z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 100 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.
- Ad. 45** Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz 1-2 dopuszcza także zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania od 4-5 minut. Pozostałe wymagania SIWZ.
- Ad. 46** Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 16 poz 1 i 2 dopuszcza także zaoferowanie opatrunków jałowych zakończonych siatką polietylenową. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

W związku z odpowiedziami ad. 12, ad. 13, ad. 41 Zamawiający działając w trybie art. 38, ust. 4 wprowadza zmianę w treści Załącznika Nr 1 do SIWZ. W załączeniu – Załącznik Nr 1 po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 1.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

