



Znak: AE/ZP-27-48/16

Tarnów, 2016-04- 25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dzierżawę: 2 analizatorów (wiodącego i uzupełniającego) do badań gazometrycznych i wapnia zjonizowanego, 2 analizatorów do badań koagulologicznych, 2 analizatorów hematologicznych, analizatorów automatycznej i półautomatycznej analizy moczu wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora przeprowadzającego pomiar wykrzepiania metodą wiskozymetrii (zamiast wyspecyfikowanej metody optycznej)?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści analizator główny o prędkości 110 ozn./h przy wykonywaniu jednocześnie badań PT i APTT?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania odczynnika do PT opartego o tromboplastynę ludzką rekombinowaną o ISI $1 \pm 0,1$??

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** analizatora przeprowadzającego pomiar wykrzepiania metodą wiskozymetrii (zamiast wyspecyfikowanej metody optycznej) i podtrzymuje określone w SIWZ wymagania w tym zakresie.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** analizatora głównego o prędkości 110 ozn./h przy wykonywaniu jednocześnie badań PT i APTT i podtrzymuje określone w SIWZ wymagania w tym zakresie.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** odczynnika do PT opartego o tromboplastynę ludzką rekombinowaną o ISI $1 \pm 0,1$ i podtrzymuje określone w SIWZ wymagania w tym zakresie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W Załączniku Nr 1 do SIWZ w Pakiecie Nr 2

w kolumnie czwartej Załącznika Nr 1 - zapis „**Wielkość zapotrzebowania na okres 18 miesięcy**” zastępuje się zapisem „**Wielkość zapotrzebowania na okres 24 miesięcy**”

w kolumnie szóstej Załącznika Nr 1 - zapis „**Ilość opakowań na okres 18 miesięcy**” zastępuje się zapisem „**Wielkość zapotrzebowania na okres 24 miesięcy**”

co jest zgodne z zapisami w treści SIWZ

W załączeniu Załącznik Nr 1 po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 2.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a