



.....
Znak: AE/ZP-27-48/16

Tarnów, 2016-05- 09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dzierżawę: 2 analizatorów (wiodącego i uzupełniającego) do badań gazometrycznych i wapnia zjonizowanego, 2 analizatorów do badań koagulologicznych, 2 analizatorów hematologicznych, analizatorów automatycznej i półautomatycznej analizy moczu wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Prosimy o wyrażenie zgody aby Zamawiający zgłaszał zapotrzebowanie faxem, emailem lub formie pisemnej.
2. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV SIWZ.** Prosimy o dopisanie następującego ustępu do warunków umowy: „W okresie obowiązywania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT, po zawarciu umowy, dla Stron wiążącą będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń”.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej wymaga w trakcie trwania umowy dla analizatora 5 diff: Kontrole hematologiczne-kwartalne, umożliwiające w zewnętrznej kontroli jakości ORAZ – kontrola międzynarodowa 8 parametrów z Randox, czy Kontrola RIQAS w cenie dzierżawy dla jednego analizatora CBC 5-diff – cykl półroczny co 2 tygodnie?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający może doprecyzować, że rozumie usunięcie awarii urządzenia w terminie do 24h dotyczy w dni robocze?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4 pkt. 14 parametrów wymaganych analizatora wiodącego automatycznej analizy moczu.** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków oznaczających 10 parametrów moczu z czego ciężar właściwy zgodnie z pkt. 4 analizator oznacza fizycznie?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4 pkt. 12 parametrów wymaganych analizatora półautomatycznej analizy moczu.** Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora z opcją wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu przy pomocy tzw. przystawki osadowej działającej na podobnej zasadzie jak wewnętrzna czy zewnętrzna klawiatura (pod odpowiednimi klawiszami zaprogramowane są poszczególne składniki osadu moczu) lub zestawu komputerowego sieci (zgodnie z pkt. 2 wymogów dla analizatora automatycznego i półautomatycznego)?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4 pkt. 4 wymagań wobec materiału kontrolnego.** Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaistniała pomyłka w określeniu tego wymogu ponieważ dotyczy on zapewnienia kontroli RIQAS dla analizatora hematologicznego 5-diff który jest przedmiotem zamówienia w Pakiecie Nr 3? W związku z tym prosimy o wykreślenie tego wymogu z Pakietu Nr 4?
8. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.1 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia były składane za pośrednictwem poczty elektronicznej?

9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.1 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia
10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.5.4 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: „W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”
11. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.9 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”
12. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości akry umownej na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?
13. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie XV.10
14. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.12 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
15. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.15 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
16. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.16 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zdania: „Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia zwalnia Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu za okres przypadający od dnia dostarczenia towaru przez inny podmiot.”?
17. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV SIWZ.** Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 i 8 Zamawiający dopuszcza składanie zamówień również formą elektroniczną (e-mail), pod warunkiem ich potwierdzenia przez Wykonawcę, nie odstępuje natomiast od pozostałych form składania zamówień – określonych w pkt XV.1 SIWZ.

Ad. 2, 10-16 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 3 Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 7.3 do SIWZ, w części „Wymagania wobec materiału kontrolnego, który musi być uwzględniony w ofercie” pkt. 4 w **Pakiecie Nr 3** Zamawiający wymaga „Kontroli RIQAS w cenie dzierżawy dla jednego analizatora CBC 5-diff - cykl półroczny co 2 tygodnie”.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad. 4 Zamawiający nie może doprecyzować że w **Pakiecie Nr 3** rozumie usunięcie awarii urządzenia w terminie do 24h dotyczy w dni robocze, ponieważ w SIWZ zawarł wymóg „Wliczony w dzierżawę serwis do 24 godzin od zgłoszenia awarii w odniesieniu do obu proponowanych analizatorów, w przypadku nieskutecznej naprawy czas wymiany na inny analizator - do 72 godzin”, a więc naprawa winna nastąpić w ciągu 24 godzin i zapis ten zostaje podtrzymany.

Ad. 5 Zamawiający potwierdza, że w **Pakiecie Nr 4** wymaga zaoferowania pasków oznaczających 10 parametrów moczu na automatycznym analizatorze wiodącym (wymóg określony w Załączniku Nr 7.4 pkt 14 parametrów wymaganych analizatora wiodącego automatycznej analizy moczu), z czego ciężar właściwy zgodnie z pkt. 4 Załącznika Nr 7.4 analizator oznacza fizykalnie.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** analizatora automatycznego i półautomatycznego analizy moczu z opcją wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu przy pomocy zestawu komputerowego sieci zgodnie z pkt 2 wymogów dla analizatora automatycznego i półautomatycznego..

Ad. 7 Zapis w **Pakiecie Nr 4 Załącznik Nr 7.4 pkt. 4 wymagań wobec materiału kontrolnego** jest omyłka pisarska i nie dotyczy materiałów kontrolnych do analizatorów do analizy moczu, w związku z czym zostaje usunięty z Załącznika Nr 7.4.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody aby termin dostawy analizatorów wynosił 21 dni od daty podpisania umowy, a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie załączonego do pytania wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający przewiduje natomiast zawarcie umowy o ochronie danych osobowych przed zawarciem z Wykonawcą umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. W **Załączniku Nr 7.3 do SIWZ w Pakiecie Nr 3 w części „Wymagane parametry dla analizatora hematologicznego 5 diff” pkt 12**
zapis
„Kontrole hematologiczne-kwartalne, umożliwiające udział w zewnętrznej kontroli jakości ORAZ - kontrola międzynarodowa 8 parametrów z Randox System przez okres trwania umowy” zastępuje się zapisem
„Kontrola hematologiczna w Systemie Randox System - cykl półroczny co 2 tygodnie”
co jest zgodne z zapisami w Załączniku Nr 7.3 do SIWZ w części „Wymagania wobec materiału kontrolnego, który musi być uwzględniony w ofercie”
2. W **Załączniku Nr 7.4 do SIWZ w Pakiecie Nr 4 w części „Wymagania wobec materiału kontrolnego i kalibracyjnego, który musi być uwzględniony w ofercie” pkt 4**
zapis
„Kontrola RIQAS w cenie dzierżawy dla jednego analizatora CBC 5-diff - cykl półroczny co 2 tygodnie”
usuwa się.
3. Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmiany w SIWZ w ten sposób, że w pkt XV SIWZ dodaje pkt 18 a o następującej treści:
4. Zamawiający przewiduje zawarcie z Wykonawcą umowy dotyczącej ochrony danych osobowych w dniu podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad. 3 i Ad. 7 działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 12a ustawy Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 24.05.2016 godz. 10⁰⁰ na 25.05.2016 r. godz. 10⁰⁰ oraz termin otwarcia ofert z 24.05.2016 godz. 11⁰⁰



na 25.05.2016 godz. 11⁰⁰ oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści SIWZ w punkcie III.11, V b), X.1, XI.1, XV.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 7.3 po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 3 oraz Załącznik Nr 7.4 po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 4.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

