

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 1

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry, opisać
1.	Analizatory nie starsze niż z roku 2012, w pełni sprawne i przygotowane do pracy	
2.	Możliwość pomiaru z jednej próbki: pH, pO ₂ , pCO ₂ , Na, K, Cl, Ca, frakcje Hb (oksymetria: FO ₂ Hb, FCOHb, FMetHB, THb), glukoza	
3.	Elektrody w postaci pojedynczych elektrod i sensorów lub w jednej kasie wspólnie z odczynnikami i kalibratorami. Oddzielny pakiet płuczący z zamkniętym pojemnikiem na ścieki	
4.	Materiał badany: krew pełna hearynizowana tętnicza, żylna, mieszana, materiał kontrolny	
5.	Jeden uniwersalny port wejściowy dla: strzykawek, kapilar, ampulek	
6.	Uzyskanie wyniku - wszystkich parametrów z maksymalnej objętości próbki 100 µl	
7.	Czas uzyskania wyniku nie dłuższy niż 60 sekund	
8.	Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją skrzepów	
9.	Możliwość przerywania kalibracji w celu podania próbki pilnej	
10.	Możliwość reinstalacji kaset: odczynnikowej i automatycznej kontroli (np. po nieudanej próbie instalacji) bez utraty kasety	
11.	Trwałość kasety odczynnikowej na pokładzie aparatu minimum 4 tygodnie przy podanej liczbie badań	
12.	Termin ważności odczynników/kaset nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
13.	Materiały kontrolne niezależne od kalibratorów. Automatyczna kontrola jakości, umożliwiająca pracę przez min. 28 dni, bez ingerencji operatora	
14.	Krótki czas przestoju po wymianie kasety - maksymalnie 20 minut	
15.	Wydajność co najmniej 20 oznaczeń na godzinę	
16.	Monitorowanie poziomu odczynników	
17.	W dzierżawie uwzględniono koszty wpięcia analizatorów do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł laboratoryjny, w tym dostarczenie zestawu komputerowego i/lub oprogramowania jeżeli będzie niezbędne do wpięcia analizatorów do sieci	
18.	Możliwość wpięcia aparatów do laboratoryjnej sieci informatycznej - dwukierunkowo	
19.	UPS (lub UPS-y, do każdego analizatora oddzielnie), podtrzymujący działanie analizatorów co najmniej przez 20 minut	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry dla:	Wpisać oferowane parametry, opisać
20.	Aparat uzupełniający może być pozbawiony funkcji wykonywania badań w kierunku oksymetrii	
21.	Materiał kontrolny ma zapewniać możliwość wykonania oznaczeń kontrolnych codziennie na dwóch poziomach	
22.	Zarówno analizatory jak i odczynniki dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876, z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
23.	Dostawa analizatorów wraz z osprzętem - do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	
24.	Wliczony w dzierżawę: serwis techniczny: czas naprawy - do 24 godzin od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin	

UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty