

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 4

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry, opisać
	Analizator wiodący automatycznej analizy moczu	
1	Analizator do analizy moczu w pełni automatyczny, wyposażony w podajnik na minimum 50 próbek, z możliwością dostawiania statywów	
2	Wydajność minimum 240 oznaczeń/ godzinę	
3	Analizator oznaczający minimum 9 parametrów chemicznych: leukocyty, ciała ketonowe, białko, glukozę, azotyny, krew, urobilinogen, pH, bilirubinę	
4	Analizator automatycznie oznaczający minimum 3 parametry fizyczne: kolor, klarowność oraz ciężar właściwy	
5	Pamięć minimum 1000 wyników pacjentów	
6	Kontrola jakości - pamięć minimum 300 wyników	
7	Flagowanie wyników	
8	Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki	
9	Możliwość wyboru barwy moczu	
10	Kompensacja własnego zabarwienia moczu	
11	Możliwość wyboru klarowności moczu	
12	Automatyczne usuwanie zużytych pasków	
13	Możliwość wprowadzenia wyników oceny mikroskopowej osadu moczu do wyniku	
14	Praca z wykorzystaniem pasków 10-parametrowych charakteryzujących się eliminacją wpływu (interferencji) kwasu askrobinowego na wyniki w polach testowych: glukozy i hemoglobiny - podać nazwę zastosowanej substancji i formę zabezpieczenia	
15	Zapewnienie kontroli jakości w zakresie analiz moczu w systemie kontroli międzynarodowej.	
16	Czytnik z dotykowym ekranem ciekłokrystaliczny	
17	Możliwość dwukierunkowej transmisja danych	
18	Możliwość podłączenia czytników barkodowych	
19	Kalibracja nie częściej niż co 4 tygodnie	
20	W zestawie z analizatorem UPS podtrzymujący pracę analizatora nie krócej niż 20 min	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry, opisać
	Analizator półautomatyczny analizy moczu	
1.	Wydajność 400 - 600 oznaczeń/ godzinę	
2.	Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu	
3.	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach	
4.	Pamięć minimum 1000 wyników	
5.	Kontrola jakości - pamięć minimum 300 wyników	
6.	Flagowanie wyników	
7.	Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki	
8.	Możliwość wyboru barwy moczu	
9.	Kompensacja własnego zabarwienia moczu	
10.	Możliwość wyboru klarowności moczu	
11.	Automatyczne usuwanie zużytych pasków	
12.	Możliwość automatycznego wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu	
13.	Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe zabezpieczone są siateczką winylową	
14.	Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki - podać nazwę zastosowanej substancji	
15.	Zapewnienie kontroli jakości w zakresie analiz moczu	
16.	Czytnik z dotykowym ekranem ciekłokrystalicznym	
17.	Możliwość podłączenia do komputera - dwukierunkowa transmisja danych	
18.	Możliwość podłączenia czytników barkodów	
19.	Kalibracja nie częściej niż raz na 4 tygodnie	
	Analizator automatycznej analizy moczu oraz analizator półautomatyczny analizy moczu	
1	Zarówno analizatory jak i odczynniki dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015, poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry, opisać
2	W dzierżawie uwzględniono koszty wpięcia analizatorów do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł laboratoryjny, w tym dostarczenie zestawów komputerowych/zestawu komputerowego i/lub oprogramowania jeżeli będzie niezbędne do wpięcia analizatorów do sieci	
3	Gwarantowany okres ważności: odczynników, materiałów kontrolnych i innych niezbędnych do wykonania badań – minimum 6 miesięcy od daty dostawy	
4	Dostawa analizatorów wraz z osprzętem - do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	
5	Wliczony w dzierżawę serwis: czas naprawy - do 24 godzin od zgłoszenia awarii, w przypadku nieskutecznej naprawy czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin	
Wymagania wobec materiału kontrolnego i kalibracyjnego, który musi być uwzględniony w ofercie		
1.	Materiał kontrolny - analizator automatyczny: 1 raz dziennie na 2 poziomach równocześnie	
2.	Kontrola RIQAS w cenie dzierżawy dla jednego analizatora automatycznego- cykl półroczny co 2 tygodnie	
3.	Materiał kalibracyjny co 28 dni, przy założeniu poprawnego funkcjonowania technicznego	
4.	Kontrola RIQAS w cenie dzierżawy dla jednego analizatora CBC 5-diff - cykl półroczny co 2 tygodnie	

UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty