



AE/ZP-27-50/16

Tarnów, 2016-07-15

**Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1 i 2
- sprawa AE/ZP-27-50/16**

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa) Zamawiający – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na **dostawę jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopowej 2 szt. oraz videoendoskopów 4 szt., monitora medycznego 1 szt., systemu archiwizacji badań 1 szt. i pompy WaterJet 1 szt.** dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zostało unieważnione w zakresie Pakietu Nr 1 i 2.

Podstawa prawna unieważnienia

- art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w Pakiecie Nr 1
- art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w Pakiecie Nr 2

Uzasadnienie faktyczne

- w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 24 maja 2016 r. godz. 10⁰⁰ w **Pakiecie Nr 1** wpłynęły dwie oferty, które zostały odrzucone
- w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 24 maja 2016 r. godz. 10⁰⁰ w **Pakiecie Nr 2** wpłynęły dwie oferty, z których oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmę), imiona i nazwiska, siedzibę, miejsce zamieszkania i adres przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy	Pakiety, w których Wykonawca złożył ofertę
I	Polymed Tomasz Idźkowski, 01-882 Warszawa ul. Żeromska 45, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 1
II	Varimed Sp. z o.o., 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5, woj. dolnośląskie	Pakiet Nr 1, 2
III	Endo Elektronik Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11 B, 05-805 Kanie, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 2

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni - sprawa AE/ZP-27-50/16

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na **dostawę jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopowej 2 szt. oraz**

videoendoskopów 4 szt, monitora medycznego 1 szt., systemu archiwizacji badań 1 szt. i pompy WaterJet 1 szt., iż:

- na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 cytowanej ustawy wykluczył z wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Polymed Tomasz Idźkowski, 01-882 Warszawa ul. Żeromska 45, woj. mazowieckie** (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV. 2.6 SIWZ Wykonawca winien był załączyć do oferty oryginał lub kopię opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż w zakresie Pakietu Nr 1 - 64 000 PLN. Wykonawca załączył do oferty kopię polisy ubezpieczeniowej Nr 2016-303053018 wystawionej przez Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce, jednakże na kopii tej nieczytelna była pieczętka i podpis osoby wystawiającej dokument. Wezwany przez Zamawiającego, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, do uzupełnienia polisy w terminie do dnia 30 czerwca 2016r., Wykonawca uzupełnił ww. dokument po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na uzupełnienie oferty tj. w dniu 01 lipca 2016r. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania, a jego oferta została odrzucona.

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - sprawa AE/ZP-27-50/16

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO **na dostawę jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopowej 2 szt. oraz videoendoskopów 4 szt, monitora medycznego 1 szt., systemu archiwizacji badań 1 szt. i pompy WaterJet 1 szt. iż:**

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy odrzucił w Pakiecie Nr 1 ofertę złożoną przez: **Polymed Tomasz Idźkowski, 01-882 Warszawa ul. Żeromska 45, woj. mazowieckie** (dalej Wykonawca). Uzasadnienie jak w wykluczeniu.

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w **Pakiecie Nr 1** przez **Polymed Tomasz Idźkowski, 01-882 Warszawa ul. Żeromska 45, woj. mazowieckie** (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w załączniku Nr 7.1 w pkt 6 do SIWZ Zamawiający wymagał zaoferowania minimum 4 programów mycia (2 automatyczne i 2 ręczne) – w zależności od stosowanych środków chemicznych, natomiast Wykonawca zaoferował w tym punkcie płynną regulację czasu mycia i płynną regulację stężenia środka. Zamawiający w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wystąpił do Wykonawcy o wyjaśnienie ile programów automatycznych oraz ile programów ręcznych w zależności od stosowanych środków chemicznych posiada zaoferowana w Pakiecie Nr 1 myjnia oraz wyjaśnienie charakterystyki tych programów. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w powyższej kwestii w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Ponadto zgodnie z wymogiem określonym w pkt 25 b Załącznika Nr 7.1 do SIWZ Zamawiający wymagał zaoferowania myjni spełniającej wymogi zharmonizowanej normy unijnej dla myjni dezynfektorów PN-EN ISO 15883-1 oraz PN-EN ISO 15883-4. Zgodnie z wyjaśnieniami Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na złożenie wyjaśnień tj. w dniu 01 lipca 2016r. zaoferowana myjnia Wash Master Classic 7680-C00 nie spełnia wymogów ww. norm. W związku z powyższym oferta Wykonawcy w Pakiecie Nr 1 została odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego.

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w **Pakiecie Nr 1** przez **Varimed Sp. z o.o., 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5, woj. dolnośląskie** (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w pkt. 6 Załącznika Nr 7.1 do SIWZ Zamawiający wymagał zaoferowania minimum 4 programów mycia (2 automatyczne

i 2 ręczne) – w zależności od stosowanych środków chemicznych. Ponadto odpowiedzią Ad. 31 z dnia 12.05.2016r. udzieloną na pytanie Wykonawcy do SIWZ Zamawiający wyjaśnił, iż wymaga w tym punkcie minimum 2 programów automatycznych to jest takich, które są opracowane przez producenta myjni i nie podlegają modyfikacji przez użytkownika oraz minimum 2 programów ręcznych to jest takich programów, w których użytkownik w zależności od różnych odczynników może zmieniać parametry procesu, a sam proces w obu przypadkach jest automatyczny i powtarzalny. Wykonawca zaoferował w pkt 6 Załącznika 7.1: „Tak, 15 programów mycia (dowolnie programowalne z możliwością zablokowania parametrów) - w zależności od stosowanych środków chemicznych” nie wskazując, które z zaoferowanych programów są programami automatycznymi, a które programami ręcznymi. Zamawiający w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wystąpił do Wykonawcy o wyjaśnienie ile programów automatycznych oraz ile programów ręcznych w zależności od stosowanych środków chemicznych posiada zaoferowana w Pakiecie Nr 1 myjnia oraz wyjaśnienie charakterystyk tych programów. Wykonawca odpowiedzią z dnia 30.06.2016r. wyjaśnił, iż zaoferowana myjnia Endo Cleaner posiada 15 programów, wśród których jest możliwość dowolnej konfiguracji ręcznej parametrów procesu pracy urządzenia, w tym 2 programy mogą zostać zaprogramowane w sposób stały dla zachowania powtarzalności procesu w sposób automatyczny, tym samym zaoferowana myjnia posiada 13 ręcznych i 2 automatyczne programy. Wyjaśnienie to jest całkowicie sprzeczne z danymi opisującymi charakterystykę urządzenia zawartymi w materiałach informacyjnych załączonych na stronie 56 oferty, w których stwierdza się, że zaoferowana myjnia posiada jeden „program mycia ręcznego”. W związku z powyższym oferta Wykonawcy w Pakiecie Nr 1 została odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty,
2. Strona internetowa Zamawiającego,
3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego,
4. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

