



Znak: AE/ZP-27-50/16

Tarnów, 2016-04-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopowej 2 szt. oraz videoendoskopów 4 szt., monitora medycznego 1 szt., systemu archiwizacji badań 1 szt. i pompy WaterJet 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt. 6 Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaprogramowania procesu mycia i dezynfekcji dla trybu automatycznego i trybu ręcznego w odpowiednich dla siebie przedziałach czasowych w zależności od stosowanego środka chemicznego?
2. **Dotyczy pkt. 18 Załącznik Nr 7.1** – Czy zamawiający dopuści panel sterujący w języku polskim?
3. **Dotyczy pkt. 20 Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający dopuści myjnię z wbudowanymi 2 lampami UV?
4. **Dotyczy pkt. 24 Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający dopuści filtry wstępne o gradacji 20,10 i 5 mikronów? Czy Zamawiający dopuści filtry wstępne o gradacji 10,5 i 1 mikronów?
5. **Dotyczy pkt. 25 Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający będzie wymagał wliczenia w cenę przeglądu również materiałów zużywalnych w trakcie przeglądu w tym filtry?
6. **Dotyczy pkt. 31 Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający będzie wymagał w okresie gwarancji zapewnienia myjni zastępczej na okres naprawy myjni w serwisie?
7. **Dotyczy pkt. 2 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający będzie wymagał aby funkcja obrazowania w wąskich pasmach światła była realizowana przez zaoferowany procesor lub przez procesor będący na wyposażeniu w pracowni?
8. **Dotyczy pkt. 9 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie techniczne redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu? Czy Zamawiający dopuści system zabezpieczający/uniemożliwiający skręcanie się endoskopu we wtyku?
9. **Dotyczy pkt. 12 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora HD co umożliwi lepszą konkurencyjność postępowania?
10. **Dotyczy pkt. 16 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający będzie wymagał, aby funkcja obrazowania w wąskich pasmach światła była realizowana przez zaoferowany procesor lub przez procesor będący na wyposażeniu pracowni?
11. **Dotyczy pkt. 21 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie techniczne redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu? Czy Zamawiający dopuści system zabezpieczający/uniemożliwiający skręcanie się endoskopu we wtyku?
12. **Dotyczy pkt. 26 Załącznik Nr 7.2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora HD co umożliwi lepszą konkurencyjność postępowania?
13. **Dotyczy pkt. 27 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu Water Jet przy videogastroskopie?

14. **Dotyczy pkt. 31 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający będzie wymagał aby funkcja obrazowania w wąskich pasmach światła była realizowana przez zaoferowany procesor lub przez procesor będący na wyposażeniu pracowni?
15. **Dotyczy pkt. 38 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie techniczne redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu? Czy Zamawiający dopuści system zabezpieczający/uniemożliwiający skręcanie się endoskopu we wtyku?
16. **Dotyczy pkt. 40 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora HD co umożliwi lepszą konkurencyjność postępowania?
17. **Dotyczy pkt. 44 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający będzie wymagał aby funkcja obrazowania w wąskich pasmach światła była realizowana przez zaoferowany procesor lub przez procesor będący na wyposażeniu pracowni?
18. **Dotyczy pkt. 53 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie techniczne redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu? Czy Zamawiający dopuści system zabezpieczający/uniemożliwiający skręcanie się endoskopu we wtyku?
19. **Dotyczy pkt. 54 Załącznik Nr 7.2** – Czy ze względu na nazwę własną – Zamawiający dopuści również kompatybilność z trybami fotometrycznymi typu AVE, PEAK, USER?
20. **Dotyczy pkt. 56 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora HD co umożliwi lepszą konkurencyjność postępowania?
21. **Dotyczy pkt. 49 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający dopuści wgłębnik o stopniowej gradacji sztywności zapewniający optymalne przeniesienie momentu siły skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę wziernika?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w pkt. 6 Załącznik Nr 7.1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.2

Zamawiający w pkt. 18 Załącznik Nr 7.1 dopuści panel sterujący w języku polskim.

Ad.3

Zamawiający w pkt. 20 Załącznik Nr 7.1 dopuści myjnię z wbudowanymi 2 lampami UV.

Ad.4

Zamawiający w pkt. 24 Załącznik Nr 7.1 dopuści filtry wstępne o gradacji 20,10 i 5 mikronów. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.5

Zamawiający w pkt. 25 Załącznik Nr 7.1 nie będzie wymagał wliczania w cenę przeglądu materiałów zużywalnych.

Ad.6

Zamawiający w pkt. 31 Załącznik Nr 7.1 nie będzie wymagał w okresie gwarancji zapewnienia myjni zastępczej na okres naprawy myjni w serwisie.

Ad.7

Zamawiający w pkt. 2 Załącznik Nr 7.2 będzie wymagał, aby dostarczony endoskop miał możliwość współpracy z funkcją obrazowania w wąskich partiach światła. Natomiast Zamawiający nie wymaga aby zaoferowany procesor posiadał taką funkcję.

Ad. 8

Zamawiający w pkt. 9 Załącznik Nr 7.2 dopuści inne rozwiązanie techniczne redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu. Zamawiający dopuści system zabezpieczający/uniemożliwiający skręcanie się endoskopu we wtyku.

Ad.9, ad. 12, ad. 16, ad. 20

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie endoskopów z własnym procesorem HD. Z uwagi na to, że opisane w przetargu wideogastroskopy i videokolonoskopy będą wykorzystywane w dwóch pracowniach endoskopowych, Wykonawca dostarczający wyżej wymienione endoskopy z własnym procesorem musi dostarczyć do każdego zaoferowanego endoskopu dwa procesory obrazu kompatybilne z dostarczonymi endoskopami.

Ad. 10

Zamawiający w pkt. 16 Załącznik Nr 7.2 będzie wymagał aby dostarczony endoskop miał możliwość współpracy z funkcją obrazowania w wąskich partiach światła. Natomiast zamawiający nie wymaga aby zaoferowany procesor posiadał taką funkcję.

Ad. 11

Zamawiający w pkt. 21 Załącznik Nr 7.2 dopuści inne rozwiązanie techniczne redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu. Zamawiający dopuści system zabezpieczający/uniemożliwiający skręcanie się endoskopu we wtyku.

Ad. 13

Zamawiający w pkt. 27 Załącznik Nr 7.2 nie zrezygnuje z wymogu Water Jet przy videogastroskopie.

Ad. 14

Zamawiający w pkt. 31 Załącznik Nr 7.2 będzie wymagał aby dostarczony endoskop miał możliwość współpracy z funkcją obrazowania w wąskich partiach światła. Natomiast zamawiający nie wymaga aby zaoferowany procesor posiadał taką funkcję.

Ad. 15

Zamawiający w pkt. 38 Załącznik Nr 7.2 dopuści inne rozwiązanie techniczne redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu. Zamawiający dopuści system zabezpieczający/uniemożliwiający skręcanie się endoskopu we wtyku.

Ad. 17

Zamawiający w pkt. 44 Załącznik Nr 7.2 będzie wymagał aby dostarczony endoskop miał możliwość współpracy z funkcją obrazowania w wąskich partiach światła. Natomiast zamawiający nie wymaga aby zaoferowany procesor posiadał taką funkcję.

Ad. 18

Zamawiający w pkt. 53 Załącznik Nr 7.2 dopuści inne rozwiązanie techniczne redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu. Zamawiający dopuści system zabezpieczający/uniemożliwiający skręcanie się endoskopu we wtyku.

Ad. 19

Zamawiający w pkt. 54 Załącznik Nr 7.2 dopuści również kompatybilność z trybami fotometrycznymi typu AVE, PEAK, USER.

Ad. 21

Zamawiający w pkt. 49 Załącznik Nr 7.2 dopuści wglębnik o stopniowej gradacji sztywności zapewniający optymalne przeniesienie momentu siły skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę wziernika.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

