



Znak: AE/ZP-27-50/16

Tarnów, 2016-05-12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopowej 2 szt. oraz videoendoskopów 4 szt., monitora medycznego 1 szt., systemu archiwizacji badań 1 szt. i pompy WaterJet 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- 1. Dotyczy pkt. 10 Rozdział XV SIWZ** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wskazane terminy rozpoczynały swój bieg z chwilą dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie udzielonej gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy w zakresie Pakietu Nr 2)
- 2. Dotyczy pkt. 14 Rozdział XV SIWZ** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednie zmniejszenie wysokości kar umownych:
 - a) z 0,5% do 0,1%
 - b) z 10% do 5%
 - c) z 20% do 10%
 - d) 0,2% do 0,1% z zastrzeżeniem, że fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas zwłoki wyłącza możliwość stosowania kar umownych.
- 3. Dotyczy pkt. 21 Rozdział XV SIWZ** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego terminu do 10 dni roboczych ?
- 4. Dotyczy pkt. 22 Rozdział XV SIWZ** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu o klauzulę: „(...) Zgodny takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.
- 5.** Prośba o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.
- 6. Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt. 22** – Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana myjnia powinna być wyposażona w wbudowaną w urządzenie drukarkę parametrów procesu?
- 7. Dotyczy Pakietu Nr 1** – Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana myjnia powinna spełniać wymogi zharmonizowanej normy unijnej dla myjni dezynfektorów EN 15883- 1,4
- 8. Dotyczy Pakietu Nr 1** – Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana myjnia powinna być wyposażona w tester który w sposób ciągły (przez okres całego cyklu) utrzymuje w endoskopie ciśnienie celem zmniejszenia ryzyka zalania endoskopu?
- 9. Dotyczy Pakietu Nr 1** – Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana myjnia ma posiadać automatyczny proces uzupełniania i opróżniania zbiornika ze środkiem dezynfekującym sterowany z konsoli urządzenia (bez konieczności każdorazowego ręcznego napełniania komory)
- 10. Dotyczy Pakietu Nr 1** – Prosimy o informacje czy oferowana myjnia ma posiadać możliwość rozbudowy o system znakowania endoskopów posiadanych przez Zamawiającego?
- 11. Dotyczy pkt. 6 Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający dopuści wiele programów mycia w trybie automatycznym i ręcznym w zależności od stosowanego środka chemicznego?
- 12. Dotyczy pkt. 12, 26, 40, 56, 74, 92 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający – zgodnie z odpowiedziami z dnia 21.04.2016 – dopuszcza zaoferowanie dwóch procesorów, po jednym do każdej z pracowni endoskopowych z zachowaniem wymogu kompatybilności z oferowanymi endoskopami?

- 13. Dotyczy pkt. 39 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający dopuści wgłębnik o stopniowej gradacji sztywności zapewniający optymalne przeniesienie momentu siły skrętniej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę wzornika?
- 14. Dotyczy pkt. 75 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający dopuści jasność 300 cd/m²?
- 15. Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki zapewniały również skuteczność na poziomie sporobójczym?
- 16. Dotyczy pkt. 13 Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający pisząc o „Możliwości stosowania środków dezynfekcyjnych różnych producentów co najmniej 5, podać nazwy producentów” ma na myśli 5 różnych producentów czy też min. 5 środków dezynfekcyjnych różnych producentów?
- 17. Dotyczy pkt. 13 Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie min. 5 różnych środków dezynfekcyjnych, pochodzących od 3 producentów?
- 18. Dotyczy pkt. 15 Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający pisząc o pracy w systemie zamkniętym ma na myśli aby myjnia po każdym etapie procesu dokonywała opróżnienia komory i stosowała nową dawkę środków chemicznych?
- 19. Dotyczy pkt. 20 Załącznik Nr 7.1** – Ponieważ norma PN-EN ISO 15883_4 dotycząca warunków jakim powinny odpowiadać myjnie do endoskopów elastycznych nie narzuca sposobu dezynfekcji wody procesowej, wybór metody pozostawiając producentom urządzeń, prosimy o dopuszczenie do oceny również innych sposobów uzdatniania wody (metoda termiczna, filtry mikrobiologiczne).
- 20. Dotyczy pkt. 23 Załącznik Nr 7.1** – Prosimy o podanie do jakich endoskopów (producent oraz typ) powinny być dostarczone przyłącza.
- 21. Dotyczy pkt. 24 Załącznik Nr 7.1** – Prosimy o doprecyzowanie czy opisany zestaw filtrów ma stanowić wyposażenie myjni, czy też ma to być system zewnętrzny?
- 22. Dotyczy pkt. 24 Załącznik Nr 7.1** – Czy w przypadku systemu zewnętrznego Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tego elementu w ofercie ze względu na inny VAT (system uzdatniania wody, nie stanowiące integralnej części wyrobu medycznego nie są wyrobami medycznymi i podlegają stawce VAT 23 %).
- 23. Dotyczy pkt. 25 Załącznik Nr 7.1** – Czy pisząc o wyliczonych kosztach przeglądów Zamawiający ma na myśli koszt przeglądów czy również koszt materiałów zużywalnych (filtry, uszczelki itp.). Ze względu, iż niektóre elementy wymienne powinny być po określonym czasie lub liczbie cykli prosimy o określenie jaką ilość cykli Zamawiający planuje wykonać w myjni w okresie gwarancji.
- 24. Dotyczy pkt. 27 Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji umowy na 6 tygodni od daty podpisania umowy?
- 25. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyrobem medycznym w świetle Ustawy o wyrobach medycznych?**
- 26. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia spełniała wymagania normy PN-EN ISO 15883-4 dotyczącej myjni do endoskopów termolabilnych?**
- 27. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby myjnia pracowała na środkach opartych na aldehydzie glutarowym czy też na środkach opartych na kwasie nadoctowym?**
- 28. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści automatyczną myjnię endoskopową która posiada 4 programy automatyczne z możliwością zmian czasu trwania poszczególnych etapów, brak funkcji samodezynfekcji i monitorowania drożności całego procesu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**
- 29. Dotyczy pkt. 4 Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający dopuści jedną myjnię posiadającą dwie niezależne komory zamiast dwóch myjni jednostanowiskowych?

30. Dotyczy pkt. 5 Załącznik Nr 7.1 – Czy pod pojęciem w pełni automatycznego procesu, Zamawiający ma na myśli proces całkowicie pozbawiony udziału użytkownika, w tym w pobieraniu odpowiedniej dozy koncentratu?

31. Dotyczy pkt. 6 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dostępnymi 3 w pełni automatycznymi programami? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o uargumentowanie zasadności wymagania ręcznych programów, które nie są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia dot. dostosowania pomieszczeń podmiotów leczniczych, mówiącemu o tym, że w Pracowniach endoskopowych powinny znajdować się myjnie zapewniające całkowicie powtarzalny proces mycia i dezynfekcji.

32. Dotyczy pkt. 14 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga urządzenia, w którym można również zmieniać temperaturę mycia i dezynfekcji oraz ilość pobieranego środka?

33. Dotyczy pkt. 16 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający potwierdza, że regulacja dozowania powinna dotyczyć zarówno detergentu, jak również dezynfektanta?

34. Dotyczy pkt. 21 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający wymaga, aby test drożności kanału odbywał się w trakcie trwania całego cyklu?

35. Dotyczy pkt. 24 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający dopuści inny zestaw filtrów (2 i 0,2 mikro), zapewniający czystość dostarczonej wody? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o uargumentowanie właśnie takiego rozwiązania.

36. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia spełniała europejskie normy dot. myjni-dezynfektorów do endoskopów, tj. PN-EN ISO 15883-1 oraz PN_EN ISO 15883-4?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 – Ad. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Ad.5

Zamawiający informuje iż wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, nie przekształca się w spółkę prawa handlowego oraz nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Ad.6

Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ w ten sposób, że w Załączniku Nr 7.1 dodaje się punkt 25 a) dotyczący wymaganych parametrów o treści: „Myjnia wyposażona w drukarkę wewnętrzną (zintegrowaną) lub drukarkę zewnętrzną.”

Ad. 7

Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ w ten sposób, że w Załączniku Nr 7.1 do SIWZ dodaje się punkt 25 b) dotyczący wymaganych parametrów o treści: „Myjnia spełniająca wymogi zharmonizowanej normy unijnej dla myjni dezynfektorów PN-EN ISO 15883-1 oraz PN_EN ISO 15883-4

Ad.8

W Punkcie 21 Załącznika Nr 7.1 dodaje się zapis: „Tester utrzymujący w sposób ciągły w endoskopie ciśnienie (przez okres całego cyklu) celem zmniejszenia ryzyka zalanania endoskopu.

Ad.9

Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ w ten sposób, że w Załączniku Nr 7.1 dodaje się punkt 25 c) dotyczący wymaganych parametrów o treści: „Myjnia posiadająca automatyczny proces uzupełniania i opróżniania zbiornika ze środkiem dezynfekującym sterowany z konsoli urządzenia (bez konieczności każdorazowego ręcznego napełniania komory)”.

Ad. 10

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby myjnia posiadała możliwość rozbudowy o system znakowania endoskopów .

Ad. 11

Zamawiający w pkt. 6 Załącznik Nr 7.1 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.12

Zamawiający w pkt. 12, 26, 40, 56, 74, 92 Załącznik Nr 7.2 w przypadku zaoferowania również procesorów wymaga dostarczenia 2 sztuk procesorów obrazu kompatybilnych z oferowanymi endoskopami.

Ad. 13

Zamawiający dopuści również w pkt. 39 Załącznik Nr 7.2 wgłębnik o stopniowej gradacji sztywności zapewniający optymalne przeniesienie momentu siły skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę wziernika.

Ad. 14

Zamawiający w pkt. 75 Załącznik Nr 7.2 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 15

Zamawiający w pkt. 10 Załącznik Nr 7.2 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 16

W punkcie 13 Załącznika Nr 7.1 Zamawiający ma na myśli możliwość stosowania co najmniej 5 różnych środków dezynfekcyjnych co najmniej 5 różnych producentów.

Ad.17

Zamawiający dopuści w pkt 13 Załącznik Nr 7.1 listę środków dezynfekcyjnych od co najmniej 3 producentów.

Ad. 18

Zamawiający w pkt. 15 Załącznik Nr 7.1 pisząc o systemie zamkniętym ma na myśli, że myjnia używa środka dezynfekującego wielokrotnie.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 20

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 21

Zamawiający w pkt. 24 Załącznik Nr 7.1 opisując zestaw filtrów miał na myśli filtry zewnętrzne ale dopuszcza też rozwiązanie, iż zestaw filtrów stanowi integralny podzespół myjni.

Ad. 22

Zamawiający zgodnie z pkt. IV 1.3.1 Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 1 urządzenia były dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015r. poz.876 z póź.zm.). Jednocześnie w Formularzu Cenowym Zamawiający zapisał iż w przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje asortyment o zróżnicowanej stawce VAT - należy ten asortyment wyodrębnić w Formularzu Cenowym

Ad. 23

Zamawiający w pkt. 25 Załącznik Nr 7.1 pisząc o kosztach przeglądów wliczonych w cenę oferty miał na myśli koszty robocizny i koszty dojazdu bez kosztów materiałów eksploatacyjnych.

Ad. 24

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 25

Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyrobem medycznym w świetle ustawy o wyrobach medycznych

Ad. 26

Zamawiający wymaga aby oferowana myjnia spełniała wymogi harmonizowanej normy unijnej PN-EN ISO 15883-1 oraz PN_EN ISO 15883-4.

Ad. 27

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 28

Zamawiający nie dopuści automatycznej myjni endoskopowej która posiada 4 programy automatyczne z możliwością zmian czasu trwania poszczególnych etapów, brak funkcji samodezynfekcji i monitorowania drożności całego procesu.

Ad. 29

Zamawiający w pkt. 4 Załącznik Nr 7.1 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 30

Zamawiający w pkt. 5 Załącznik Nr 7.1 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.31

Zamawiający w pkt. 6 Załącznik Nr 7.1 wymaga minimum 2 programy automatyczne to jest takie, które są opracowane przez producenta myjni i nie podlegają modyfikacji przez użytkownika. Zamawiający wymaga minimum 2 programy ręczne, to są programy, w których użytkownik w zależności od różnych odczynników może zmieniać parametry procesu a sam proces w obu przypadkach jest automatycznych i powtarzalny.

Ad. 32

Zamawiający w pkt. 14 Załącznik Nr 7.1 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.33

Zamawiający w pkt. 16 Załącznik Nr 7.1 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 34

Zamawiający nie wymaga, aby test drożności kanału odbywał się w trakcie trwania całego cyklu.

Ad.35

Zamawiający w pkt. 24 Załącznik Nr 7.1 dopuści zestaw filtrów 2 i 0,2 mikro pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 36

Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia spełniała europejskie normy dotyczące myjni-dezynfektorów do endoskopów tj. PN-EN ISO 15883-1 oraz PN_EN ISO 15883-4.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.6, 7, 8, 9 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 24.05.2016r. godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 24.05.2016r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1, XI.1 Załączniku Nr 7.1 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 7.1 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

