

**Wymagane i oferowane parametry techniczne jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopowej 2 szt.**

| Lp. | Wymagania Zamawiającego                                                                                           | Warunek graniczny.<br>Punktacja w kryterium<br>„parametry techniczne<br>i „okres gwarancji” | Parametry oferowane.<br><b>Podać wartość, zakres<br/>oferowanych parametrów,<br/>opisać</b> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Myjnia fabrycznie nowa rok produkcji 2016                                                                         | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 2.  | Napięcie zasilania 230V/50 Hz.                                                                                    | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 3.  | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych giętkich endoskopów.                       | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 4.  | Przeznaczona do mycia 1 endoskopu (jednostanowiskowa)                                                             | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 5.  | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji                                                                           | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 6.  | Minimum 4 programy mycia (2 automatyczne i 2 ręczne) – w zależności od stosowanych środków chemicznych.           | Warunek min.0 pkt<br>Maksymalna wartość 1 pkt.<br>Pozostałe proporcjonalnie                 |                                                                                             |
| 7.  | Mycie wstępne z użyciem detergentu                                                                                | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 8.  | Mycie zasadnicze                                                                                                  | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 9.  | Dezynfekcja (regulowany czas dezynfekcji w zależności od stosowanego środka chemicznego)                          | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 10. | Wymagalna skuteczność mikrobójcza wg aktualnej normalizacji tj. zharmonizowanie z dyrektywą unijną 93/42/WE       | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 11. | Płukanie                                                                                                          | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 12. | Przedmuch kanałów                                                                                                 | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 13. | Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych różnych producentów co najmniej 5, podać nazwy producentów           | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 14. | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany (w zależności od stosowanego środka chemicznego)                         | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 15. | Praca w systemie zamkniętym.                                                                                      | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 16. | Regulacja dozowania detergentu (w zależności od stosowanego środka)                                               | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 17. | Samodezynfekcja myjni                                                                                             | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 18. | Menu w języku polskim                                                                                             | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 19. | Wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu i monitorowania drożności całego procesu z miernikiem czasu | TAK                                                                                         |                                                                                             |
| 20. | Posiada lampę UV.                                                                                                 | TAK                                                                                         |                                                                                             |

.....  
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 21.                        | Test szczelności endoskopu. Tester utrzymujący w sposób ciągły w endoskopie ciśnienie (przez okres całego cyklu) celem zmniejszenia ryzyka zalania endoskopu.                                                                                                                                      | TAK                                                                         |  |
| 22.                        | Drukowanie raportów cyklów mycia i dezynfekcji.                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                         |  |
| 23.                        | Pełna kompatybilność z endoskopami różnych producentów, minimum: Pentax, Storz, Olympus, Fujinon plus komplet adapterów wliczonych w cenę oferty                                                                                                                                                   | TAK                                                                         |  |
| 24.                        | Zestaw filtrów wody (przed każdą myjnią) 5mikro, 1mikro, 0,3 mikro                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                         |  |
| 25.                        | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                         |  |
| 25 a                       | Myjnia wyposażona w drukarkę wewnętrzną (zintegrowaną) lub drukarkę zewnętrzną                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                         |  |
| 25 b                       | Myjnia spełniająca wymogi zharmonizowanej normy unijnej dla myjni dezynfektorów PN-EN ISO 15883-1 oraz PN EN ISO 15883-4                                                                                                                                                                           | TAK                                                                         |  |
| 25 c                       | Myjnia posiadająca automatyczny proces uzupełniania i opróżniania zbiornika ze środkiem dezynfekującym sterowany z konsoli urządzenia (bez konieczności każdorazowego ręcznego napełniania komory)                                                                                                 | TAK                                                                         |  |
| <b>Pozostałe wymagania</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |  |
| 26.                        | Instrukcja obsługi w języku polskim do każdego urządzenia wraz z dostawą urządzeń.                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                         |  |
| 27.                        | Dostawa urządzeń w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                         |  |
| 28.                        | Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanych urządzeń oraz jego zdjęcie (fotografię)                                                                                                                                                                    | TAK                                                                         |  |
| 29.                        | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń w dniu protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.                                                    | TAK                                                                         |  |
| 30.                        | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym | Warunek min.0 pkt<br>Maksymalna wartość 1 pkt.<br>Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 31.                        | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.                                                                                                                                                                              | TAK                                                                         |  |

**Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.**

.....  
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty