



Znak: AE/ZP-27-51/16

Tarnów, 2016-08-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy narzędzi zabiegowych wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) **Wydziela:**

- z Pakietu Nr 7 poz. 10 i tworzy z niej Pakiet Nr 7A
- z Pakietu Nr 11 poz. 30-33 i tworzy z nich Pakiet Nr 11A
- z Pakietu Nr 16 poz. 9-11 i tworzy z nich Pakiet Nr 16A
- z Pakietu Nr 16 poz. 12-15 i tworzy z nich Pakiet Nr 16B
- z Pakietu Nr 20 poz. 21 i tworzy z niej Pakiet Nr 20A
- z Pakietu Nr 21 poz. 10-13 i tworzy z nich Pakiet Nr 21A
- z Pakietu Nr 22 poz. 21 i tworzy z niej Pakiet Nr 22A
- z Pakietu Nr 22 poz. 22-23 i tworzy z nich Pakiet Nr 22B
- z Pakietu Nr 23 poz. 21-28 i tworzy z nich Pakiet Nr 23A
- z Pakietu Nr 23 poz. 29-30 i tworzy z nich Pakiet Nr 23B
- z Pakietu Nr 25 poz. 49 i tworzy z niej Pakiet Nr 25A

2) **Dodaje** Pakiet Nr 28 - Narzędzia do bronchofiberoskopu Pentax

3) **W Załączniku Nr 1 do SIWZ:**

- w Pakiecie Nr 2 poz. 8 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays nr katalog BH 833R Aesculap” zastępuje się zapisem „Moynihan nr katalogowy BH 833R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 2 poz. 9 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays nr katalog BJ 070R Aesculap ” zastępuje się zapisem „Lawrence nr katalogowy BJ 070R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 2 poz. 10 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays nr katalog BJ 081R Aesculap” zastępuje się zapisem „Overholt nr katalogowy BJ 081R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 3 poz. 8 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze nr katalog BH 645R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr katalogowy BH 645R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 4 poz.1 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Grabie tępe nr katalog BT 224R Aesculap” zastępuje się zapisem „Grabie ostre nr katalogowy BT 224R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 4 poz. 11 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Korcang prosty nr katalog BM 861R Aesculap” zastępuje się zapisem „Deshamp (igła do ligatury) nr katalogowy BM 861R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 5 poz. 1 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Pęseta koagulacyjna nr katalog BD 156R Aesculap” zastępuje się zapisem „Pęseta anatomiczna nr katalogowy BD 156R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 5 poz. 10 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze nr katalog BH 647R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr katalogowy BH 647R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 5 poz. 23 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Igła z kulką nr katalog 07-56851 Rebstock” zastępuje się zapisem „Igła z kulką 1,2x80 mm lub 1,4x80 mm”

- w Pakiecie Nr 6 poz. 5 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Divale nr katalog BF 122R Aesculap**” zastępuje się zapisem „**Kleszcze Foerster-Ballenger nr katalogowy BF 122R Aesculap**”
- w Pakiecie Nr 6 poz. 6 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Hays nr katalog BJ 067R Aesculap**” zastępuje się zapisem „**Kleszcze typu Oshaughnessy nr katalogowy BJ 067R Aesculap**”
- w Pakiecie Nr 6 poz. 7 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Hays nr katalog BJ 043R Aesculap**” zastępuje się zapisem „**Kleszcze typu Rumel nr katalogowy BJ 043R Aesculap**”
- w Pakiecie Nr 6 poz. 8 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Hays nr katalog BJ 111R Aesculap**” zastępuje się zapisem „**Kleszcze typu Overholt nr katalogowy BJ 111R Aesculap**”
- w Pakiecie Nr 6 poz. 24 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Klemy nerkowe nr katalog BC 616R Aesculap**” zastępuje się zapisem „**Nożyczki Tönnis-Adson nr katalogowy BC 630R Aesculap**”
- w Pakiecie Nr 6 poz. 25 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Nożyczki preparacyjne nr katalog BC 271W Aesculap**” zastępuje się zapisem „**Nożyczki preparacyjne Metzenbaum nr katalogowy BC 271R Aesculap**”
- w Pakiecie Nr 6 poz. 32 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Peany krzywe nr katalog BH 961R Aesculap**” zastępuje się zapisem „**Kleszcze typu Schmidt nr katalogowy BH 961R Aesculap**”
- w Pakiecie Nr 6 poz. 33 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Peany krzywe nr katalog BH 337R Aesculap**” zastępuje się zapisem „**Kleszcze typu Spencer Wells nr katalogowy BH 337R Aesculap**”
- w Pakiecie Nr 6 poz. 49 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Kleszcze do usuwania kamieni żółciowych nr katalog EB 239R Aesculap**” zastępuje się zapisem „**Kleszcze do usuwania kamieni żółciowych Tübinger-Modell nr katalogowy EB 239R Aesculap**”
- w Pakiecie Nr 6 poz. 53 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Igła z kulką nr katalog 07-56851 Rebstock**” zastępuje się zapisem „**Igła z kulką 1,2x80 mm lub 1,4x80 mm**”
- w Pakiecie Nr 7 poz. 7 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Moskitki 18.5cm nr katalog BH 261R Aesculap**” zastępuje się zapisem „**Nissen nr katalogowy BH 199R Aesculap**”
- w Pakiecie Nr 8 poz. 4 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Wkład do graspera o nr katalog 33310 AF Storz**” zastępuje się zapisem „**Imadło średnica 5 mm, długość 36 cm nr katalogowy 26 173 SC Storz**”
- w Pakiecie Nr 8 poz. 4 w kolumnie czwartej Załącznika Nr 1 „Ilość na okres 12 miesięcy” - zapis „**3**” zastępuje się zapisem „**1**”
- w Pakiecie Nr 8 poz. 6 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Uchwyt plastikowy nr katalog 33.153 Storz**” zastępuje się zapisem „**Instrument do zamykania powięzi nr katalogowy 26 173 AM Storz**”
- w Pakiecie Nr 8 poz. 6 w kolumnie czwartej Załącznika Nr 1 „Ilość na okres 12 miesięcy” - zapis „**3**” zastępuje się zapisem „**2**”
- w Pakiecie Nr 8 poz. 7 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Elektroda koagulacyjna preparacyjna hakowa, monopolarna, średnica 5 mm długość 36 cm o nr katalog 25775 UF Storz**” zastępuje się zapisem „**Elektroda koagulacyjna preparacyjna hakowa, monopolarna, średnica 5 mm długość 36 cm o nr katalog 26775 UF Storz**”
- w Pakiecie Nr 8 poz. 9 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „**Uchwyt plastikowy o nr katalog 35151 Storz**” zastępuje się zapisem „**Kosze do transportu, sterylizacji i przechowywania optyk laparoskopowych; długość 46 cm, szerokość 8 cm**”
- w Pakiecie Nr 8 poz. 10 w kolumnie czwartej Załącznika Nr 1 „Ilość na okres 12 miesięcy” - zapis „**1**” zastępuje się zapisem „**2**”

- w Pakiecie Nr 8 poz. 11 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Redukcja 11/5mm 30103 RE 2 szt + gwóźdź piramidalny” zastępuje się zapisem „Redukcja 11/5mm 30103 RE Storz”
- w Pakiecie Nr 8 poz. 11 w kolumnie czwartej Załącznika Nr 1 „Ilość na okres 12 miesięcy” - zapis „1” zastępuje się zapisem „2”
- w Pakiecie Nr 8 w Załączniku Nr 1 wykreśla się poz. 15
- w Pakiecie Nr 8 w Załączniku Nr 1 wykreśla się poz. 16
- w Pakiecie Nr 9 poz. 2 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Trzonek do skalpela nr katalog BB 084 Aesculap” zastępuje się zapisem „Trzonek do skalpela nr katalogowy BB 084R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 9 poz. 3 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany proste 15 mm nr katalog BH 124R Aesculap” zastępuje się zapisem „Cairns 150 mm nr katalogowy BH 124R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 9 poz. 12 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze dł 200mm nr katalog BH 647R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner długość 200 mm nr katalogowy BH 647R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 9 poz. 13 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze dł 200mm nr katalog BH 805R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Rochester-Carmalt długość 200 mm nr katalogowy BH 805R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 9 poz. 14 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „łyżka bumma dł 39.5mm nr katalog ER 612R Aesculap” zastępuje się zapisem „Łyżka Recamier długość 39.5 mm nr katalogowy ER 612R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 10 poz. 12 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze nr katalogowy BH 647R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr katalogowy BH 647R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 11 poz. 5 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicz nr katalog BH 645R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr katalog BH 645R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 11 poz. 17 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays 185mm krótki nr katalog BJ 015R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze 185 mm krótkie nr katalogowy BJ 015R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 11 poz. 18 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays 210 mm długi nr katalog BJ 081R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Overholt 210 mm długie nr katalogowy BJ 081R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 11 poz. 19 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays 270mm długi nr katalog BJ114R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Overholt 270 mm długie nr katalogowy BJ114R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 11 poz. 20 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany krótkie zagięte nr katalog BH 111R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Halsted Mosquito krótkie zagięte nr katalogowy BH 111R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 11 poz. 21 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany krótkie proste nr katalog BH 110R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Halsted Mosquito nr katalogowy BH 110R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 11 poz. 22 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany długie proste 250mm nr katalog BH 812R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Roberts długie proste 250 mm nr katalogowy BH 812R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 11 poz. 25 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Zapinki średnio długie 135mm nr katalog BF 444R Aesculap” zastępuje się zapisem „Klem Overholt nr katalogowy BJ 081R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 11 poz. 25 w kolumnie czwartej Załącznika Nr 1 „Ilość na okres 12 miesięcy” - zapis „8” zastępuje się zapisem „6”

- w Pakiecie Nr 11 poz. 28 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany krzywe nr katalog BJ 055R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Mixer nr katalogowy BJ 055R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 12 poz. 21 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze nr katalog BH 647R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr katalogowy BH 647R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 13 poz. 4 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany nr katalog BH 134R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kelly nr katalogowy BH 134R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 13 poz. 6 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze nr katalog BH 645R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr katalogowy BH 645R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 13 poz. 16 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Martin nr katalog EL 735R Aesculap” zastępuje się zapisem „Doyen nr katalogowy EL 628R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 13 poz. 18 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Klamra do spięcia narzędzi nr katalog 491R Aesculap” zastępuje się zapisem „Klamra do spięcia narzędzi nr katalogowy BF 491R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 13 poz. 19 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Klamra do spięcia narzędzi nr katalog 493R Aesculap” zastępuje się zapisem „Klamra do spięcia narzędzi nr katalogowy BF 493R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 15 poz. 2 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays nr katalog BJ 103R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Gemini nr katalogowy BJ 103R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 15 poz. 4 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Nożyczki naczyniowe nr katalog BC 245R Aesculap” zastępuje się zapisem „Nożyczki De Bakey nr katalogowy BC 657R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 15 poz. 8 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze nr katalog BH 647R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr katalog BH 647R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 16B (po dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 12 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Śrubokręt nr katalogowy 79.30.15 Medicon” zastępuje się zapisem „Śrubokręt sześciokątny o długości 20 cm i szerokości 2,5 mm, nr katalogowy 790.30.15 Medicon”
- w Pakiecie Nr 17 poz. 3 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Pęsety chirurgiczne nr katalog HB 291R Aesculap” zastępuje się zapisem „Pęsety chirurgiczne Hudson nr katalogowy MB 291R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 17 poz. 9 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany zakrzywione nr katalog BM 109R Aesculap” zastępuje się zapisem „Mikro Halsted długość 125 mm, nr katalogowy BH 109R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 17 poz. 10 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany zakrzywione nr katalog BH 167R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Crile nr katalog BH 167R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 17 poz. 11 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Kochery nr katalogowy BH 664R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr katalogowy BH 646R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 17 poz. 12 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Haki farabefa nr katalog BT 004R Aesculap” zastępuje się zapisem „Haki typu Ragnell nr katalogowy BT 004R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 18 poz. 7 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany nr katalog BH 167R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Crile, długość 160 mm, nr katalogowy BH 167R Aesculap”

- w Pakiecie Nr 18 poz. 8 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Kocher nr katalog BH 664R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr katalogowy BH 646R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 19 poz. 5 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Pean nr katalog BH 109R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Micro-Halsted długość 125 mm nr katalogowy BH 109R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 19 poz. 6 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Kocher nr katalog BH 664R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr katalogowy BH 646R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 20 poz. 6 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Haki farabefa nr katalog BT 004R Aesculap p” zastępuje się zapisem „Haki typu Ragnell nr katalogowy BT 004R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 20 poz. 11 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany moskity nr katalog BH 167R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Crile nr katalogowy BH 167R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 20 poz. 12 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Koher prosty nr katalog BH 664R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr katalogowy BH 646R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 20 poz. 19 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Luer nr katalog FO 407R Aesculap” zastępuje się zapisem „Odgryzacz typu Friedmann nr katalogowy FO 407R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 21 poz. 1 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Pancz artroskopowy podgięty w górę 15°, szer 2.6 mm nr katalog 911011 Biomet” zastępuje się zapisem „Pancz artroskopowy podgięty w górę 15°, szerokość 2.6 mm nr katalogowy 9110011 Biomet”
- w Pakiecie Nr 22 poz. 8 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany nr katalog BH 198R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Fuchsig nr katalogowy BH 198R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 22 poz. 19 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Klamra do spinania narzędzi nr katalog FB 491R Aesculap” zastępuje się zapisem „Klamra do spinania narzędzi nr katalog BF 491R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 22 poz. 20 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Klamra do spinania narzędzi nr katalog FB 493R Aesculap” zastępuje się zapisem „Klamra do spinania narzędzi nr katalogowy BF 493R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 23 poz. 7 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Pean nr katalog BH 198R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Fuchsig nr katalogowy BH 198R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 23 poz. 17 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Luer nr katalog FO 457R Aesculap” zastępuje się zapisem „Odgryzacz typu Bane Hartmann nr katalogowy FO 457R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 23A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 27 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Dłuto półokrągłe na drewnianej ręczce nr katalog 40.0186 ChM” zastępuje się zapisem „Dłuto Lexter półokrągłe na drewnianej ręczce, długość 275 mm, szerokość 15 mm, nr katalog 40.0186 ChM”
- w Pakiecie Nr 24 poz. 1 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Pean BH 161R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze Leriche długość 150 mm, numer katalogowy BH 161R Aesculap”
- w Pakiecie Nr 25A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 49 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Nożyczki do przecinania zaciskacza pępowiny wielokrotnego użytku Richter 30.2386 ChM” zastępuje się zapisem „Nożyczki do przecinania zaciskacza pępowiny z jednym ostrzem o szerokości 10 mm, całkowita długość narzędzia 125 mm”
- w Pakiecie Nr 27 poz. 1 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Rama nr katalogowy UL 7622-01031 wg Firmy Ulrich Medical” zastępuje się zapisem „Rama nr katalogowy UL 7622-0131 wg Firmy Ulrich Medical”

4) **W treści SIWZ:**

- **w pkt I SIWZ zapis o treści** „Termin realizacji: - dostawa narzędzi zabiegowych wielorazowego użytku, o parametrach określonych w Załączniku Nr 1 – do 56 dni od daty złożenia zamówienia” **zastępuje się zapisem o treści** „Termin realizacji: - dostawa narzędzi zabiegowych wielorazowego użytku, o parametrach określonych w Załączniku Nr 1 – do 60 dni od daty złożenia zamówienia”
- **w pkt III.2 SIWZ zapis o treści** „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych dopuszcza natomiast składanie ofert równoważnych w zakresie Pakietów Nr 1-26 oraz Pakietu Nr 27 poz. 1-5 – o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z parametrami asortymentu wskazanego w Załączniku Nr 1 SIWZ.” **zastępuje się zapisem o treści:** „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych dopuszcza natomiast składanie ofert równoważnych w zakresie Pakietów Nr 1-26 (z wyłączeniem poz. 23 w Pakiecie Nr 5, pozycji 53 w Pakiecie Nr 6, poz. 49 w Pakiecie Nr 25A) oraz Pakietu Nr 27 poz. 1-5 – o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z parametrami asortymentu wskazanego w Załączniku Nr 1 SIWZ.”
- **w pkt III.4 SIWZ zapis o treści** „Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 27 pakietów.” **zastępuje się zapisem o treści** „Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 28 pakietów (liczba części: 39).”
- **w pkt V SIWZ zapis o treści:** „Dla Pakietów Nr 1 – 27” **zastępuje się zapisem o treści** „Dla Pakietów Nr 1 – 28”
- **w pkt VI.b) SIWZ zapis o treści** „za termin dostawy 46-56 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia – 0 punktów” **zastępuje się zapisem o treści** „za termin dostawy 46-60 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia – 0 punktów”
- **w pkt XIV.1 SIWZ zapis o treści** „Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą loco magazynu Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy, każdorazowo w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie lub faxem. Wykonawca realizował będzie zamówienie Zamawiającego w okresie do ..... (nie więcej niż 56 dni kalendarzowych) dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1-27 Wykonawca dostarczy instrukcje używania w języku polskim” **zastępuje się zapisem o treści:** „Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą loco magazynu Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy, każdorazowo w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie lub faxem. Wykonawca realizował będzie zamówienie Zamawiającego w okresie do ..... (nie więcej niż 60 dni kalendarzowych) dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1-28 Wykonawca dostarczy instrukcje używania w języku polskim”
- **w Formularzu Ofertowym pkt IV.3 zapis o treści** „Deklarowany termin realizacji zamówienia ..... (wpisać ilość dni, nie więcej niż 56) dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia” **zastępuje się zapisem o treści** „Deklarowany termin realizacji zamówienia ..... (wpisać ilość dni, nie więcej niż 60) dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia”

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującą treść:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania puncha artroskopowego o średnicy 2,7 mm, podgięty w górę o 15°, jako rozwiązanie równoważne?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania puncha artroskopowego o średnicy 3,4 mm, podgięty w górę o 15°, jako rozwiązanie równoważne?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania puncha artroskopowego o średnicy 3,4 mm, zagięty w lewo pod kątem 90°, jako rozwiązanie równoważne?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania puncha artroskopowego o średnicy 3,4 mm, zagięty w prawo pod kątem 90°, jako rozwiązanie równoważne?

5. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przeszywacza z cięgnem zewnętrznym, zagięty w lewo, bez zamka, o długości całkowitej 253 mm i długości części roboczej 162 mm, jako rozwiązanie równoważne?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przeszywacza z cięgnem zewnętrznym, zagięty w prawo, bez zamka, o długości całkowitej 253 mm i długości części roboczej 162 mm, jako rozwiązanie równoważne?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przeszywacza z cięgnem zewnętrznym, zagięty w górę pod kątem 30°, bez zamka, o długości całkowitej 254 mm, jako rozwiązanie równoważne?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania manipulatora węzłów z uchwytem w postaci rączki używanej do przepychania węzłów o średnicy 3,17 mm i długości 204 mm, jako rozwiązanie równoważne?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania haczyka artroskopowego, o długości końcówki 3-5 mm, z podziałką, o długości całkowitej 235 mm, jako rozwiązanie równoważne?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 do 27.** Zgodnie z normami DIN zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie tolerancji rozmiarów narzędzi +/-5%.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 10.** Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia takiej samej igły iniekcyjnej tylko 16,5 G i długości 330 mm..
12. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** Prosimy o dopuszczenie narzędzi laparoskopowych w dł. 300 mm zamiast 360 mm.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści pilę i ostrze Satterlee o długości 31 cm?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści odgryzac Stille-Luer, wygięty o dł. 22 cm?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy zamawiający dopuści Kleszcze kostne Stille-Luer o dł. 27 cm?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy zamawiający dopuści pilnik o dł. 24 cm?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9, Pakietu Nr 3 poz. 13, Pakietu Nr 7 poz. 8, Pakietu Nr 12 poz. 20, Pakietu Nr 13 poz. 12, Pakietu Nr 19 poz. 2, Pakietu Nr 20 poz. 13, Pakietu Nr 22 poz. 13, Pakietu Nr 23 poz. 16.** Czy zamawiający dopuści korcangi o dł. 25 cm?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10, Pakietu Nr 3 poz. 14, Pakietu Nr 4 poz. 17, Pakietu Nr 7 poz. 9, Pakietu Nr 9 poz. 17, Pakietu Nr 10 poz. 19, Pakietu Nr 11 poz. 27, Pakietu Nr 12 poz. 23, Pakietu Nr 13 poz. 12, Pakietu Nr 14 poz. 9, Pakietu Nr 15 poz. 9, Pakietu Nr 17 poz. 13, Pakietu Nr 18 poz. 12, Pakietu Nr 19 poz. 10, Pakietu Nr 20 poz. 20, Pakietu Nr 23 poz. 18.** Czy zamawiający dopuści Klamrę Bunt o dł. 12 cm?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8.** Czy zamawiający dopuści kleszczyki Moynihan o dł. 23 cm?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4, Pakietu Nr 7 poz. 4, Pakietu Nr 10 poz. 8, Pakietu Nr 12 poz. 16, Pakietu Nr 13 poz. 9.** Czy zamawiający dopuści imadło o dł. 20 cm?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5, Pakietu Nr 4 poz. 4, Pakietu Nr 7 poz. 2, Pakietu Nr 13 poz. 7, Pakietu Nr 15 poz. 3, Pakietu Nr 17 poz. 7, Pakietu Nr 19 poz. 3, Pakietu Nr 20 poz. 8.** Czy zamawiający dopuści nożyczki Lexer o dł. 16 cm?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8, Pakietu Nr 11 poz. 5, Pakietu Nr 13 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Kocher o dł. 18 cm?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści hak o długości 21,5 cm?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści końcówkę do ssaka o długości 27 cm?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 9 i 10.** Czy Zamawiający dopuści igły Deshamp o dł. 21 cm?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści Korcangi o dł. 20 cm? Minimalna różnica w długości nie mniejsza walorów użytkowych.
27. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści hak Senn-Miller o dł. 17 cm?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 7, Pakietu Nr 12 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści nożyczki Lexer, wygięte o dł. 16 cm?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 9, Pakietu Nr 12 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści imadło Mayo-Hegar TC o dł. 24 cm?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści łyżkę BUMMA w rozmiarze 40mm/28 cm?

31. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści Korcangi Ulrich o dł. 25 cm?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 17** Czy Zamawiający klemy okienkowe o dł. 25 cm?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści łyżkę okienkową głęboką o wymiarze 8 mm?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści świder o dł. 17 cm?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 20.** Czy Zamawiający dopuści kulociąg Schrodera podwójny o dł. 24 cm?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści pean prosty o dł. 18 cm?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści Imadło Mayo-Hegar o dł. 16 cm?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści Metzenbaum-Fino o dł. 15 cm?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4, Pakietu Nr 20 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści haki 2 zębne, ostre o dł. 16 cm?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści haki 3 zębne, tępe o dł. 16 cm?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 7, Pakietu Nr 18 poz. 5, Pakietu Nr 20 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści nożyczki Toennis-Adson o dł. 18 cm?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 8, Pakietu Nr 19 poz. 9, Pakietu Nr 20 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści imadło de Bakey TC o dł. 16 cm?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 6.** Czy zamawiający dopuści łyżeczkę Williger o wymiarach 5,4mm/175 mm?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści haki czterozębne, ostre o dł. 16 cm?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści hak Ragnell o wymiarach 8x4/15x5,5 i dł. 14 cm?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści elewator dwustronny o/t o dł. 18 cm?
47. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści łyżeczkę Williger o wymiarach 3,8mm/17,5 cm?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści łyżeczkę Schede fig. 000 o wymiarach 2,4mm/17cm?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz.: 10, 11, 12, Pakietu Nr 23 poz.: 12, 13.** Czy Zamawiający dopuści haki o dł. 21,5 cm?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści hak powłojowy o wymiarach 40x20mm/22 cm długości?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści kościotrzymacz Lane z zamkiem o dł. 33 cm?
52. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści odgryzacz Jansen o dł. 17 cm?
53. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści podważkę Lange-Hohmann o wymiarach 24mm/25 cm?
54. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści podważkę Hohman o wymiarach 33mm/29cm?
55. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 21.** Czy Zamawiający dopuści odgryzacz Leksell o dł. 23 cm?
56. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Saenger o dł 27 cm?
57. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 46.** Czy zamawiający dopuści nożyczki IRIS o dł. 11 cm?
58. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 49.** Czy zamawiający dopuści nożyczki o dł. 15 cm?
59. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt. XIV.8 SIWZ.** Prosimy o wydłużenie terminu wymiany wadliwego wyrobu na wyrób wolny od wad do 21 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
60. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt. XIV.14b SIWZ.** Prosimy o zmniejszenie kar umownych do 0,1% wartości zareklamowanych bądź niezrealizowanych części zamówienia
61. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 11.** Korcang prosty BM 861 Aesculap – pod tym nr kat. wskazany jest inny instrument niż „korcang”. Proszę o podanie właściwej nazwy i nr katalogowego.
62. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 24.** Klemy nerkowe BC 616 – pod tym nr kat. wskazany jest inny instrument niż „klemy nerkowe”. Proszę o podanie właściwej nazwy i nr katalogowego.
63. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 3.** Pęseta chirurgiczna MB 291 – nie istnieje taki nr kat. Proszę o podanie numeru prawidłowego.

64. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na Luer 220mm, reszta parametrów bez zmian?
65. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na korcang 270mm, reszta parametrów bez zmian?
66. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 240m, reszta parametrów bez zmian?
67. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 200mm, reszta parametrów bez zmian?
68. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 160mm, reszta parametrów bez zmian?
69. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na trzonek 120mm, reszta parametrów bez zmian?
70. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikulicze 180mm, reszta parametrów bez zmian?
71. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na korcang 270mm, reszta parametrów bez zmian?
72. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na grabie 220mm, reszta parametrów bez zmian?
73. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 160mm, reszta parametrów bez zmian?
74. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 8.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na końcówkę do ssania 270mm, reszta parametrów bez zmian?
75. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 9 i poz. 10.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na deshamp 210mm, reszta parametrów bez zmian?
76. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 17.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na klamrę 120mm, reszta parametrów bez zmian?
77. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 6.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na trzonek 120mm, reszta parametrów bez zmian?
78. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 11.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 160mm, reszta parametrów bez zmian?
79. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 14.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 180mm, reszta parametrów bez zmian?
80. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 17.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na klem 180mm, reszta parametrów bez zmian?
81. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 18.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na deshamp 210mm, reszta parametrów bez zmian?
82. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 19.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na korcang 265mm, reszta parametrów bez zmian?
83. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 22.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na klamrę 120mm, reszta parametrów bez zmian?
84. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak 80x65mm, reszta parametrów bez zmian?
85. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na divale 250mm, reszta parametrów bez zmian?
86. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6 i poz. 7.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na hays 230mm, reszta parametrów bez zmian?
87. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 10 i poz. 12.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na trzonek 215mm, reszta parametrów bez zmian?
88. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 14.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę 300mm, reszta parametrów bez zmian?
89. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 18.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na końcówkę ssącą 270mm, reszta parametrów bez zmian?
90. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 19 i poz. 20.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na deshamps 210mm,

reszta parametrów bez zmian?

91. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 22.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na klemy 230mm, reszta parametrów bez zmian?
92. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 26.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 170mm, reszta parametrów bez zmian?
93. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 27.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 160mm, reszta parametrów bez zmian?
94. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 29.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 280mm, reszta parametrów bez zmian?
95. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 32.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na peany 190mm, reszta parametrów bez zmian?
96. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 33.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na peany 180mm, reszta parametrów bez zmian?
97. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 38.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 180mm, reszta parametrów bez zmian?
98. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 39.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 200mm, reszta parametrów bez zmian?
99. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 40.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na korcang 270mm, reszta parametrów bez zmian?
100. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 42.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na kłamrę 120mm, reszta parametrów bez zmian?
101. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 43 i poz. 44.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na kłamry 290mm, reszta parametrów bez zmian?
102. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 47.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na klemy 240mm, reszta parametrów bez zmian?
103. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 48.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na sondę 310mm, reszta parametrów bez zmian?
104. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 49.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze 260mm, reszta parametrów bez zmian?
105. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 50.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze 300mm, reszta parametrów bez zmian?
106. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 160mm, reszta parametrów bez zmian?
107. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 4.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 200mm, reszta parametrów bez zmian?
108. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 7.** Czy Zamawiający może potwierdzić, że nr. kat. BH261R jest właściwy?
109. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 8.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na korcang 270mm, reszta parametrów bez zmian?
110. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 9.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na kłamrę 120mm, reszta parametrów bez zmian?
111. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 10.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na igłę o śr. 1,5mm dł. 330 lub 450mm, reszta parametrów bez zmian?
112. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3 i poz. 4.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na peany 140mm, reszta parametrów bez zmian?
113. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę 160mm, reszta parametrów bez zmian?
114. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 8.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 140mm, reszta parametrów bez zmian?
115. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 9.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 260mm, reszta parametrów bez zmian?
116. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 11.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na klemy 250mm, reszta parametrów bez zmian?

117. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 17.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na kłamrę 120mm, reszta parametrów bez zmian?
118. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 6 i poz. 7.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 170mm, reszta parametrów bez zmian?
119. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 8.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 200mm, reszta parametrów bez zmian?
120. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 9.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 240mm, reszta parametrów bez zmian?
121. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 17.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na klemy 250mm, reszta parametrów bez zmian?
122. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 19.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na kłamrę 120m, reszta parametrów bez zmian?
123. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na trzonek 210mm, reszta parametrów bez zmian?
124. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę 160mm, reszta parametrów bez zmian?
125. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 5.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikulicz 180mm, reszta parametrów bez zmian?
126. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 12.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 260mm, reszta parametrów bez zmian?
127. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 14.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 220mm, reszta parametrów bez zmian?
128. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 15.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 140mm, reszta parametrów bez zmian?
129. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 16.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 240mm, reszta parametrów bez zmian?
130. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 22.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na peany 220mm, reszta parametrów bez zmian?
131. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 25.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapinki 130mm, reszta parametrów bez zmian?
132. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 27.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na kłamrę 120mm, reszta parametrów bez zmian?
133. **Dotyczy Załącznika Nr 1 – Formularz Cenowy.** Zwracamy się z prośbą o udostępnienie pełnych opisów produktów wymaganych przez Zamawiającego, wraz z podaniem wymaganych parametrów. W niektórych pozycjach asortymentowych, pomiędzy podanymi przez Zamawiającego numerami katalogowymi, a opisami występują znaczne rozbieżności. Ponadto katalogi firmy Aesculap nie są ogólnie dostępne, co uniemożliwia poprawne przygotowanie i złożenie oferty.
134. **Dotyczy Pakietów Nr 1 - 27.** Czy Zamawiający dopuści tolerancję +/-10% dla wymaganych produktów?
135. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1 do 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 21 poz. 1 do 9 jako odrębne zadanie.
136. **Dotyczy Pakietów Nr 1 - 27.** Czy Zamawiający dopuści tolerancję +/-0,5 cm dla długości narzędzi?
137. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Kleszcze Liston Stille, dł. bez zmian.
138. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Hak Volkmann, pozostałe parametry bez zmian.
139. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Raspator o dł. 220 mm, pozostałe wymagane parametry bez zmian.
140. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Nożyczki o dł. 180 mm.
141. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Nożyczki o dł. 240 mm.

142. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Lloyd-Davis, zakrzywione, dł. 300 mm.
143. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 9.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki Overholt-Geisendoerfer, dł. 270 mm.
144. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.
145. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Haczyk o wym. 9x10 mm i dł. 160 lub o wym. 7x80 i dł. 160 mm.
146. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 260 mm.
147. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 14.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
148. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Grabie o wym. 10x18 mm i dł. 210 mm.
149. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.
150. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 8.** Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.
151. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 9.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Deschamps prawy, dł. 200 mm.
152. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 10.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Deschamps lewy, dł. 200 mm.
153. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 11.** Prawdopodobnie doszło do omyłki pisarskiej. Pod podanym przez Zamawiającego nr katalogowym występuje elastyczna igła do ligatury o dł. 230 mm a nie korcang prosty. Prosimy o dopuszczenie igły do ligatury elastycznej o dł. 200 mm.
154. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 14.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Haczyk o wym. 7x9 i 19x5,5mm.
155. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 17.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
156. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Pęseta Potts-Smith utwardzana, dł. 180 mm.
157. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 9.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 160 mm.
158. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 11.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.
159. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 14.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Potts-Smith dł. 190 mm.
160. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 17.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klem o dł. 190 mm.
161. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 18.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Deschamps prawy, dł. 200 mm.
162. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 19.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 260 mm.
163. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 22.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
164. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 23.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Igła z kulką o śr. 1,0 x 80mm lub 1,2x80 mm lub 1,4, x 80 mm.
165. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Hak o wym. 80x65 mm i dł. 255 mm.
166. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Hak o wym. 50x155 mm.
167. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Łyżka o wym. 94x83 mm.

168. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Hak US-Army o wym. łyżek 23x15 i 37 15, 28x15 i 40x15 , dł. 210 mm.
169. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze Foerster o dł. 240 mm.
170. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze O'Shaugnessy o dł. 200 mm.
171. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 7.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze Rumel o dł. 230 mm.
172. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 8.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze Overholt o dł. 265 mm.
173. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 12.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Trzonek o dł. 205 mm.
174. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 14.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Pęseta o dł. 300 mm.
175. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 17.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Pęseta Potts-Smith o dł. 200 mm.
176. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 18.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Końcówka ssąca o dł. 270 mm, końcówka ssąca o śr. 5 mm.
177. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 19.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Deschamps prawy, dł. 200 mm.
178. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 20.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Deschamps lewy, dł. 200 mm.
179. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 21.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Igła do ligatury elastyczna o dł. 200 mm.
180. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 22.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klem o dł. 230 mm.
181. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 24.** Prawdopodobnie doszło do omyłki pisarskiej. Pod podanym przez Zamawiającego nr katalogowym występują nożyczki Nelson-Metzenbaum, zakrzywione o dł. 250 mm a nie klemy nerkowe . Prosimy o dopuszczenie nożyczek Nelson-Metzennaum, zakrzywionych o dł. 260 mm.
182. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 26.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 170 mm.
183. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 27.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer o dł. 160 mm.
184. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 28.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 260 mm.
185. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 29.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 300 mm.
186. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 32.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 190 mm.
187. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 33.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 180 mm.
188. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 38.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Imadło o dł. 180 mm.
189. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 38.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Imadło o dł. 200 mm.
190. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 42.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
191. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 46.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klemy o dł. 230 mm.
192. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 47.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klemy o dł. 235 mm.

193. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 48.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Sonda o dł. 300 mm.
194. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 49.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze Desjardins, fig. 2, dł. 230 mm.
195. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 51.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze o dł. 270 mm.
196. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 52.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze o dł. 280 mm
197. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 53.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Igła z kulką o śr. 1,0 x 80mm lub 1,2x80 mm lub 1,4, x 80 mm.
198. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer o dł. 160 mm.
199. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Imadło o dł. 200 mm.
200. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 7.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki Halsted Adson o dł. 180 mm lub Heiss o dł. 210 mm.
201. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 8.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 260 mm.
202. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 9.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
203. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 10.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Igła punkcyjna końcówka robocza 1,2 mm, dł. robocza 330 mm.
204. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Grasper 3- częściowy, śr. 5, mm rozbieralny (wkład, tubus, uchwyt), bez płukania, końcówka robocza 20 mm, dł. robocza 330 mm.
205. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Grasper 3- częściowy, śr. 10, mm rozbieralny (wkład, tubus, uchwyt), uchwyt z tworzywa sztucznego, bez płukania, końcówka robocza 30 mm, dł. robocza 330 mm.
206. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Grasper 3- częściowy, śr. 5, mm rozbieralny (wkład, tubus, uchwyt), bez płukania, dł. robocza 330 mm.
207. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Wkład do graspera dł. robocza 330 mm.
208. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Disektor Maryland 3- częściowy, śr. 5, mm rozbieralny (wkład, tubus, uchwyt), bez płukania, dł. robocza 330 mm.
209. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 7.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Elektroda koagulacyjna monopolarna, śr. 5 mm, dł. robocza 330 mm kształt „L” lub „J”.
210. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 8.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Metzenabum, zakrzywione, bez ząbkowania, monopolarne 3-częściowe, śr. 5, mm rozbieralne (wkład, tubus, uchwyt), bez płukania, dł. robocza 330 mm.
211. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 10.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Trokar gładki śr. 11 mm, dł. robocza 101 mm, z zaworem klapkowym i gwoździem piramidальnym.
212. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 12.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Trokar gładki śr.5,5 mm, dł. robocza 95 mm, z zaworem klapkowym i gwoździem piramidальnym.
213. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 13.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Trokar gładki śr.12,5 mm, dł. robocza 98 mm, z zaworem klapkowym i gwoździem piramidальnym.

214. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 14.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Dwie oddzielne redukcje jedna z 12,5/10 mm, druga z 12,5/5 mm.
215. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 15.** Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.
216. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 16.** Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.
217. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 17.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Klipsownica o dł. roboczej 305 mm.
218. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 260 mm.
219. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Kleszczyki Providence Hospital, proste, o dł. 140 mm.
220. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki Providence Hospital, zakrzywione, o dł. 140 mm.
221. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Pęseta Select o dł. 150 mm.
222. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 7.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki slim zakrzywione o dł. 180 mm.
223. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 8.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 140 mm.
224. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 9.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Imadło Thomas-Walker (Bozemann), dł. 200 mm, lub Imadło Thomas-Walker (Bozemann), utwardzane 260 mm.
225. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 11.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klemy okienkowe Foerster o dł. 240 mm.
226. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 14.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Łyżka Recamier o szer. 40 mm i dł. 350 mm.
227. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 15.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Łyżka Recamier o szer. 20 mm i dł. 310 mm.
228. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 17.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Klamra o dł. 120 mm.
229. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 260 mm.
230. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 6.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.
231. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 7.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.
232. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 8.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Imadło o dł. 200 mm.
233. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 9.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Imadło Mayo-Hegar o dł. 240 mm.
234. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 15.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Łyżka Recamier o szer. 40 mm i dł. 350 mm.
235. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 16.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 260 mm.
236. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 17.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klemy okienkowe Foerster o dł. 240 mm.
237. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 19.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
238. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Trzonek o dł. 210 mm.
239. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Pęseta Select o dł. 150 mm.

240. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 6.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Hak operacyjny o max .rozwarciu 200 mm, łopatki boczne 100 mm, łopatka centralna 80x80 mm.
241. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 12.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Imadło Thomas-Walker (Bozemann), dł. 200 mm, lub Imadło Thomas-Walker (Bozemann), utwardzane 260 mm.
242. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 13.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki slim zakrzywione o dł. 180 mm.
243. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 15.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 140 mm.
244. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 16.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 240 mm.
245. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 18.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 215 mm.
246. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 19.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 275 mm.
247. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 22.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 220 mm
248. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 25.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Zapinka o dł. 130 mm bez śrubki.
249. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 27.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
250. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 29.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Korcang o dł. 260 mm.
251. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 30.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klem naczyniowy Derra-DeBakey o dł. 170 mm.
252. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 31.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klem naczyniowy o dł.240 mm.
253. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 32.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klem naczyniowy o dł. 270 mm.
254. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 33.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klem naczyniowy o dł. 160 mm
255. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Hak operacyjny o max .rozwarciu 200 mm, łopatki boczne 60 mm, łopatka centralna 80x80 mm.
256. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Łyżka boczna 110 mm.
257. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Korkociąg o dł. 140 mm.
258. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 11.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.
259. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 12.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dl. 260 mm.
260. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 13.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.
261. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 14.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Hohenfeller, dł. 250 mm, nieutwardzane.
262. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 15.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Imadło Mayo-Hegar o dł. 240 mm.
263. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 16.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Imadło Mayo-Hegar o dł. 200 mm.

264. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 20.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 260 mm.
265. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 23.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
266. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 180 mm.
267. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 6.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 180 mm.
268. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 7.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer o dł. 160 mm.
269. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 9.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Imadło o dł. 200 mm.
270. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 12.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 260 mm.
271. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 14.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Cewnik metalowy o dł. 150 mm.
272. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 16..** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Wziernik pochwoy Doyen o wym. 55x45 mm, i dł. 250 mm.
273. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 17.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Wziernik o wym. 90x40 mm i dł. 215 mm.
274. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 18.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
275. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 220 mm.
276. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Wziernik o wym. 90x40 mm i dł. 215 mm.
277. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 7.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Imadło Mayo-Hegar z łezką o dł. 160 mm.
278. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 8.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Metzenabum-slim o dł. 140 mm.
279. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 9.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
280. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Hak Kocher o wym. 12x40 mm i dł. 220 mm.
281. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Kleszczyki o dł. 210 mm.
282. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Nożyczki Mayo-Lexer o dł. 160 mm.
283. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Nożyczki naczyniowe o dł. 230 mm, kąt zagięcia 45 st.
284. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 9.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Klamra o dł. 120 mm.
285. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 11.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Łyżka do haka o wym. 28x40 mm
286. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Młotek nie posiadający nazwy własnej, rękojeść z tworzywa NOVOTEX, śr. 37 mm, waga 360 g, dł. 240 mm.
287. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze o szczękach odgiętych, dł. bez zmian.
288. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 6.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klesze do cięcia drutu twardego o max śr. 1,5 mm, miękkiego o max. śr. 2,0 mm, dł. 160 mm.

289. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 8.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 230 mm lub Mayo-Harrington o dł. 200 mm.
290. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 9.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Łyżka kostna Bruns, prosta, ostra, dł. 330 mm.
291. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 10.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Łopatka o szer. 25 mm.
292. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 11.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Pobijak o śr. 9 mm.
293. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Haki dwuzębne o dł. 160 mm.
294. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Haki trzyzębne o dł. 160 mm.
295. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 6.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki DeMartel, dł. 180 mm.
296. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 7.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer o dł. 160 mm.
297. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 8.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Imadło Crile-Wood o dł. 150 mm.
298. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 12.** Prawdopodobnie doszło do omyłki pisarskiej. Pod podanym przez Zamawiającego nr katalogowym występuje haczyk typu Ragnell a nie Farabeuff. Prosimy o dopuszczenie haczyka Ragnell dwustronnego o wym. 11x4 mm i 16x6 mm o dł. 150 mm .
299. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 13.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
300. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 2.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Imadło typu Crile-Wood o dł. 150 mm.
301. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer o dł. 160 mm.
302. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki DeMartel o dł. 180 mm.
303. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 6.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Łyżka kostna o dł. 170 mm.
304. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 9.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki Rochester-Ochsner, dł. 200 mm.
305. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 10.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Raspator o dł. 220 mm.
306. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 12.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
307. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.
308. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 7.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Pęseta Adson, dł. 120 mm.
309. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 9.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Imadło Crille-Wood o dł. 150 mm.
310. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 10.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
311. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Pęseta Adson, dł. 120 mm.
312. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Haczyki dwuzębne o dł. 160 mm.
313. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Haczyki czterozębne o dł. 160 mm.

314. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 6.** Prawdopodobnie doszło do omyłki pisarskiej. Pod podanym przez Zamawiającego nr katalogowym występuje haczyk typu Ragnell a nie Farabeuff. Prosimy o dopuszczenie haczyka Ragnell dwustronnego o wym. 11x4 mm i 16x6 mm o dł. 150 mm.
315. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 7.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki DeMartel o dł. 180 mm.
316. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 8.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer odł. 160 mm.
317. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 9.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Imadło Crille-Wood o dł. 150 mm.
318. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 14.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Raspator o dł. 220 mm.
319. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 15.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Raspator o szer. 5 mm i dł. 190 mm.
320. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 16.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Łyżka kostna o dł. 170 mm.
321. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 18.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Podważka o szer. 6 mm.
322. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 20.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
323. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Pancz artroskopowy, śr. szafu 2,8 mm, dł. 130 mm, końcówka robocza 1,6x5 mm.
324. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 2.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Pancz artroskopowy, śr. szafu 3,4 mm, dł. 130 mm, końcówka robocza 2x6 mm.
325. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Pancz artroskopowy, śr. szafu 3,4 mm, dł. 130 mm, końcówka robocza 1,6x5 mm.
326. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Pancz artroskopowy, śr. szafu 3,4 mm, dł. 130 mm, końcówka robocza 1,6x5 mm.
327. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 5.** Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.
328. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 6.** Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.
329. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 7.** Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.
330. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 8.** Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.
331. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 9.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Haczyk artroskopowy, szer. 2,5, dł. 125 mm.
332. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 10.** Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.
333. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 230 mm lub Mayo-Harrington o dł. 200 mm.
334. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 6.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki Rochester-Ochsner, dł. 200 mm.
335. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 10.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Hak o szer. 18 mm.
336. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 14.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Kościotrzymacz o dł. 330 mm.
337. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 15.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Luer o dł. 170 mm.

338. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 18.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Raspator o dł. 220 mm.
339. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 19.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
340. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 21.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Luer o szer. 8 mm i dł. 230 mm.
341. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki Rochester-Ochsner, dł. 200 mm.
342. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 6.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze Liston-Stille o dł. 280 mm.
343. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 7.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki Overholt-Geissendoerfer, dł. 190mm.
344. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 11.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 220 mm.
345. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 12.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Hak o szer. 18 mm.
346. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 15.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Raspator o dł. 220 mm.
347. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 17.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Kleszcze kostne Harmann, szer. 3 mm, dł. 160 mm.
348. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 18.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.
349. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 21.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Osteotom o dł. 240 mm.
350. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 22.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Osteotom o szer. 15 mm i dł. 240 mm.
351. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 23.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Młotek Kirk o dł. 195 mm.
352. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 24.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Odgryzacz Leksell, szer. 8 mm, dł. 230 mm.
353. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 25.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Podważka o szer. 18 mm.
354. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 26.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Podważka Verbrugge-Hohmann, szer. 42 mm.
355. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 27.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Dłuto półokrągłe Dhamen, zakrzywione, szer. 15 mm, dł. 300 mm.
356. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 28.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Łyżka Volkmann, fig.2, dł. 230 mm.
357. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 45.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki do szwów bez nazwy, dł. 170 mm, lub nożyczki Locklin, jedno ostrze zakończone haczykiem, dł. 150 mm.
358. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz.46.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Iris, ostre, proste, dł. 115 mm.
359. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 47.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 150 mm.
360. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz.49.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 140 mm.
361. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz.1.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Rama owalna o wym. 210x350 mm.
362. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz 2.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Uchwyty pasujące ramy z poz. 1.
363. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Łyżka Kelly o wym. 64 x 51 mm.

364. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Łyżka Kelly o wym. 76 x 51 mm.
365. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych - Łyżka Balfour o wym. 76x83 mm.
366. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 6.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi i nazwach własnych -Kontener do sterylizacji o wym. 590x290x170 mm, srebrny.
367. **Dotyczy Pakietu Nr 1 – 27.** Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 60 od daty złożenia zamówienia. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie zawsze są na stanie magazynowym producenta w Niemczech, a proces produkcyjny trwa ok. 60 dni
368. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 23.** Czy Zamawiający może potwierdzić, że podany nr katalogowy tj. 07-56851 jest prawidłowy?
369. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania korcang, prosty typ Foerster- Ballanger o długości 245 mm (symbol BF122R).Podany w SIWZ kod BM861R określa igłę do podwiązań?
370. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 23.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę z kulką o wymiarach : długość 95mm i szerokości 1,2mm?
371. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 21.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę Kocher, odgięta o długości 205mm (wymieniona pozycja w SIWZ BM861R, nie jest już oferowana)?
372. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 49.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszcze do usuwania kamieni żółciowych typ Desjardins o długości 225mm (wymieniona pozycja w SIWZ BM239R, nie jest już oferowana)?
373. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 53.** Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę z kulką o wymiarach długość 95mm i szerokości 1,2 mm?
374. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki typ Nissen (BH199R), długość 185mm, lekko zagięte (wymieniona pozycja w SIWZ BH261R, nie występuje w ofercie firmy Aesculap)?
375. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 10.** Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu Igłę punkcyjną produkcji Storz, ze względu na specyfikę wyrobu?
376. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 30.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kłem naczyniowy typ Derra o długości 170mm?
377. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wziernik Martin o długości 250mm i rozmiarze 105x27mm (wymieniona pozycja w SIWZ EL735R, nie występuje w ofercie firmy Aesculap)?
378. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę chirurgiczną o długości 130mm (wymieniona pozycja w SIWZ HB291R, nie występuje w ofercie firmy Aesculap)?
379. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania peany zakrzywione Micro- Halsted o długości 125mm (brak w ofercie firmy Aesculap pozycji BM109R)?
380. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyk Kocher, prosty o długości 185mm (brak w ofercie firmy Aesculap, pozycji BH664R)?
381. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyk Kocher, prosty o długości 185mm (brak w ofercie firmy Aesculap, pozycji BH664R)?
382. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyk Kocher, prosty o długości 185mm (brak w ofercie firmy Aesculap, pozycji BH664R)?
383. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyk Kocher, prosty o długości 185mm (brak w ofercie firmy Aesculap, pozycji BH664R)?
384. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 21.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podważki o długości 160mm, szerokości 8mm w części roboczej i szerokości 2 mm końcówki roboczej?
385. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 21.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszcze o parametrach wg wzoru firmy Chm o nazwie Leksell-Stille?
386. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 22.** Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki kostne o długości 21 cm?

387. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 23.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki kostne o długości 21 cm?
388. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 21.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Osteotom Lambotte o długości 245 mm?
389. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 22.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Osteotom Lambotte o długości 245mm i szerokości 15 mm?
390. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 23.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania młotek o długości 180 mm, wadze 660g i średnicy 40mm?
391. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 24.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszcze o parametrach wg wzoru firmy Chm o nazwie Leksell-Stille?
392. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 26.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podważkę Verbrugge-Muller o parametrach podanych w SIWZ?
393. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 27.** Czy Zamawiający może podać dokładniejsze parametry dłuta firmy Chm lub je wyłączyć z pakietu?
394. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 29.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki kostne o długości 21 cm?
395. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 30.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki kostne o długości 21 cm?
396. **Dotyczy Pakietu Nr 1 -20 i 22-24.** Czy Zamawiający wymaga serwisu na terenie kraju, certyfikowanego normami : ISO9001 2011 i ISO EN 13485, zapewniający kompleksową obsługę narzędzi wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części?
397. **Dotyczy Pakietu Nr 1 -20 i 22-24.** Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia przez producenta, celem zapewnienia najwyższej jakości narzędzi, wykonania ze stali zgodnie z EN ISO 7153-1 a dla poszczególnych grup instrumentów spełnienia wymogów DIN: nożyczki -X20Cr13, X38CrMoV15 lub X45CrMoV15 kleszczyki, imadła - X20Cr13, X15Cr13 lub 50CrMoV15?
398. **Dotyczy Pakietu Nr 1 -20 i 22-24.** Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia przez producenta, wykonania narzędzi ze stali o twardości w zakresie 42-60 HRC i odporności na korozję wg normy DIN EN ISO 13402?
399. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 310mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
400. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 220mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
401. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 270mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
402. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
403. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej MAYO-HEGAR-SEELEY, spełniające pozostałe parametry SIWZ?
404. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej MAYO-HEGAR (szczęki zagięte, utwardzane), spełniające pozostałe parametry SIWZ?
405. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Moynihan.
406. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 9.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Lawrence.
407. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 275mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
408. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Overholt.
409. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 200mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

410. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
411. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
412. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Kocher.
413. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
414. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
415. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
416. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
417. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 270mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
418. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 210mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
419. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 10.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 210mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
420. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 11.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na korcang, natomiast numer katalogowy na igłę do ligatur.
421. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
422. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na pęsetę koagulacyjną, natomiast numer katalogowy na pęsetę anatomiczną.
423. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 120mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
424. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 10.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy kleszcze typu Kocher.
425. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
426. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 190mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
427. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 190mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
428. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 210mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
429. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 19.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
430. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 23.** Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów.
431. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach łyżki 155x50mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
432. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach łyżki 190x57mm i długości 270mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
433. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach łyżki 76x98mm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
434. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 210mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

435. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Dival, natomiast numer katalogowy kleszcze typu Foerster-Ballenger.
436. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
437. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Oshaughnessy.
438. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej Mini-Gemini, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
439. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
440. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 7.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy kleszcze typu Rumel.
441. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 8.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy kleszcze typu Overholt.
442. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 300mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
443. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 19.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 210mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
444. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 20.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 210mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
445. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 24.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na klemy nerkowe, natomiast numer katalogowy nożyczki.
446. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 26.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 170mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
447. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 27.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
448. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 29.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 280mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
449. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 32.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 190mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
450. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 32.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Schnidt.
451. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 33.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Spencer Wells.
452. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 33.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
453. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 38.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
454. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 39.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 200mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
455. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 40.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
456. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 43.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej ZENKER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
457. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 44.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej ZENKER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

458. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 36.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 220mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
459. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 36.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
460. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 37.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 245 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
461. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 49.** Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów.
462. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 50.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 260mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
463. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 50.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 300mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
464. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 52.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 295 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
465. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 53.** Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów.
466. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
467. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 200 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
468. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250 mm, i nazwie handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
469. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250 mm, i nazwie handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
470. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3.** Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Cairns. Jakiej długości narzędzia wymaga Zamawiający?
471. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 150mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
472. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
473. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
474. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 12.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Kocher.
475. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 13.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Rochester Carmalt.
476. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 14.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na łyżkę typu Bumm, natomiast numer katalogowy na łyżkę typu Recamier.
477. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o części roboczej 40mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
478. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 150mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
479. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
480. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 170mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
481. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 170mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

482. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 200mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
483. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
484. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.12.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Kocher.
485. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 270mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
486. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
487. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 150mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
488. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
489. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 5.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Kocher.
490. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
491. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści hak z łyżką centralną o wymiarach 85x70mm i łyżkami bocznymi 89mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
492. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
493. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
494. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej OVERHOLT-SLIM-S, spełniające pozostałe parametry SIWZ?
495. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 18.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Overholt.
496. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej OVERHOLT GEISSENDORFER, spełniające pozostałe parametry SIWZ?
497. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 19.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Overholt.
498. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 19.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej OVERHOLT GEISSENDORFER, spełniające pozostałe parametry SIWZ?
499. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 20.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 120mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
500. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 20.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Halsted Mosquito.
501. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 21.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 120mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
502. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 21.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Halsted Mosquito.
503. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 22.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
504. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 22.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Roberts.

505. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 21.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej SARROT, spełniające pozostałe parametry SIWZ?
506. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 25.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 130mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
507. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 25.** Czy Zamawiający wymaga zapinek z łączeniem ramion za pomocą śruby, czy nitu?
508. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 28.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Mixer.
509. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 28.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 220mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
510. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 29.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 270mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
511. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści hak z łyżką centralną o wymiarach 85x70mm i łyżkami bocznymi 64mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
512. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści łyżki boczne do haka o dł. 89mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
513. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 170mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
514. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 170mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
515. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 170mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
516. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
517. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
518. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 200mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
519. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
520. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 20.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
521. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 21.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Kocher.
522. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 4.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Kelly.
523. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
524. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 6.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Kocher.
525. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
526. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 200mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
527. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
528. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

529. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 16.** Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów.
530. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach 90x40mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
531. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach 90x40mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
532. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
533. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie z wyłobieniem w szczęcie dla lepszej stabilizacji igły, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
534. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach części roboczej 40x11mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
535. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Gemini.
536. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
537. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
538. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 120mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
539. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 8.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Kocher.
540. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm i wadze 300g, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
541. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
542. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 190mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
543. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 12.** Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów.
544. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 13.** Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów.
545. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3.** Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów.
546. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
547. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
548. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
549. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
550. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 9.** Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów.
551. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 10.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Crile.
552. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 11.** Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów.

553. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 12.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na haki typu Farabeuf, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Ragnell.
554. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
555. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
556. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 175mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
557. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 7.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Crile.
558. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 8.** Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów.
559. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
560. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
561. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 5.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Crile.
562. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 6.** Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów.
563. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
564. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
565. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
566. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 6.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na haki typu Farabeuf, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Ragnell.
567. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
568. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
569. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 10.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 120mm, i nazwie handlowej MICRO-MOSQUITO pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
570. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 11.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Crile.
571. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 12.** Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów.
572. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
573. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
574. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 19.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 150mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
575. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 19.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na odgryzacze typu Luer, natomiast numer katalogowy na odgryzacze typu Friedmann.

576. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 21.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 150mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
577. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 190mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
578. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 8.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Fuchsig.
579. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach części oboczej 40x20mm i dł. 220mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
580. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 10.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
581. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
582. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
583. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
584. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 330mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
585. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 19.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na odgryzacz typu Luer, natomiast numer katalogowy na odgryzacz typu Jansen.
586. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o szerokości w części roboczej 22mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
587. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 270mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
588. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 7.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Fuchsig.
589. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 220mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
590. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
591. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
592. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach części oboczej 40x20mm i dł. 220mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
593. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
594. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 17.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na odgryzacz typu Luer, natomiast numer katalogowy na odgryzacz typu Bane Hartmann.
595. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 21.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
596. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 22.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
597. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 23.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wadze 749g, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
598. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 26.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie szerokości części roboczej 43mm i długości narzędzia 250mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
599. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 27.** Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów.

600. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 28.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 175mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
601. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1.** Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Leriche.
602. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 270mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
603. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 47.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 140mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
604. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 16.** Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy producenta zatyczki do klipsownicy hemoclip + MET LG. Producentem wyżej wymienionego asortymentu nie jest firma Karl Storz.
605. **Dotyczy zapisów SIWZ.** Czy Zamawiający dopuści strony z katalogu (kopia za zgodność z oryginałem) oferowanego przedmiotu zamówienia?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

Ujęte w odpowiedziach na pytania dopuszczenia odnoszą się do opisu przedmiotu zamówienia po uwzględnieniu dokonanej zmiany treści SIWZ.

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w **Pakiecie Nr 21 poz. 1** puncha artroskopowego o średnicy 2,7 mm, podgiętego w górę o 15°, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w **Pakiecie Nr 21 poz. 2** puncha artroskopowego o średnicy 3,4 mm, podgiętego w górę o 15°, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w **Pakiecie Nr 21 poz. 3** puncha artroskopowego o średnicy 3,4 mm, zagiętego w lewo pod kątem 90°, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

**Ad. 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w **Pakiecie Nr 21 poz. 4** puncha artroskopowego o średnicy 3,4 mm, zagiętego w prawo pod kątem 90°, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

**Ad. 5** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w **Pakiecie Nr 21 poz. 5** przesywacza z ciętnem zewnętrznym, zagięty w lewo, bez zamka, o długości całkowitej 253 mm i długości części roboczej 162 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

**Ad. 6** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w **Pakiecie Nr 21 poz. 6** przesywacza z ciętnem zewnętrznym, zagięty w prawo, bez zamka, o długości całkowitej 253 mm i długości części roboczej 162 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

**Ad. 7** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w **Pakiecie Nr 21 poz. 7** przesywacza z ciętnem zewnętrznym, zagięty w górę pod kątem 30°, bez zamka, o długości całkowitej 254 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

**Ad. 8** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w **Pakiecie Nr 21 poz. 8** manipulatora węzłów z uchwytem w postaci rączki używanej do przepychania węzłów o średnicy 3,17 mm i długości 204 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

**Ad. 9** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w **Pakiecie Nr 21 poz. 9** haczyka artroskopowego, o długości końcówki 3-5 mm, z podziałką, o długości całkowitej 235 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

**Ad. 10** Zamawiający nie dopuszcza tolerancji rozmiarów +/-5% dla wszystkich oferowanych narzędzi, dopuszczenia Zamawiający określił w niniejszych odpowiedziach w odniesieniu do poszczególnych pozycji w poszczególnych Pakietach.

**Ad. 11** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 10** igły iniekcyjnej 16,5G i dł. 330 mm.

**Ad. 12** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8** narzędzi laparoskopowych o długości 330 mm zamiast 360 mm.

**Ad. 13** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** piły i ostrza Satterlee o długości 31 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 14** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** odgryzacza Stille-Luer, wygiętego o dł. 22 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 15** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** kleszczy kostnych Stille-Luer o dł. 27 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 16** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** pilnika o dł. 24 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 17** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: **Pakiecie Nr 1 poz. 9, Pakiecie Nr 3 poz. 13, Pakiecie Nr 7 poz. 8, Pakiecie Nr 12 poz. 20, Pakiecie Nr 13 poz. 12, Pakiecie Nr 19 poz. 2, Pakiecie Nr 20 poz. 13, Pakiecie Nr 22 poz. 13, Pakiecie Nr 23 poz. 16** korengów o dł. 25 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 18** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: **Pakiecie Nr 1 poz. 10, Pakiecie Nr 3 poz. 14, Pakiecie Nr 4 poz. 17, Pakiecie Nr 7 poz. 9, Pakiecie Nr 9 poz. 17, Pakiecie Nr 10 poz. 19, Pakiecie Nr 11 poz. 27, Pakiecie Nr 12 poz. 23, Pakiecie Nr 13 poz. 18** (Wykonawca pytał o poz. 12 ale wymienione w pytaniu klamry Zamawiający ujął w poz. 18), **Pakiecie Nr 14 poz. 9, Pakiecie Nr 15 poz. 9, Pakiecie Nr 17 poz. 13, Pakiecie Nr 18 poz. 12, Pakiecie Nr 19 poz. 10, Pakiecie Nr 20 poz. 20, Pakiecie Nr 23 poz. 18** klamry Bunt o dł. 12 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 19** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 8** kleszczyków Moynihan o dł. 23 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz również modyfikacja SIWZ).

**Ad. 20** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: **Pakiecie Nr 3 poz. 4, Pakiecie Nr 7 poz. 4, Pakiecie Nr 10 poz. 8, Pakiecie Nr 12 poz. 16, Pakiecie Nr 13 poz. 9** imadła o dł. 20 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 21** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: **Pakiecie Nr 3 poz. 5, Pakiecie Nr 4 poz. 4, Pakiecie Nr 7 poz. 2, Pakiecie Nr 13 poz. 7, Pakiecie Nr 15 poz. 3, Pakiecie Nr 17 poz. 7, Pakiecie Nr 19 poz. 3, Pakiecie Nr 20 poz. 8** nożyczek Lexer o dł. 16 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 22** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: **Pakiecie Nr 3 poz. 8, Pakiecie Nr 11 poz. 5, Pakiecie Nr 13 poz. 6** kleszczyków Kocher o dł. 18 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz również modyfikacja SIWZ)

**Ad. 23** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** haka o długości 21,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 24** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 8** końcówki do ssaka o długości 27 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 25** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 9 i 10** igieł Deshamp o dł. 21 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 26** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 11** korcangów o dł. 20 cm, ponieważ Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i w pozycji tej winna być igła Deshamp (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 27** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 14** haka Senn-Miller o dł. 17 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 28** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: **Pakiecie Nr 10 poz. 7, Pakiecie Nr 12 poz. 13** nożyczek Lexer, wygiętych o dł. 16 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 29** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: **Pakiecie Nr 10 poz. 9, Pakiecie Nr 12 poz. 15** imadła Mayo-Hegar TC o dł. 24 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 30** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 15** łyżki BUMMA w rozmiarze 40mm/28 cm.

**Ad. 31** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 16** korcangów Ulrich o dł. 25 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 32** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 17** klemów okienkowych o dł. 25 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 33** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 3** łyżki okienkowej głębokiej o wymiarze 8 mm.

**Ad. 34** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 5** świdra o dł. 17 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 35** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 20** kulociągu Schrodera podwójnego o dł. 24 cm, ponieważ zgodnie z wymaganiem określonym przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym w pozycji tej należy zaoferować Korcangi nr katalog BF 059R Aesculap lub równoważne.

**Ad. 36** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 5** peanów prostych o dł. 18 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 37** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 14 poz. 7** imadła Mayo-Hegar o dł. 16 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 38** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 14 poz. 8** nożyczek Metzenbaum-Fino o dł. 15 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 39** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: **Pakiecie Nr 17 poz. 4, Pakiecie Nr 20 poz. 4** haków 2 zębnych, ostrych o dł. 16 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 40** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 5** haków 3 zębnych, tępych o dł. 16 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 41** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 7** nożyczek Toennis-Adson o dł. 18 cm, dopuszcza natomiast zaoferowanie nożyczek Toennis-Adson o dł. 18 cm w: **Pakiecie Nr 18 poz. 5, Pakiecie Nr 20 poz. 7**, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp..

**Ad. 42** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: **Pakiecie Nr 17 poz. 8, Pakiecie Nr 19 poz. 9, Pakiecie Nr 20 poz. 9** imadła de Bakey TC o dł. 16 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 43** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 18 poz. 6** łyżeczki Williger o wymiarach 5,4mm/175 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 44** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 5** haków czterozębnych, ostrych o dł. 16 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 45** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 6** haków Ragnell (patrz modyfikacje SIWZ) o wymiarach 8x4/15x5,5 i dł. 14 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 46** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 15** elewatora dwustronnego o/t o dł. 18 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 47** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 16** (Wykonawca pytał o poz. 15 ale wymienione w pytaniu łyżeczki Zamawiający ujął w poz. 16) łyżeczki Williger o wymiarach 3,8mm/17,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 48** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 17** łyżeczki Schede fig. 000 o wymiarach 2,4mm/17cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 49** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: **Pakiecie Nr 22 poz.: 10, 11, 12, Pakiecie Nr 23 poz.: 12, 13** haków o dł. 21,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 50** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 9** haka powłokowego o wymiarach 40x20mm/ 22 cm długości, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 51** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 14** kościotrzymacza Lane z zamkiem o dł. 33 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 52** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 15** odgryzacza Jansen o dł. 17 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 53** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 16** podważki Lange-Hohmann o wymiarach 24mm/25 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 54** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 17** podważki Hohman o wymiarach 33mm/29cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 55** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 21** odgryzacza Leksell o dł. 23 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 56** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 2** kleszczyków Saenger o dł 27 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 57** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 25 poz. 46** nożyczek IRIS o dł. 11 cm.

**Ad. 58** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 25A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 49** niewłaściwy opis i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowy opis to „Nożyczki do przecinania zaciskacza pępowiny z jednym ostrzem o szerokości 10 mm, całkowita długość narzędzia 125 mm” (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 59** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wymiany wadliwego wyrobu na wyrób wolny od wad do 21 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Ad. 60** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Ad. 61** Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w **Pakiecie Nr 4 poz. 11** w pozycji tej winno być „Deshamp (igła do ligatury) nr katalogowy BM 861R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 62** Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w **Pakiecie Nr 6 poz. 24** w pozycji tej winno być „Nożyczki Tönnis-Adson nr katalogowy BC 630R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 63** Zamawiający w **Pakiecie Nr 19 poz. 3** wymaga nożyczek nr katalogowy BC 591R Aesculap i jest to prawidłowa nazwa i nr katalogowy.

**Ad. 64** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** Luer o długości 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 65** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** korcang o długości 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 66** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 6** nożyczek o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 67** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 4** imadła o długości 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 68** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 69** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 6** trzonka o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 70** Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w **Pakiecie Nr 3 poz. 8** w pozycji tej winno być „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr katalogowy BH 645R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania

pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 71** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 13** korcanga o długości 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 72** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** grabi o długości 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 73** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 4** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 74** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 8** końcówki do ssania o długości 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 75** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 9 i 10** deshamp o długości 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 76** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 17** klamry do spinania narzędzi o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 77** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 6** trzonka o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 78** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 11** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 79** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 14** nożyczek naczyniowych o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 80** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 17** klema hemostatycznego o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 81** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 18** deshampa o długości 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 82** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 19** korcanga o długości 265 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 83** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 22** klamry do spinania narzędzi o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 84** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** haka brzuszego o wymiarach 80x65 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 85** Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w **Pakiecie Nr 6 poz. 5** w pozycji tej winno być „Kleszcze Foerster-Ballenger nr katalogowy BF 122R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 86** Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w **Pakiecie Nr 6 poz. 6 i 7**. W pozycji 6 winno być „Kleszcze typu Oshaughnessy nr katalogowy BJ 067R Aesculap” natomiast w pozycji 7 winno być „Kleszcze typu Rumel nr katalogowy BJ 043R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 87** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 10 i 12** trzonka o długości 215 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 88** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 14** pęsety anatomicznej o długości 300 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 89** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 18** końcówki ssącej o długości 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 90** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 19 i 20** deshamps o długości 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 91** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 22** klemów jelitowych o długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 92** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 26** nożyczek nitkowych o długości 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 93** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 27** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 94** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 29** nożyczek o długości 280 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 95** Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w **Pakiecie Nr 6 poz. 32** w pozycji tej winno być „Kleszcze typu Schnidt nr katalogowy BH 961R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 96** Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w **Pakiecie Nr 6 poz. 33** w pozycji tej winno być „Kleszcze typu Spencer Wells nr katalogowy BH 337R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 97** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 38** imadła do szycia na wprost o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 98** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 39** imadła o długości 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 99** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 40** korcanga o długości 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 100** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 42** klamry do spinania narzędzi o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 101** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 43 i 44** klemów Overholta i nie wyraża zgody na zaoferowanie w tych pozycjach klamer, o które pyta Wykonawca, dopuszcza natomiast zaoferowanie klemów Overholta o długości 290 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 102** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 47** klemów Holzbach o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 103** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 48** sondy oliwkowej do dróg żółciowych o długości 310 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 104** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 49** kleszczy do usuwania kamieni żółciowych o długości 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 105** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 50** kleszczy o długości 300 mm.

**Ad. 106** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 107** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 4** imadła o długości 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 108** W **Pakiecie Nr 7 poz. 7** Zamawiający omyłkowo podał niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia i jego numer katalogowy, prawidłowa nazwa to „Nissen”, a numer katalogowy to „BH 199R Aesculap” (patrz modyfikacje).

**Ad. 109** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 8** korcanga o długości 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 110** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 9** klamry do narzędzi o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 111** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 10** igły o śr. 1,5mm dł. 330 lub 450mm.

**Ad. 112** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 3 i 4** peanów o długości 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 113** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 5** pęsety anatomicznej o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 114** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 8** nożyczek o długości 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 115** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 9** imadła o długości 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 116** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 11** klemów okienkowych o długości 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 117** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 17** klamry na narzędzia o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 118** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 6 i 7** nożyczek o długości 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 119** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 8** imadła o długości 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 120** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 9** imadła o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 121** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 17** klemów okienkowych o długości 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 122** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 19** klamry do spinania narzędzi o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 123** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 2** trzonka o długości 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 124** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 4** pęsety anatomicznej o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 125** Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w **Pakiecie Nr 11 poz. 5** w pozycji tej winno być „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr katalogowy BH 645R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 126** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 12** imadła o długości 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 127** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 14** nożyczek o długości 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 128** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 15** nożyczek preparacyjnych o długości 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 129** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 16** nożyczek preparacyjnych o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 130** Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 22** peanów o długości 220 mm.

**Ad. 131** W **Pakiecie Nr 11 poz. 25** Zamawiający omyłkowo podał niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia i jego numer katalogowy, prawidłowa nazwa i numer katalogowy to „Klem Overholt nr katalogowy BJ 081R Aesculap” (patrz modyfikacje).

**Ad. 132** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 27** klamry na narzędzia o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 133** Zamawiający nie podał innych opisów wymaganego przedmiotu zamówienia niż te które podał w Formularzu Cenowym, ponieważ opis słowny w przypadku narzędzi mógłby nie być jednakowo odczytany przez wszystkich uczestników postępowanie i spowodować zakup narzędzi innych niż są niezbędne Zamawiającemu (opis zastosowany przez Zamawiającego dopuszcza art. 29 ust. 3 ustawy

Prawo zamówień publicznych). Katalogi Firmy Aesculap są ogólnie dostępne na stronach internetowych Firmy. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia korzystał z katalogu „Aesculap Surgical Instruments. General Catalog. Edition 2007”.

**Ad. 134** Zamawiający nie dopuszcza tolerancji wymiarów +/-10% dla wszystkich oferowanych narzędzi, dopuszczenia Zamawiający określił w niniejszych odpowiedziach w odniesieniu do poszczególnych pozycji w poszczególnych Pakietach.

**Ad. 135** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 21 poz. 1-9** i utworzenie z nich odrębnego (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 136** Zamawiający nie dopuszcza tolerancji +/-0,5 cm dla długości wszystkich oferowanych narzędzi, dopuszczenia Zamawiający określił w niniejszych odpowiedziach w odniesieniu do poszczególnych pozycji w poszczególnych Pakietach.

**Ad. 137** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia nawet jeżeli jego długość jest bez zmian. Oferowane narzędzie winno zachowywać również pozostałe cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 138** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** narzędzia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 139** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** raspatora i długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 140** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** nożyczek i długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 141** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 2 poz. 6** nożyczek i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 142** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 7** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 143** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 9** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ)

**Ad. 144** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 145** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 12** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 146** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 13** korcangu i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 147** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 3 poz. 14** klamry i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 148** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** grabi o wymiarach 10x18 mm i długość 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 149** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 4 poz. 4** nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 150** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie **poz. 8 z Pakietu Nr 4** i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.

**Ad. 151** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 4 poz. 9** deshampu prawego i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 152** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 4 poz. 10** deshampu lewego i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 153** W **Pakiecie Nr 4 poz. 11** Zamawiający omyłkowo podał niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowy jest natomiast jego numer katalogowy. Prawidłowa nazwa to „Deshamp (igła do ligatury) nr katalogowy BM 861R Aesculap” (patrz modyfikacje). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 11** igła do ligatury o długości 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 154** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 4 poz. 14** haczyka i wymiary 7x9 i 19x5,5mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 155** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 4 poz. 17** klamry do spinania narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 156** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 157** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 5 poz. 9** kleszczyków i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 158** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 5 poz. 11** nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 159** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 5 poz. 14** nożyczek naczyniowych i długość 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 160** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 5 poz. 17** klemów hemostatycznych i długość 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj.

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 161** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 18** deshampu prawego i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 162** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 19** korcangu i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 163** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 5 poz. 22** klamry do spinania narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 164** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 5 poz. 23** igły z kulka i średnicę 1,2x80mm oraz średnicę 1,4x80 mm.

**Ad. 165** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** haka brzuszego oraz jego wymiary 80x65 mm i długość 255 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 166** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 167** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 168** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 4** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 169** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 5** kleszczy i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 170** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 6** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 171** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 7** kleszczy i długość 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 172** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 8** kleszczy i długość 265 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 173** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 12** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 174** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 6 poz. 14** pęsety anatomicznej i długość 300 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 175** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 6 poz. 17** pęsety koagulacyjnej i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 176** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 6 poz. 18** końcówki ssącej, długość 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp., nie dopuszcza natomiast końcówki ssącej o średnicy 5 mm

**Ad. 177** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 19** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 178** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 20** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 179** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 21** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 180** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 22** klemów jelitowych i długość 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 181** W **Pakiecie Nr 6 poz. 24** Zamawiający omyłkowo podał niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia i jego numer katalogowy, prawidłowa nazwa i numer katalogowy to „Nożyczki Tönnis-Adson nr katalogowy BC 630R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 24** nożyczek ich długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 182** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 26** nożyczek nitkowych i długość 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 183** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 27** nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 184** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 28** nożyczek i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 185** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 29** nożyczek, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 186** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 32** kleszczy i długość 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 187** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 33** kleszczy i długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 188** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 38** imadła i długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 189** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 38** narzędzia, nie dopuszcza natomiast narzędzia o długości 200 mm. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 190** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 6 poz. 42** klamry do spinania narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 191** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 46** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 192** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 47** klemów i długość 235 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 193** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 48** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 194** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 49** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 195** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 51** kleszczy preparacyjnych i długość 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 196** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 52** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 197** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 6 poz. 53** igły z kulką oraz średnice 1,2x80 mm i 1,4x80 mm.

**Ad. 198** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 199** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 7 poz. 4** imadła i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 200** Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w **Pakiecie Nr 7 poz. 7** w pozycji tej winno być „Nissen nr katalogowy BH 199R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 201** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 7 poz. 8** korcanga i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 202** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 7 poz. 9** klamry do narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 203** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 7A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 10** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 204** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, budowa, itp.

**Ad. 205** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, budowa, itp.

**Ad. 206** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 8 poz. 3** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, budowa, itp.

**Ad. 207** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego w pytaniu narzędzia ponieważ w **Pakiecie Nr 8 poz. 4** Zamawiający omyłkowo podał niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia i jego numer katalogowy, prawidłowa nazwa i numer katalogowy to „Imadło średnica 5 mm, długość 36 cm nr katalogowy 26173SC Storz” (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 208** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 8 poz. 5** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, budowa, itp.

**Ad. 209** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 8 poz. 7** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym kształt, rozmiary, budowa, itp. Równocześnie Zamawiający informuje, że Pakiecie Nr 8 poz. 7 omyłkowo podał niewłaściwy nr katalogowy, prawidłowy nr to „26775 UF Storz” (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 210** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 8 poz. 8** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, budowa, itp.

**Ad. 211** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 8 poz. 10** narzędzia, dopuszcza również zaoferowanie trokara gładkiego śr. 11 mm, dł. robocza 101 mm, z zaworem klapkowym i gwoździem piramidальnym.

**Ad. 212** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 8 poz. 12** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, budowa, itp.

**Ad. 213** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 8 poz. 13** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, rozmiary, budowa, itp.

**Ad. 214** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 8 poz. 14** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym kształt, rozmiary, budowa, itp.

**Ad. 215** Zamawiający wykreśla asortyment ujęty w **Pakiecie Nr 8 poz. 15** (patrz modyfikacje SIWZ), w związku z powyższym nie będzie go wydzielał do odrębnego pakietu.

**Ad. 216** Zamawiający wykreśla asortyment ujęty w **Pakiecie Nr 8 poz. 16** (patrz modyfikacje SIWZ), w związku z powyższym nie będzie go wydzielał do odrębnego pakietu.

**Ad. 217** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 8 poz. 17** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, budowa, itp.

**Ad. 218** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** korcangu i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 219** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 3** peanu prostego i długość 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 220** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 4** peanu i jego długość 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 221** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 5** pęsety anatomicznej i długość 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 222** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 9 poz. 7** nożyczek i długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 223** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 9 poz. 8** nożyczek i długość 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 224** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 9** imadła i długość 260 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 225** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 9 poz. 11** klemów okienkowych i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 226** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 9 poz. 14** łyżki oraz jej szerokość 40 mm i długość 350 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 227** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 9 poz. 15** łyżki oraz jej szerokości 20 mm i długość 310 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj.

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 228** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 9 poz. 17** klamry na narzędzia i długość 120mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 229** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 10 poz. 5** nożyczek i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 230** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 10 poz. 6** nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 231** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 10 poz. 7** nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 232** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 8** imadła i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 233** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 9** imadła i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 234** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 10 poz. 15** łyżek oraz ich szerokość 40 mm i długości 350 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 235** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 16** korcangu i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 236** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 10 poz. 17** klemów okienkowych i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 237** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 10 poz. 19** klamry do spinania narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 238** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 11 poz. 2** trzonka i długość 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 239** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 11 poz. 4** pęsety anatomicznej i długość 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 240** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 11 poz. 6** haków operacyjnych i jego wymiary: max .rozwarcie 200 mm, łopatki boczne 100 mm, łopatka centralna 80x80 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 241** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 11 poz. 12** imadła i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 242** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 11 poz. 13** nożyczek i długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 243** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 11 poz. 15** nożyczek preparacyjnych i długość 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 244** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 11 poz. 16** nożyczek preparacyjnych i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 245** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 11 poz. 18** kleszczyków i długość 215 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 246** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 11 poz. 19** kleszczyków i długość 275 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 247** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 11 poz. 22** kleszczy, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 248** Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w **Pakiecie Nr 11 poz. 25** w pozycji tej winno być „Klem Overholt nr katalogowy BJ 081R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 249** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 11 poz. 27** klamry na narzędzia i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 250** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 11 poz. 29** korcangu i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 251** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 11A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 30** klemów naczyniowych i długość 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 252** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 11A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 31** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 253** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 11A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 32** klemów naczyniowych i długość 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 254** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 11A**(po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 33** klemów naczyniowych i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 255** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 12 poz. 2** haków, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 256** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 12 poz. 3** łyżki do haka, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 257** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 12 poz. 5** korkociągu i długość 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 258** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 12 poz. 11** nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 259** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 12 poz. 12** nożyczek i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 260** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 12 poz. 13** nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 261** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 12 poz. 14** nożyczek, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 262** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 12 poz. 15** imadła i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 263** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 12 poz. 16** imadła i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 264** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 12 poz. 20** kulociągów i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 265** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 12 poz. 23** klamry do spinania narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 266** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 13 poz. 5** peanów i długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 267** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 13 poz. 6** kleszczyków i długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 268** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 13 poz. 7** nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 269** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 13 poz. 9** imadeł i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 270** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 13 poz. 12** korcangów i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 271** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 13 poz. 14** cewnika metalowego i długość 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 272** Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w **Pakiecie Nr 13 poz. 16** w pozycji tej winno być „Doyen nr katalogowy EL 628R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 273** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 13 poz. 17** wziernika i wymiary 90x40 mm i dł. 215 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 274** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 13 poz. 18** klamry do spięcia narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 275** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** korcangu i długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 276** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 14 poz. 2** wzierników dopochwowych oraz jego wymiar 90x40 mm i długość 215 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 277** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 14 poz. 7** imadła i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp., nie dopuszcza natomiast imadła z łezką

**Ad. 278** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 14 poz. 8** nożyczek i długość 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 279** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 14 poz. 9** klamry do spięcia narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 280** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 15 poz. 1** haka oraz jego wymiary: 12x40 mm i długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 281** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 15 poz. 2** kleszczyków i długość 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 282** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 15 poz. 3** nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 283** Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w **Pakiecie Nr 15 poz. 4** w pozycji tej winno być „Nożyczki naczyniowe De Bakey nr katalogowy BC 657R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 284** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 15 poz. 9** klamry do spięcia narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 285** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 15 poz. 11** łyżki do haka i jej wymiary 28x40 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 286** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 1** młotka nie posiadającego nazwy własnej, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wagę, wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 287** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 16 poz. 5** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 288** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 16 poz. 6** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 289** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 16 poz. 8** nożyczek i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 290** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 16A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 9** narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: wymiary kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 291** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 16A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 10** szpatulek (łopatek) i ich szerokość 25 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 292** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 16A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 11** podbijaka i jego średnicę 9 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 293** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 17 poz. 4** haków dwuzębnych i ich długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 294** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 17 poz. 5** haków trzyczębnych i ich długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 295** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 17 poz. 6** nożyczek i ich długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 296** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 17 poz. 7** nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 297** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 17 poz. 8** imadła, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 298** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 17 poz. 12** haków, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 299** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 17 poz. 13** klamer do spinania narzędzi i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 300** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 18 poz. 2** imadeł, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 301** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 18 poz. 3** nożyczek i ich długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 302** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 18 poz. 5** nożyczek i ich długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 303** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 18 poz. 6** łyżek kostnych i ich długość 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 304** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 18 poz. 9** kleszczyków i ich długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 305** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 18 poz. 10** raspatorów i ich długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 306** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 18 poz. 12** klamer do spinania narzędzi i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 307** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 19 poz. 3** nożyczek i ich długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 308** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 19 poz. 7** pęset chirurgicznych i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 309** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 19 poz. 9** imadeł, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 310** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 19 poz. 10** klamer do spinania narzędzi i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 311** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 20 poz. 3** pęset chirurgicznych i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 312** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 20 poz. 4** haków dwuzębnych i ich długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 313** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 20 poz. 5** haków czterozębnych i ich długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 314** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 20 poz. 6** kleszczy, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 315** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 20 poz. 7** nożyczek i ich długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 316** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 20 poz. 8** nożyczek i ich długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 317** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 20 poz. 9** imadeł, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 318** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 20 poz. 14** raspatora i jego długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 319** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 20 poz. 14** raspatora oraz jego szerokość 5 mm i długość 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 320** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 20 poz. 16** łyżek kostnych i ich długość 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 321** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 20 poz. 18** podważek, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 322** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 20 poz. 20** klamer do spinania narzędzi i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 323** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 21 poz. 1** pancza artroskopowego nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Biomet, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 324** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 21 poz. 2** pancza artroskopowego nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Biomet, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 325** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 21 poz. 3** pancza artroskopowego nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Biomet, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 326** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 21 poz. 4** pancza artroskopowego nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Biomet, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 327** Zamawiający nie wydziela **poz. 5 z Pakietu Nr 21** do odrębnego pakietu (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 328** Zamawiający nie wydziela **poz. 6 z Pakietu Nr 21** do odrębnego pakietu (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 329** Zamawiający nie wydziela **poz. 7 z Pakietu Nr 21** do odrębnego pakietu (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 330** Zamawiający nie wydziela **poz. 8 z Pakietu Nr 21** do odrębnego pakietu (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 331** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 21 poz. 9** haczyka artroskopowego nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Biomet, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 332** Zamawiający wydziela **poz. 10 z Pakietu Nr 21** do odrębnego pakietu ale łącznie z poz. 10-13 i tworzy z nich **Pakiet Nr 21A** (patrz modyfikacja SIWZ).

**Ad. 333** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 22 poz. 4** nożyczek nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 334** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 22 poz. 6** kleszczyków i ich długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 335** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 22 poz. 10** haków ostrych czterozębnych i ich szerokość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 336** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 22 poz. 14** kościotrzymaczy i ich długość 330 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 337** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 22 poz. 15** luera i jego długość 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 338** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 22 poz. 18** raspatora i jego długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 339** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 22 poz. 19** niewłaściwy numer katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowy numer katalogowy to „BF 491R” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 22 poz. 19** klamry do spinania narzędzi i jej długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 340** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 22A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 21** luera nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 341** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23 poz. 4** kleszczyków i ich długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 342** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23 poz. 6** kleszczyków i ich długość 280 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 343** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23 poz. 7** kleszczy i ich długość 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 344** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23 poz. 11** kocherów i ich długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 345** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23 poz. 12** haków ostrych czterozębnych i ich szerokość 18 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 346** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23 poz. 15** raspatorów i ich długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 347** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23 poz. 17** odgryzaczy, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ)

**Ad. 348** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23 poz. 18** klamer do spinania narzędzi i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 349** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 21** osteotomów i ich długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 350** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 22** osteotomów oraz ich szerokość 15 mm i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 351** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 23** młotków nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: wymiary, wagę, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 352** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 24** luerów nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 353** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 25** podważek i ich szerokość 18 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 354** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 26** podważek i ich szerokość 42 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 355** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 27** dłut, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 356** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 28** łyżek i ich długość 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 357** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 25 poz. 45** nożyczek do ściągania szwów i ich długość 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 358** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 25 poz. 46** nożyczek do ściągania szwów i ich długość 115 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 359** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 25 poz. 47** nożyczek do nacięcia krocza i ich długość 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 360** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 25A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 49** niewłaściwy opis i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowy opis to „Nożyczki do przecinania zaciskacza pępowiny z jednym ostrzem o szerokości 10 mm, całkowita długość narzędzia 125 mm” (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 361** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w **Pakiecie Nr 27 poz. 1** ramy nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Urlich Medical, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 362** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 27 poz. 2** uchwytu, nie dopuszcza natomiast uchwytu do ramy 210x350 mm ponieważ nie wyraża zgody na taką ramę jak również na różnice w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Urlich Medical, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 363** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 27 poz. 3** łyżek nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Urlich Medical, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 364** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 27 poz. 4** łyżek nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Urlich Medical, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 365** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 27 poz. 5** łyżek nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Urlich Medical, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 366** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 27 poz. 6** kontenera do sterylizacji, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach kontenera. Oferowany kontener winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Urlich Medical, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 367** Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostaw do 60 dni od daty złożenia zamówienia

**Ad. 368** Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia wymaganego w **Pakiecie Nr 5 poz. 23** (patrz modyfikacje SIWZ) podany pierwotnie numer katalogowy jest nieaktualny. Zamawiający wymaga w wymienionym Pakiecie i pozycji igły z kulką 1,2x80 mm lub 1,4x80 mm.

**Ad. 369** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 4 poz. 11** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Deshamp (igła do ligatury)”, natomiast podany numer katalogowy jest prawidłowy (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 370** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 23** igły z kulką o wymiarach: długość 95 mm, szerokość 1,2 mm.

**Ad. 371** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 21** igły Kocher, odgiętej o długości 205 mm.

**Ad. 372** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 49** kleszczy do usuwania kamieni żółciowych typ Desjardins o długości 225 mm.

**Ad. 373** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 53** igły z kulką o wymiarach: długość 95 mm, szerokość 1,2 mm.

**Ad. 374** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 7** kleszczyków typu Nissen lekko zagiętych, długość 185 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 375** Zamawiający wyłącza **poz. 10** z **Pakietu Nr 7** i tworzy z niej osobny **Pakiet Nr 7A** (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 376** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 30** klemów naczyniowych o długość 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 377** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 13 poz. 16** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Doyen”, a numer katalogowy to „EL 628R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 378** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 17 poz. 3** niewłaściwy nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowy numer katalogowy to „MB 291R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 3** pęsety chirurgicznej o długość 130 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 379** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 17 poz. 9** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i numer katalogowy to „Mikro Halsted długość 125 mm, nr katalogowy BH 109R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 9** peanów zakrzywionych o długość 125 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 380** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 17 poz. 11** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 381** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 18 poz. 8** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 382** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 19 poz. 6** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 383** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 20 poz. 12** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 384** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 21** podważek o długości 160 mm i szerokości 8 mm w części roboczej i szerokości 2 mm końcówki roboczej. Zaoferowany produkt winien zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Medicon, w tym: kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 385** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 22A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 21** luerów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 386** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22B** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 22** łyżek kostnych o długości 21 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Medicon, w tym: kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 387** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22B** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 23** łyżek kostnych o długości 21 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Medicon, w tym: kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 388** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 21** Osteotmu o długości 245 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 389** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 22** Osteotmu o długości 245 mm, i szerokości 15 mm pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 390** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 23** młotka o długości 180 mm, średnicy 40 mm, wadze 660 g, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 391** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 24** Luera, nie dopuszcza natomiast różnic w jego parametrach.

Oferowany luer winien zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 392** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 26** podważki, nie dopuszcza natomiast różnic w jej parametrach. Oferowana podważka winna zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 393** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 27** dłuta Lexter półokrągłego na drewnianej ręczce, długość 275 mm, szerokość 15 mm, zachowującego cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 394** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23B** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 29** łyżki kostnej o długości 21 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Medicon, w tym: kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 395** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23B** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 30** łyżki kostnej o długości 21 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Medicon, w tym: kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 396** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga serwisu na terenie kraju, certyfikowanego normami : ISO9001 2011 i ISO EN 13485, zapewniający kompleksową obsługę narzędzi wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części. Wymagane warunki gwarancji i serwisu Zamawiający określił w SIWZ pkt I i XIV.8-14.

**Ad. 397** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga potwierdzenia przez producenta wykonania ze stali zgodnie z EN ISO 7153-1 a dla poszczególnych grup instrumentów spełnienia wymogów DIN: nożyczki -X20Cr13, X38CrMoV15 lub X45CrMoV15 kleszczyki, imadła - X20Cr13, X15Cr13 lub 50CrMoV15, oferowane narzędzia winny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ

**Ad. 398** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga potwierdzenia przez producenta, wykonania narzędzi ze stali o twardości w zakresie 42-60 HRC i odporności na korozję wg normy DIN EN ISO 13402. oferowane narzędzia winny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

**Ad. 399** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** piły o długości 310 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 400** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** luera o długości 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 401** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** Listona o długości 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 402** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** korcangu i jego długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 403** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** imadła, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 404** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** imadła ze szczękami zagiętymi, utwardzanymi, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 405** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 2 poz. 8** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Moynihan” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 406** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 2 poz. 9** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Lawrence” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 407** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 9** kleszczy typu Lawrence o długości 275 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 408** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 2 poz. 10** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Overholt” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 409** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 4** imadła o długości 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 410** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 411** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 3 poz. 8** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 412** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 3 poz. 8** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner” (patrz modyfikacje), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 413** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 12** haczyki o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 414** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 13** korcangu i jego długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 415** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** grabi ostrych o długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 416** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 4** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 417** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 8** końcówki do ssania o długości 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 418** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 9** deshampu prawego o długości 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 419** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 10** deshampu lewego o długości 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 420** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 4 poz. 11** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Deshamp (igła do ligatury)” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 421** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 14** haczyków o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 422** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Pęseta anatomiczna” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 423** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 8** moskitków o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 424** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 5 poz. 10** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 425** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 11** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 426** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 14** nożyczek naczyniowych o długości 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 427** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 17** klemów hemostatycznych o długości 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 428** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 18** deshampa prawego o długości 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 429** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 19** korcanga i jego długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 430** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 5 poz. 23** igły z kulką o wymiarach 1,2x80 mm lub 1,4x80 mm (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 431** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** haków brzusznych o wymiarach łyżki 155x50 mm.

**Ad. 432** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** haków brzusznych o wymiarach łyżki 190x57 mm i długości 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 433** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** łyżki do haka o wymiarach 76x98 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 434** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 4** Farabefy o długości 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 435** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 6 poz. 5** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Foerster-Ballenger” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 436** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 5** kleszczy typu Foerster-Ballenger o długości 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 437** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 6 poz. 6** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Oshaughnessy” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 438** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 6** kleszczy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 439** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 7** kleszczy typu Rumel (patrz modyfikacje SIWZ) o długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 440** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 6 poz. 7** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Rumel” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 441** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 6 poz. 8** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Overholt” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian

**Ad. 442** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 14** pęsety anatomicznej o długości 300 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 443** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 19** Deshamps o długości 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 444** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 20** Deshamps o długości 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 445** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 6 poz. 24** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i nr katalogowy to „Nożyczki Tönnis-Adson” nr katalogowy BC 630R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 446** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 26** nożyczek o długości 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 447** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 27** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 448** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 29** nożyczek o długości 280 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 449** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 6 poz. 32** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Schnidt” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 32** kleszczy typu Schnidt o długości 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 450** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 6 poz. 32** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Schnidt” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 451** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 6 poz. 33** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Spencer Wells”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 452** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 33** kleszczy typu Spencer Wells o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 453** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 38** imadła do szycia o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 454** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 39** imadła o długości 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 455** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 40** korcangów i ich długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 456** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 43** klemów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp..

**Ad. 457** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 44** klemów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 458** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 36** Mikuliczy o długości 220 mm.

**Ad. 459** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 36** Mikuliczy o długości 240 mm.

**Ad. 460** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 37** Szapitu o długości 245 mm.

**Ad. 461** Zamawiający wymaga zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 49** kleszcze do usuwania kamieni żółciowych Tübinger-Modell (patrz modyfikacje SIWZ) o parametrach zgodnych z kleszczami Aesculap nr kat EB239R, tj. wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 462** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 50** kleszczy Kochera o długości 260 mm.

**Ad. 463** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 50** kleszczy Kochera o długości 300 mm.

**Ad. 464** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 52** kleszczy preparacyjno-hemostatycznych o długości 295 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 465** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 53** igły z kulka o wymiarach 1,2 mm x 80 mm lub 1,4 mm x 80 mm (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 466** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 467** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 4** imadła o długości 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 468** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 7 poz. 8** korcangu i jego długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 469** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** korcangu i jego długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 470** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 9 poz. 3** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa określenie to „Cairns 150 mm” nr katalogowy bez zmian (patrz modyfikacje

SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 9 poz. 3** narzędzia o długości 150 mm i parametrach tj.: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, zgodnych z narzędziem Aesculapa nr katalogowy BH 124R.

**Ad. 471** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 5** pęsety anatomicznej o długości 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 472** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 5** pęsety anatomicznej o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 473** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 11** klemów okienkowych o długości 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 474** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 9 poz. 12** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner długość 200 mm”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 475** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 9 poz. 13** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Rochester Carmalt długość 200 mm”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 476** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 9 poz. 14** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Łyżka Reccamler” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 477** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 14** łyżki typu Recamler (patrz modyfikacje SIWZ) o długości części roboczej 40 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 478** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 3** pęsety o długości 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 479** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 3** pęsety o długości 180 mm.

**Ad. 480** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 6** nożyczek o długości 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 481** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 7** nożyczek o długości 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 482** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 8** imadła o długości 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 483** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 9** imadła o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 484** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 10 poz. 12** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 485** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 16** korcangu o długości 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 486** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 17** klemów okienkowych o długości 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 487** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 4** pęsety anatomicznej o długości 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 488** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 4** pęsety anatomicznej o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 489** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 11 poz. 5** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 490** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 5** kleszczy typu Koche-Ochsner (patrz modyfikacje SIWZ) o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 491** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 6** haka operacyjnego z łyżką centralną o wymiarach 85x70 mm i łyżkami bocznymi 89 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 492** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 7** wielozębego chwytaka macicy o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 493** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 8** kulociągu jednozębnego o długości 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 494** omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 11 poz. 17** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowe określenie to „Kleszcze 185 mm krótkie”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian. Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w **Pakiecie Nr 11 poz. 17** kleszczy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 495** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 11 poz. 18** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowe określenie to „Kleszcze typu Overholt 210 mm długie nr katalogowy BJ 081R Aesculap”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 496** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 11 poz. 18** kleszczy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 497** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 11 poz. 19** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowe określenie to „Kleszcze typu Overholt 270 mm długie nr katalogowy BJ114R Aesculap”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 498** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 11 poz. 19** kleszczy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 499** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 11 poz. 20** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowe określenie to „Kleszcze typu Halsted-Mosquito krótkie zagięte”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 20** kleszczy typu Halsted Mosquito o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych

wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 500** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 11 poz. 20** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Halsted Mosquito” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 501** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 11 poz. 21** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Halsted Mosquito” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 21** kleszczy typu Halsted Mosquito o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 502** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 11 poz. 21** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Halsted Mosquito”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 503** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 11 poz. 22** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowe określenie to „Kleszcze typu Roberts długie proste 250 mm” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 22** kleszczy typu Roberts o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 504** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 11 poz. 22** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowe określenie to „Kleszcze typu Roberts długie proste 250 mm”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 505** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 11 poz. 21** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Halsted Mosquito”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian. Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 11 poz. 21** kleszczy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 506** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 25** zapinek o długości 130 mm ponieważ omyłkowo podał niewłaściwą nazwę i numer katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Klem Overholt”, a nr katalogowy to „BJ 081R” (patrz modyfikacje).

**Ad. 507** Zamawiający nie wymaga zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 25** zapinek z łączeniem ramion ponieważ omyłkowo podał niewłaściwą nazwę i numer katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Klem Overholt”, a nr katalogowy to „BJ 081R” (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 508** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 11 poz. 28** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Mixer” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 509** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 28** kleszczy typu Mixer (patrz modyfikacje SIWZ) o długości 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 510** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 29** korcangów o długości 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 511** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 2** haków z łyżką centralną 85x70 mm i łyżkami bocznymi 64 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 512** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 3** łyżki boczne do haka o długości 89 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 513** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 5** korkociągu o długości 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 514** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 11** nożyczek o długości 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 515** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 13** nożyczek o długości 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 516** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 14** nożyczek do histerekтомii o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 517** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 15** imadła o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 518** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 16** imadła o długości 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 519** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 17** kulociągu 2-zębego o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 520** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaferowanych w **Pakiecie Nr 12 poz. 20** korcangów i ich długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 521** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 12 poz. 21** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 522** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 13 poz. 4** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kelly” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 523** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 5** peanów o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 524** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 13 poz. 6** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 525** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 6** kleszczy typu Kocher-Ochsner (patrz modyfikacje SIWZ) o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 526** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 9** imadła o długości 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 527** Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 11** kulociągu dwuzębego o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 528** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaferowanych w **Pakiecie Nr 13 poz. 12** korcangów i ich długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj.

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 529** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 13 poz. 16** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i nr katalogowy to „Doyen nr katalogowy EL 628R Aesculap”, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 530** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 17** wziernika o wymiarach 90x40 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 531** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 14 poz. 2** wziernika pochwowego o wymiarach 90x40 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 532** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 14 poz. 7** imadła o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 533** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 14 poz. 7** imadła z wyżłobieniem w szczęcie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 534** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 15 poz. 1** haków o wymiarach 40x11 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 535** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 15 poz. 2** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Gemini”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 536** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 15 poz. 3** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 537** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 15 poz. 4** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Nożyczki De Bakey nr katalogowy BC 657R Aesculap”, (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 538** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 15 poz. 7** moskitków o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 539** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 15 poz. 8** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 540** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 1** młotka o długości 230 mm i wadze 300 g.

**Ad. 541** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 6** kleszczy do obcinania drutu o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 542** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 8** nożyczek o długości 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 543** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 16 B** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 12** niewłaściwy nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nr katalogowy to „790.30.15 Medicon” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 16 poz. 12** śrubokrętu sześciokątnego o długości 20 cm i szerokości 2,5 mm, zgodnego z parametrami śrubokrętu firmy Medicon o nr katalogowy to „790.30.15”, (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 544** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 16B** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 13** miarki do śrub, zgodnej z parametrami miarki do śrub firmy Medicon o nr katalogowy to „711.30.06”, (str. 82 katalogu firmy Medicon).

**Ad. 545** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 17 poz. 3** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Pęsety chirurgiczne Hudson nr katalogowy MB 291R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 17 poz. 3** pęset chirurgicznej, zgodnej z parametrami pęsety chirurgicznej firmy Aesculap o nr katalogowy to „MB 291R” – str. 170 katalogu firmy Aesculap, (patrz również modyfikacje).

**Ad. 546** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 4** haków dwuzębnych o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 547** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 5** haków trzyzębnych o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 548** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 7** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 549** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 8** imadła o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 550** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 17 poz. 9** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Mikro Halsted długość 125 mm, nr katalogowy BH 109R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 17 poz. 9** Mikro Halsted o długości 125 mm, zgodnego z parametrami Mikro Halsted firmy Aesculap o nr katalogowy to „BH 109R”.

**Ad. 551** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 17 poz. 10** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Crile”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 552** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 17 poz. 11** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 17 poz. 11** kocherów Ochsner o długości 200 mm, zgodnych z parametrami kocherów Ochsner firmy Aesculap o nr katalogowy to „BH 646R”.

**Ad. 553** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 17 poz. 12** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Haki typu Ragnell nr katalogowy BT 004R Aesculap”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 554** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 18 poz. 2** imadła o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 555** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 18 poz. 3** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 556** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 18 poz. 6** łyżki kostnej o długości 175 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 557** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 18 poz. 7** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowy opis to „Kleszcze typu Crile długość 160 mm”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 558** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 18 poz. 8** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowy opis i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w

**Pakiecie Nr 18 poz. 8** kocherów Ochsner o długości 200 mm, zgodnych z parametrami kocherów Ochsner firmy Aesculap o nr katalogowy to „BH 646R”.

**Ad. 559** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 19 poz. 2** korcangów i ich długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 560** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 19 poz. 3** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 561** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 19 poz. 5** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowy opis to „Kleszcze typu Micro-Halsted długość 125 mm” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 562** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 19 poz. 6** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowy opis i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 19 poz. 6** kochera Ochsner o długości 200 mm, zgodnego z parametrami kocherów firmy Aesculap o nr katalogowy to „BH 646R”.

**Ad. 563** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 19 poz. 9** imadła o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 564** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 4** haków dwuzębnych o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 565** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 5** haków czterozębnych o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 566** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 20 poz. 6** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Haki typu Ragnell”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 567** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 8** nożyczek o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 568** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 9** imadła o długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 569** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 20 poz. 10** peanów moskitów i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 570** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 20 poz. 11** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Crile”, (patrz modyfikacje SIWZ, nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 571** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 20 poz. 12** niewłaściwą nazwę i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowy opis i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 20 poz. 12** kocherów o długości 200 mm, zgodnych z parametrami kocherów firmy Aesculap o nr katalogowy to „BH 646R” katalogu firmy Aesculap.

**Ad. 572** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 20 poz. 14** raspatorów , nie dopuszcza natomiast długości 250 mm. Zaoferowany produkt winien zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp

**Ad. 573** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 15** raspatorów o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 574** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 20 poz. 19** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Odgrzyzacz typu Friedmann”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 19** odgrzyzaczy typu Friedmann o długości 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 575** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 20 poz. 19** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Odgrzyzacz typu Friedmann”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 576** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 21** podważki szerszej o długości 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Medicon, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 577** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 4** nożyczek o długości 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 578** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 22 poz. 8** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Fuchsig”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 579** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 9** haków powłokowych o wymiarach części roboczej 40x20 mm długości 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 580** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 10** haków ostrych 4 zębnych o długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 581** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 11** haków ostrych 2 zębnych o długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 582** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 12** haków ostrych 1 zębnych o długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 583** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 22 poz. 13** korcangów i długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 584** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 14** kościotrzymacza o długości 330 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 585** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 22 poz. 19** niewłaściwy nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa numer katalogowy to „BF 491R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 22 poz. 19** klamry do spinania narzędzi zgodnej z parametrami klamry do spinania narzędzi firmy Aesculap o nr katalogowy to „BF 491R”.

**Ad. 586** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 16** podważki na rączce o szerokości 22 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 587** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23 poz. 6** listona o długości 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 588** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 23 poz. 7** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Fuchsing”, (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian

**Ad. 589** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23 poz. 11** kochera prostego o długości 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 590** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23 poz. 12** haków ostrych 4 zębnych o długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 591** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23 poz. 13** haków ostrych 1 zębnych o długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 592** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23 poz. 14** haków powłokowych o wymiarach części roboczej 40x20 mm i długości 220 mm. Zaoferowany produkt winien zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 593** Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w **Pakiecie Nr 23 poz. 16** korcangów i ich długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 594** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 23 poz. 17** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Odgryzacz typu Bane Hartmann” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 595** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 21** osteotomów o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 596** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 22** osteotomów o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 597** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 23** młotków o wadze 749 g. Zaoferowany produkt musi zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 598** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 26** podważek o szerokości części roboczej 43 mm i długości 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 599** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 27** dłuta Lexter o długości 275 mm i szerokości 15 mm, na drewnianej ręczce zgodnej z parametrami dłuta Lexter firmy ChM o nr katalogowy to „40.0186” – str. 9 katalogu ChM. (patrz również modyfikacje)

**Ad. 600** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23A** (po dokonanej modyfikacji SIWZ) **poz. 28** łyżki kostnej o długości 175 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj.

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 601** Zamawiający omyłkowo podał w **Pakiecie Nr 24 poz. 1** niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, prawidłowy opis to „Kleszcze Leriche długość 150 mm” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.

**Ad. 602** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 2** korcangów o długość 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 603** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 25 poz. 47** nożyczek o długość 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.

**Ad. 604** Zamawiający wykreślił **poz. 16 z Pakietu Nr 8** (patrz modyfikacje SIWZ).

**Ad. 605** Zamawiający dopuszcza jako materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia - wymagane zgodnie z pkt IV.4.1 SIWZ również strony katalogu (kopia za zgodność z oryginałem”), pod warunkiem że zawarte w nim informacje są w języku polskim i zawierają również zdjęcie (fotografię) oferowanego przedmiotu zamówienia.

W związku z wprowadzonymi zmianami treści SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 20.09.2016r. godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 20.09.2016r. godz. 11:30**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I, III.2, III.4, III.11, V, VI b), IX.1, X.1, XIV.1, Formularzu Ofertowym, Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Formularz Ofertowy oraz Załącznik Nr 1 po dokonanych zmianach treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl  
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

