

Wymagane i oferowane parametry techniczne
Głowica wieloczęstotliwościowa endowaginalna - 1 szt.

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji”	Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Głowica wieloczęstotliwościowa endowaginalna	TAK	
2.	Głowica współpracująca z aparatem Sonix Touch firmy Ultrasonix Medical	TAK	
3.	Zakres pracy przetwornika minimum 5,0-9,0 MHz	TAK	
4.	Minimum 3 częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode)	TAK	
5.	Praca w trybie II harmoniczej	TAK	
6.	Praca w trybie Duplex	TAK	
7.	Kąt pola skanowania (widzenia) minimum 148 °	TAK	
8.	Pracaw tyrbie elastografii	TAK	
Pozostałe wymagania			
9.	Dostawa urządzenia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
10.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia.	TAK	
11.	Szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w dniu protokolarnego odbioru urządzenia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	
12.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego urządzenia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
13.	Pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis minimum 12 miesięcy na dostarczone urządzenie od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym	Warunek min.0 pkt Maksymalna wartość 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
14.	W okresie gwarancji sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych.	TAK	
15.	W okresie gwarancji dowóz urządzeń do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty