



Znak: AE/ZP-27-53/16

Tarnów, 2016-05-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę łóżka porodowego 1szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy pkt. 14 a Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” SIWZ – Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne z 0,5 % do 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy? Jeżeli nie, to na jakie zmniejszenie kar Zamawiający wyrazi zgodę?
2. Dotyczy pkt. 14 e Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” SIWZ – Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne z 0,2 % do 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki? Jeżeli nie, to na jakie zmniejszenie kar Zamawiający wyrazi zgodę?
3. Dotyczy pkt 2 Załącznik Nr 7 – Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości 2170 mm?
4. Dotyczy pkt 2 Załącznik Nr 7 – Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości 2165 mm?
5. Dotyczy pkt 4 Załącznik Nr 7 – Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wysokości leża regulowanej przez napęd elektromechaniczny w zakresie od 595 do 965?
6. Dotyczy pkt 4 Załącznik Nr 7 – Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wysokości leża regulowanej przez napęd elektromechaniczny w zakresie od 580 do 980?
7. Dotyczy pkt 6 Załącznik Nr 7 – Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z ręczną (wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą) regulacją kąta przechyłu Trendelenburga w zakresie od 0° do 12°?
8. Dotyczy pkt 7 Załącznik Nr 7 – Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z ręczną (wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą) regulacją kąta przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie od 0° do 5°?
9. Dotyczy pkt 6 Załącznik Nr 7 – Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga w zakresie od 0° do 20°?
10. Dotyczy pkt 7 Załącznik Nr 7 – Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga w zakresie od 0° do 20°?
11. Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7 – Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z segmentami siedzenia i nożnym wykonanymi z tworzywa ABS oraz z segmentem oparcia pleców wypełnionym płyną laminatową HPL przezierną dla promieni RTG?
12. Dotyczy pkt 14 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z klasą szczelności IP X4?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 - Ad.2

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach w punkcie XV Ogólne warunki umowy pkt. 14a i 14e. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Ad.3

Zamawiający nie dopuści w pkt. 2 Załącznika Nr 7 łóżka o długości 2170 mm.

Ad.4

Zamawiający nie dopuści w pkt. 2 Załącznika Nr 7 łóżka o długości 2165 mm.

Ad.5

Zamawiający dopuści w pkt. 4 Załącznika Nr 7 zaoferowanie łóżka o wysokości leża regulowanej przez napęd elektromechaniczny w zakresie od 595 do 965 mm.

Ad.6

Zamawiający dopuści w pkt. 4 Załącznika Nr 7 zaoferowanie łóżka o wysokości leża regulowanej przez napęd elektromechaniczny w zakresie od 580 do 980 mm.

Ad.7

Zamawiający nie dopuści w pkt. 6 Załącznika Nr 7 łóżka z ręczną (wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą) regulacją kąta przechyłu Trendelenburga w zakresie od 0^0 do 12^0

Ad.8

Zamawiający nie dopuści w pkt. 7 Załącznika Nr 7 łóżka z ręczną (wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą) regulacją kąta przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie od 0^0 do 5^0

Ad.9

Zamawiający dopuści w pkt. 6 Załącznika Nr 7 zaoferowanie łóżka z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga w zakresie od 0^0 do 20^0

Ad.10

Zamawiający dopuści w pkt. 7 Załącznika Nr 7 zaoferowanie łóżka z elektryczną regulacją kąta przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie od 0^0 do 20^0

Ad. 11

Zamawiający nie dopuści do zaoferowania łóżka z segmentami siedzenia i nożnym wykonanymi z tworzywa ABS oraz z segmentem oparcia pleców wypełnionym płyną laminatową HPL przezierną dla promieni RTG.

Ad. 12

Zamawiający nie dopuści w pkt. 14 Załącznika Nr 7 do zaoferowania łóżka z klasą szczelności IP X4

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

