

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
łóżka porodowego 1 szt.**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji”	Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2016.	TAK	
2.	Długość łóżka od 1950-do 2050 mm	TAK	
3.	Szerokość łóżka od 850-do 1100 mm	TAK	
4.	Wysokość łóżka regulowana w minimalnym zakresie od 580 do 900 mm (napęd elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny)	TAK	
5.	Elektryczna regulacja kąta oparcia pleców w minimalnym zakresie 0°-70°	TAK	
6.	Elektryczna regulacja kąta przechyłu Trendelenburga od 0° -16°, ±2°	TAK	
7.	Elektryczna regulacja kąta przechyłu anty-Trendelenburga od 0° -16°, ±2°	TAK	
8.	Maksymalne obciążenie minimum 230 kg	TAK	
9.	Maksymalne obciążenie części nożnej minimum 160 kg	TAK	
10.	Segmenty leża wykonane z tworzywa ABS	TAK	
11.	Regulowany segment nożny wsuwany pod segment siedzenia	TAK	
12.	Odejmowane, bezszwowe materace: dwuczęściowe dla pozycji “fotelowej” i dodatkowy dla pozycji leżącej.	TAK	
13.	Powierzchnia materacy posiadająca właściwości antybakteryjne, wodoodporne, ognioodporne, przepuszczające powietrze	TAK	
14.	Klasa szczelności IP 66	TAK	
15.	Uchwyty dla rąk 2 szt.	TAK	
16.	Uchwyt porodowy do pozycji kucznej 1 szt.	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

17.	Funkcja CPR	TAK	
18.	Podkolanniki 2 szt.	TAK	
19.	Wieszak na płyny infuzyjne 1 szt.	TAK	
20.	Podpórki pod stopy 2 szt.	TAK	
21.	Miska na płyny fizjologiczne	TAK	
22.	Koła blokowane minimum 2	TAK	
Pozostałe wymagania			
23.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczonego urządzenia wraz z dostawą.	TAK	
24.	Dostawa urządzenia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
25.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego urządzenia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
26.	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	
27.	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczone urządzenie od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym	Warunek min.0 pkt. Maksymalna wartość 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	
28.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty