



Znak: AE/ZP-27-57/16

Tarnów, 2016-05- 19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dzierżawę: zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego wraz analizatorami uzupełniającymi oraz 4 analizatorów do badań immunochemicznych, z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy w związku z zapisem „lodówka na pokładzie – brak konieczności wyjmowania odczynników z analizatora” Zamawiający wymaga, aby odczynniki na pokładzie aparatu przechowywane były w temperaturze lodówki (3-10°C), a tym samym, aby można je było umieścić w analizatorze bezpośrednio po wyjęciu z lodówki?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy w związku z zapisem „lodówka na pokładzie – brak konieczności wyjmowania odczynników z analizatora” Zamawiający wymaga, aby odczynniki przechowywane były permanentnie na pokładzie aparatu 24 godziny na dobę?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Prosimy o doprecyzowanie na ilu poziomach każdego dnia wykonywania kontroli będzie przeprowadzana kontrola w zakresie wyspecyfikowanych oznaczeń?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy do podanej ilości oznaczeń należy doliczyć testy na kalibrację i kontrolę zgodnie z harmonogramem Zamawiającego?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę aparatu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3 pkt 22 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ.** Czy podany w pkt 22 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ termin dotyczący czasu naprawy analizatora i wymiany analizatora dotyczy dni roboczych? Jeżeli nie to prosimy o zmianę zapisu na „Wliczony w dzierżawę serwis czas naprawy do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii, w przypadku nieskutecznej naprawy czas wymiany na inny aparat – do 72 godzin w dni robocze”.
7. **Dotyczy pkt IV.2.3 SIWZ.** Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań SIWZ jeśli Wykonawca dla Pakietu Nr 2 przedstawi referencję o wartości nie mniejszej niż wymagana o przedmiocie: Dostawa odczynników mikrobiologicznych do laboratorium szpitalnego wraz z dzierżawą analizatora?
8. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.1 SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu składania zamówień z formy telefonicznej na formę pisemną lub przez e-mail?
9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.9 lit. a SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%?
10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10%?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Zamawiający zgłaszał zapotrzebowanie faxem, emailem lub w formie pisemnej?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatorów z 14 dni na min. 21 dni.
13. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV SIWZ.** Prosimy o dopisanie następującego ustępu do warunków umowy: „W okresie obowiązywania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT, po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty

ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń”.

14. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie odczynniki, kontrole i kalibratory pochodziły od tego samego producenta co oferowany analizator?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wymaga, aby czas uzyskania pierwszego wyniku dla każdego parametru wynosił poniżej 40 min?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wymaga aby trwałość odczynników po otwarciu do daty ważności odczynnika pod warunkiem ich okresowego przechowywania w lodówce poza analizatorem?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wymaga aby objętość martwa próbki < 50 mikrolitrów?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wymaga analizator zapewniał eliminację efektu przenoszenia „carry-over” do poziomu nieistotnego klinicznie (mniejszego niż 0,1 cząstki na milion) potwierdzonego w ulotkach/instrukcjach producenta?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wymaga zdalnej diagnostyki serwisowej przez Internet (serwis producenta ma ciągły dostęp przez Internet do aktualnych parametrów technicznych analizatora, statusu wykonywanych procedur, pojawiających się komunikatów błędów)?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wymaga co najmniej 35 dedykowanych, osobnych miejsc na próbki „cito” w podajniku próbkowym?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 7.3 pkt 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, rok produkcji 2010?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 7.3 pkt 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferować analizator wolnostojący?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 7.3 pkt 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu przetargowym zaoferować analizator o wydajności do 100 testów na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 7.3 pkt 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stacjonarnego zestawu komputerowego? Czy Zamawiający może określić min. parametry zestawu komp.?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 7.3 pkt 16.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników konfekcjonowanych po 100 testów w opakowaniu, przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 7.3 pkt 21.** Czy Zamawiający może określić przewidywany maksymalny koszt brutto udziału 1 osoby w konferencji?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania HCG prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 7.1.** Czy pod określeniem „chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora” Zamawiający rozumie taki system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta odczynników i który jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników na pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 7.1 pkt 9 wymagań dla analizatora wiodącego (system biochemiczno-immunologiczny oraz analizator backup-biochemicznego.** W celu prawidłowego przygotowania oferty i wyspecjalizowania koniecznych materiałów prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby analizator posiadał możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej, gdy hemolizat przygotowywany jest automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat czy manualnie poza analizatorem?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 7.1 pkt 17 wymagań dla analizatora wiodącego (system biochemiczno-immunologiczny oraz pkt 9 wymagań dla analizatora backup-biochemicznego.** Prosimy o doprecyzowanie czy przez wymóg „odcynniki gotowe do użycia”



Zamawiający wymaga aby reagenty przed wstawieniem do analizatora nie wymagały żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych np. rozpuszczania czy łączenia dwóch składników?

31. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 7.1 pkt 3 wymagań dla analizatora backup-biochemicznego.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 4 zestawów odczynnikowych (magnez, HbA1c, ferrytyna, ASO) różniące się nr katalogowym dla zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego i analizatora biochemicznego back-up?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów (zintegrowany system biochemiczno-immunologiczny oraz analizator biochemiczny back-up) dla których zastosowano w modułach ISE inne rozwiązanie techniczne?
33. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.1 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia były składane za pośrednictwem poczty elektronicznej?
34. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.1 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
35. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.5.4 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: „W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”
36. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.9 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”
37. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?
38. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie XV.10
39. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.12 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
40. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.15 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
41. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.16 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zdania: „Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia zwalnia Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu za okres przypadający od dnia dostarczenia towaru przez inny podmiot.”?
42. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV SIWZ.** Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający-jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.



43. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów do umowy, regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wymogiem podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej.
44. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę drukarki Zebra ZT230 zamiast Zebra Stripe S4M?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający informuje, że zapis dotyczący przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3** w pkt 4 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ o treści „Lodówka na pokładzie – brak konieczności wyjmowania odczynników z analizatora” oznacza, iż Zamawiający wymaga, aby odczynniki na pokładzie aparatu przechowywane były w temperaturze lodówki (Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby była to temperatura 3-10⁰C), aby można je było umieścić w analizatorze bezpośrednio po wyjęciu z lodówki.

Ad. 2 Zamawiający nie wymaga aby odczynniki oferowane w **Pakiecie Nr 3** przechowywane były permanentnie na pokładzie aparatu 24 godziny na dobę.

Ad. 3 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia zapis dla **Pakietu Nr 3** w pkt 20 Załącznika Nr 7.3 o treści „Ilość zaoferowanych odczynników i innych materiałów uwzględnia oprócz liczby oznaczeń określonych w Załączniku Nr 1 również przeprowadzenie pełnej kontroli: anty HCV i HBsAg - 2 razy w tygodniu, w przypadku pozostałych oznaczeń 1 raz w tygodniu” na zapis o treści „Ilość zaoferowanych odczynników i innych materiałów uwzględnia oprócz liczby oznaczeń określonych w Załączniku Nr 1 również przeprowadzenie pełnej kontroli: anty HCV i HBsAg - 2 razy w tygodniu na dwóch poziomach, w przypadku pozostałych oznaczeń 1 raz w tygodniu na 2 poziomach.”

Ad. 4 Zamawiający potwierdza, że w **Pakiecie Nr 3** do podanej ilości oznaczeń należy doliczyć testy na kalibrację i kontrolę zgodnie z harmonogramem Zamawiającego, co zostało określone w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz w pkt 20 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę analizatora o którym mowa w **Pakiecie Nr 3** w terminie 30 dni od daty podpisania umowy i podtrzymuje termin dostawy określony w SIWZ.

Ad. 6 Podany w pkt 22 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ termin dotyczący czasu naprawy i wymiany analizatora ujętego w **Pakiecie Nr 3** określony został w godzinach, w związku czym dotyczy kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie.

Ad. 7 Zamawiający informuje, że przez dostawę, o której mowa w pkt IV.2.3 SIWZ związaną z przedmiotem zamówienia tj. odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora. Tym samym Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt IV.2.3 SIWZ za spełniony również w przypadku gdy Wykonawca w załączonym do oferty wykazie głównych dostaw wykaże w zakresie **Pakietu Nr 2** dostawę odczynników mikrobiologicznych do laboratorium szpitalnego wraz z dzierżawą analizatora, pod warunkiem, że wartość tej dostawy będzie nie mniejsza niż 889.750 PLN.

Ad. 8, 11, 33 Zamawiający dopuszcza składanie zamówień również formą elektroniczną (e-mail), pod warunkiem ich potwierdzania przez Wykonawcę, nie odstępuje natomiast od pozostałych form składania zamówień – określonych w pkt XV.1 SIWZ, w tym faxem, który Zamawiający uznaje za formę pisemną.

Ad. 9-10, 13, 35-41 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę analizatora będącego przedmiotem zamówienia w **Pakiecie Nr 3** w terminie min. 21 dni od daty podpisania umowy i podtrzymuje termin dostawy określony w SIWZ.

Ad. 14 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3** Zamawiający określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu aby wszystkie odczynniki, kontrole i kalibratory pochodziły od tego samego producenta co oferowany analizator. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Załączników do niej.

Ad. 15 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3** Zamawiający określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu aby czas uzyskania pierwszego wyniku dla każdego parametru wynosił poniżej 40 min. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Załączników do niej.

Ad. 16 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3** Zamawiający określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu o trwałości odczynników po otwarciu do daty ważności odczynnika pod warunkiem ich okresowego przechowywania w lodówce poza analizatorem. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Załączników do niej.

Ad. 17 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3** Zamawiający określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu aby objętość martwa próbki była <50 mikrolitrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Załączników do niej.

Ad. 18 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3** Zamawiający określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu aby analizator zapewniał eliminację efektu przenoszenia „carry-over” do poziomu nieistotnego klinicznie (mniejszego niż 0,1 cząstki na milion) potwierdzonego w ulotkach/instrukcjach producenta. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Załączników do niej.

Ad. 19 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3** Zamawiający określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu dotyczącego zdalnej diagnostyki serwisowej przez Internet (serwis producenta ma ciągły dostęp przez Internet do aktualnych parametrów technicznych analizatora, statusu wykonywanych procedur, pojawiających się komunikatów błędów). Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Załączników do niej.

Ad. 20 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3** Zamawiający określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu co najmniej 35 dedykowanych, osobnych miejsc na próbki „cito” w podajniku próbkowym. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Załączników do niej.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** analizatora z rokiem produkcji 2010 r., i podtrzymuje wymagania SIWZ w tym zakresie, tj. analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 r.

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** analizatora wolnostojącego.

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** analizatora o wydajności do 100 testów na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT.

Ad. 24 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3** Zamawiający określił w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 7.3 do niej – brak w nich wymogu dotyczącego parametrów zestawu komputerowego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Załączników do niej. Wykonawca winien zaoferować taki zestaw komputerowy, który spełniał będzie wymagania Zamawiającego określone w pkt 14 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ.

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** odczynników konfekcjonowanych po 100 testów w opakowaniu, przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ.

Ad. 26 Zamawiający przewiduje, że szacunkowa wartość udziału 1 osoby w konferencji, o której mowa w pkt 21 Załącznika Nr 7.3, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w **Pakiecie Nr 3**, wyniesie około 1000 zł

Ad. 27 Ujęte w **Pakiecie Nr 1** testy do oznaczania HCG Zamawiający zamierza stosować jako test ciążowy, a także jako marker nowotworowy

Ad. 28 Zamawiający informuje, że zapis dotyczący przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1** w Załączniku Nr 7.1 do SIWZ o treści „Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora” oznacza taki system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze, który jest zgodny z wymogami



producenta odczynników i który jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników na pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta.

Ad. 29 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia zapis dla **Pakietu Nr 1** w pkt 9 Załącznika Nr 7.1 wymagań dla części biochemicznej Systemu biochemiczno-immunologicznego „Możliwość wykonywania badań w: surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej” na zapis o treści „Możliwość wykonywania badań w: surowicy, osoczu, hemolizacie (przygotowywanym automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat jak również manualnie poza analizatorem), moczu, PMR i krwi pełnej. Powyższy zapis dotyczy również analizatora bac-up biochemicznego, który zgodnie z zapisem w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) winien pełnić funkcję aparatu rezerwowego.

Ad. 30 Zamawiający informuje, że zapis dotyczący przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1** w Załączniku Nr 7.1 do SIWZ (pkt 17 wymagań dla części biochemicznej analizatora wiodącego - system biochemiczno-immunologiczny oraz pkt 9 wymagań dla analizatora backup-biochemicznego) o treści „Odczynniki gotowe do użycia” oznacza, że reagenty przed wstawieniem do analizatora nie wymagają żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych np. rozpuszczania czy łączenia dwóch składników.

Ad. 31 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** 4 zestawów odczynnikowych (magnez, HbA1c, ferrytyna, ASO) różniących się nr katalogowym dla zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego i analizatora biochemicznego back-up.

Ad. 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** analizatorów (zintegrowany system biochemiczno-immunologiczny oraz analizator biochemiczny back-up) dla których zastosowano w modułach ISE inne rozwiązanie techniczne.

Ad. 34 Zamawiający nie wyraża zgody aby termin dostawy analizatorów będących przedmiotem zamówienia w **Pakiecie Nr 1** wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty ich dostarczenia i podtrzymuje termin dostawy określony w SIWZ.

Ad. 42 Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie załączonego do pytania wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zamawiający przewiduje natomiast zawarcie z Wykonawcą umowy dotyczącej ochrony danych osobowych w dniu podpisania umowy o udzielenie zamówienia.

Ad. 43 Zamawiający informuje, iż przewiduje zawarcie z Wykonawcą umowy dotyczącej ochrony danych osobowych w dniu podpisania umowy o udzielenie zamówienia.

Ad. 44 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** drukarek Zebra ZT230 zamiast wskazanych w Załączniku Nr 7.1 Zebra Stripe S4M, pod warunkiem, że zaoferowane drukarki będą współpracowały z Programem Infomedica firmy Asseco - moduł Laboratorium oraz oprogramowaniem autorskim do drukowania kodów dla Szpitala (Zamawiającego), pracowały na identycznych materiałach eksploatacyjnych jak drukarka Zebra Stripe S4M, w tym etykietach w rolkach po 1500 szt., rozmiary etykiety 32 mm szerokość i 20 mm wysokość.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadzając zmiany w:

pkt XV SIWZ, tj. dodaje pkt 18 a o następującej treści: „Zamawiający przewiduje zawarcie z Wykonawcą umowy dotyczącej ochrony danych osobowych w dniu podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego”

Załączniku Nr 7.1 do SIWZ (pkt 17 wymagań dla części biochemicznej analizatora wiodącego - system biochemiczno-immunologiczny oraz pkt 9 wymagań dla analizatora backup-biochemicznego) dotychczasowy zapis o treści „Odczynniki gotowe do użycia” zastępuje zapisem o treści „Odczynniki gotowe do użycia (nie dotyczy hemolizatu)”.



W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad. 3 i Ad 29 działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 12a ustawy Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 30.05.2016 godz. 10⁰⁰ na 31.05.2016 r. godz. 10⁰⁰ oraz termin otwarcia ofert z 30.05.2016 godz. 11⁰⁰ na 31.05.2016 godz. 11⁰⁰ oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści SIWZ w punkcie III.11, V b), X.1, XI.1, XV.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 7.1 po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 1 oraz Załącznik Nr 7.3 po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 3.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

