

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 2 - Odczynniki, materiały wzorcujące, kontrolne i zużywalne do oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą 3 analizatorów

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
1.	Analizatory immunologiczne złożone z dwóch niezależnych modułów z przeznaczeniem do pracowni analityki i mikrobiologii, pracujących w tym samym systemie odczynnikowym, mogących oznaczyć parametry wymienione w Załączniku Nr 1 pozycje nr 1 - 16. Pracownia Badań Cito - 2 analizatory, Pracownia Mikrobiologii - 1 analizator	
2.	Analizatory bezigłowe, co całkowicie wyeliminuje kontaminację	
3.	Automatyczna krzywa kalibracyjna w postaci kodu kreskowego, rekalkulacja nie częściej niż raz na 14 dni	
4.	Analizatory gotowe do pracy 24 h/dobę - nie wymagające codziennej obsługi (używania buforów, płynów płuczających, kalibracji, czyszczenia)	
5.	Zarówno analizatory jak i odczynniki dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876, z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego	
6.	W dzierżawie uwzględniono koszty wpięcia wszystkich analizatorów do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica - moduł laboratoryjny, w tym dostarczenie zestawu komputerowego i/lub oprogramowania jeżeli będzie niezbędne do wpięcia analizatorów do sieci	
7.	Możliwość wykonania w jednym czasie co najmniej 15 różnych parametrów	
8.	Miejsce na wykonanie w jednym czasie co najmniej 54 badań, co najmniej 24 - Pracownia Cito oraz 30 Pracownia Mikrobiologii	
9.	Dostarczenie wraz z systemem metodyki oznaczeń w języku polskim, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim oraz instrukcje obsługi analizatorów	
10.	Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kontrole i kalibratory	
11.	Ilościowy test do oznaczania prokalcytoniny - oznaczenie ilościowe na licencji Brahms	
12.	W komplecie z każdym analizatorem UPS podtrzymujący pracę analizatora nie krócej niż 20 min.	
13.	Trwałość odczynników do wykonywania oznaczeń - po otwarciu opakowania nie krótsza niż trwałość podana na opakowaniu jako termin ważności	
14.	Możliwość oznaczania przeciwciał Borelioza IgG w surowicy i PMR na wszystkich analizatorach	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
15.	Serwis techniczny na okres obowiązywania umowy wliczony w dzierżawę: obejmujący naprawy i przeglądy za wyjątkiem części zużywalnych wyszczególnionych w ofercie w Załączniku Nr 1, czas naprawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin	
16.	Gwarantowany okres ważności odczynników - min. 4 miesiące od daty dostawy	
17.	Dostawa analizatorów do 14 dni od daty podpisania umowy	
18.	W zestawie z analizatorami sprzęt pomocniczy - cieplarka o parametrach: czynnik sterylizujący - suche, gorące powietrze, możliwość wyboru temperatury w zakresie 160 - 180 ⁰ C, możliwość wyboru czasu sterylizacji w zakresie 90 - 120 minut, automatyczne odliczanie czasu sterylizacji po osiągnięciu żądanej temperatury, nawiew powietrza wewnątrz komory sterylizującej, pojemność komory około 0,1 m ³ , wyposażenie sterylizatora w co najmniej 2 półki (poziomy sterylizacji)	
19.	Zapewnienie w siedzibie Zamawiającego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	
20.	Jeden z analizatorów w Pracowni Analitycznej Cito musi posiadać moduł pipetujący z próbki macierzystej	

UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty