

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 3 - Dzierżawa analizatora do oznaczni immunochemicznych wraz z dostawami odczynników, materiałów: wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
1.	Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2016	
2.	Analizator nastolowy, w pełni automatyczny, umożliwiający wykonanie analiz w trybie "pacjent po pacjencie" oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym, bez konieczności zatrzymywania jego pracy	
3.	Wydajność analizatora minimum 100 (± 10) analiz na godzinę	
4.	Lodówka na pokładzie - brak konieczności wyjmowania odczynników z analizatora	
5.	Możliwość automatycznej analizy minimum 18 różnych parametrów jednocześnie z jednej próbki, przy użyciu metody chemiluminescencji	
6.	Możliwość jednoczesnego wstawienia do analizatora minimum 60 próbek badanych	
7.	Możliwość wstawienia do analizatora materiału badanego w próbkach pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych	
8.	Wszystkie oferowane podstawowe testy, kalibratory i kontrole w stanie płynnym, gotowe do natychmiastowego użycia	
9.	Możliwość dostawiania próbek, kalibratorów, materiału kontrolnego w trakcie pracy analizatora bez jej przerywania	
10.	Identyfikacja testów za pomocą kodów kreskowych z monitorowaniem ilości odczynników w opakowaniu	
11.	Statystyka i kontrola jakości Levey'a i Jenningsa w oprogramowaniu analizatora	
12.	Czytnik kodów kreskowych	
13.	W zestawie z analizatorem: 2 wirówki laboratoryjne do przygotowania materiału biologicznego, sprzęt niezbędny do statystycznego opracowania wyników oraz wysyłania ich drogą elektroniczną do odbiorcy (mobilny zestaw komputerowy, UPS podtrzymujący pracę analizatora nie krócej niż 20 min	
14.	W dzierżawie uwzględniono koszty wpięcia analizatora do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł laboratoryjny, w tym dostarczenie zestawu komputerowego i/lub oprogramowania jeżeli będzie niezbędne do wpięcia analizatora do sieci	
15.	Wykonywanie oznaczeń w oparciu o odczyt w jednorazowych naczynkach reakcyjnych	
16.	Opakowania odczynników do bezpośredniego wstawienia na pokład aparatu konfekcjonowanych po 50 testów w opakowaniu	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
17	Gwarantowany okres ważności: odczynników - 3 miesiące od daty dostawy, materiałów wzorcujących i kontrolnych – minimum 6 miesięcy od daty dostawy	
18	Analizator pracujący bez konieczności użycia jednorazowych końcówek dozujących	
19	Zarówno analizator jak i odczynniki dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876, z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
20	Ilość zaoferowanych odczynników i innych materiałów uwzględnia oprócz liczby oznaczeń określonych w Załączniku Nr 1 również przeprowadzenie pełnej kontroli: anty HCV i HBsAg - 2 razy w tygodniu na dwóch poziomach, w przypadku pozostałych oznaczeń 1 raz w tygodniu na 2 poziomach	
19	Dostawa analizatora wraz z osprzętem - do 14 dni od daty podpisania umowy	
21	Zapewnienie szkolenia pracownikom Zamawiającego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w siedzibie zamawiającego oraz zapewnienie udziału w 2 konferencjach (1 raz na rok) naukowo-szkoleniowych dla 1 osoby	
	W sytuacji awarii analizatora przedłużającej się powyżej 24 godzin, umożliwienie realizacji badań we wskazanym przez Zamawiającego Laboratorium	
22	Wliczony w dzierżawę serwis czas naprawy - do 24 godzin od zgłoszenia awarii, w przypadku nieskutecznej naprawy czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin	

UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty