



Znak: AE/ZP-27-60/16

Tarnów, 2016-05-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dzierżawę czytnika OB, wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie dostaw miesięcznie, co daje liczbę dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w projekcie umowy „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt 12.** Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie pkt. 12, formułując je w następujący sposób: Pkt. 12 "Serwis techniczny do automatycznej analizy OB na okres obowiązywania umowy wliczony w dzierżawę: obejmujący naprawy i przeglądy, czas naprawy - do 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny aparat - do 96 godzin w dni robocze."

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Ze względu na specyfikę działalności, Zamawiający nie jest w stanie określić ile dostaw będzie wymagał w trakcie realizacji umowy. Wielkość ta uzależniona jest od liczby pacjentów, którzy trafią do Szpitala jak również od ilości umów zawartych z jednostkami zewnętrznymi na wykonywanie badań analitycznych. W 2015 r. było 33 dostawy przedmiotu zamówienia ujętego w niniejszym postępowaniu.

Ad. 2 – 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt 12 w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a