

Wymagania dla przedmiotu zamówienia

L.p.	Wymagane parametry systemu pobierania krwi metodą próżniową	Wpisać TAK/NIE, opisać
1.	Pod pojęciem "próbówki" (wymienione w Załączniku Nr 1) rozumie się pojemniki próżniowe do pobierania próbek krwi żyłnej, o parametrach podanych w Załączniku Nr 1	
2.	Pojemniki próżniowe do pobierania próbek krwi żyłnej spełniają zalecenia normy ISO 6710 lub równoważnej w zakresie kodowania barwnego	
3.	Pojemniki próżniowe do pobierania próbek krwi żyłnej spełniają zalecenia normy PN-EN 14 820 lub równoważnej	
4.	Wszystkie elementy systemu używane bezpośrednio do pobierania krwi (igły, uchwyty, pojemniki, adaptory do pobierania krwi, zestawy do gazometrii) pochodzą od jednego producenta. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek pochodzących od innego producenta pod warunkiem złożenia oświadczenia o ich kompatybilności z zaoferowanym systemem	
5.	Podana w Załączniku Nr 1 pojemność probówek oznacza nominalną objętość pobranej próbki krwi. Dopuszcza się próbówki o pojemnościach $\pm 10\%$ w stosunku do podanej przez Zamawiającego pojemności w Załączniku Nr 1.	
6.	Oferowany system (wszystkie jego elementy) spełnia warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876, z późniejszymi zmianami). Dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie	
7.	Dopuszcza się zaoferowanie w pozycji 5 Załącznika Nr 1 probówek z innymi inhibitorami proteolizy	
8.	Dopuszcza się zaoferowanie w pozycji 6 Załącznika Nr 1 probówek z innymi inhibitorami glikolizy	
9.	Igły systemowe oferowane w pozycji 9 Załącznika Nr 1 winny mieć wizjer kontrolujący wkłucie dołożyska żylnego wyraźnie zaznaczony, o długości nie mniejszej niż 0,5 cm	
10.	Zaoferowane igły muszą być łatwo i stabilnie łączone z uchwytami za pomocą połączenia gwintowego	
11.	Automatyczny czytnik OB musi mieć wydajności nie mniejszą 30 analiz na godzinę, wykonywać wszystkie czynności przewidziane procedurą (w tym homogenizacja próbki przed badaniem), wyposażony w wbudowaną drukarkę, a ponadto musi być gotowy do podłączenia do sieci informatycznej i z możliwością podłączenia czytnika kodów paskowych	
12.	Serwis techniczny do automatycznej analizy OB na okres obowiązywania umowy wliczony w dzierżawę: obejmujący naprawy i przeglądy, czas naprawy - do 72 godzin od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin	
13.	Gwarantowany okres ważności elementów systemu, od daty dostawy - min. 12 miesięcy	
14.	Dostawa automatycznego czytnika do OB do 14 dni od daty podpisania umowy	
15.	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego bezpłatnego szkolenia personelu medycznego w zakresie zasad bezpiecznego posługiwania się systemem, w wymiarze 16 godzin (w 2 dniach roboczych)	