



Znak: AE/ZP-27-61/16

Tarnów, 2016-04-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (strzykawek, przyrządów do przetoczeń, butelek do przechowywania pokarmu), szwów chirurgicznych oraz opatrunków

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1,2** – Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wodną od PCV oraz pozbawione były ftalanów? Czy zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1,2** – Czy Zamawiający wymaga, aby na regulatorze przepływu przyrządów umieszczone było logo producenta celem łatwiejszej identyfikacji przyrządu w trakcie i po jego użyciu, w sytuacji gdy często opakowanie jest już wyrzucone?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7,8,9** – Prosimy o dopuszczenie strzykawek kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego pompami, a które nie są wpisane w menu pompy.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3,5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu „igła kosmetyczna” pozostałe parametry bez zmian?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1,2,3** – Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1,2,3 butelki mikrobiologiczne czyste, pakowane po 40 sztuk, a dodatkowo w pozycji nr 2, butelki o pojemności 150 ml?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1,2** – Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1,2** – Czy Zamawiający dopuści przyrządy z drenem o długości min. 150 cm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki o długości 250 cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3,5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrótnie tnącej wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 lecz nie posiadającej w swoim opisie nazwy „igła plastyczna”?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1,2** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetoczeń ze standardowym drenem długości 150 cm.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetoczeń ze standardowym drenem długości 150 cm.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetoczeń z drenem długości 180 cm.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7-8** – Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, gdyż w przedstawionym załączniku nr 6 wykazie pomp brak jest

jednego producenta strzykawki 20 ml i 50-60 ml, który jest wpisany w menu wszystkich pomp infuzyjnych stosowanych przez Państwa Szpital.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2 poz. 1,2 nie wymaga, ale dopuszcza aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Zamawiający nie wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego.

Ad. 2

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2 poz. 1,2 nie wymaga, ale dopuszcza aby na regulatorze przepływu przyrządów umieszczone było logo producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ujęte w Pakiecie Nr 3 w pozycjach 7,8,9 Formularza Cenowego i wymaga zaoferowania strzykawek zgodnych z opisem w nich zawartym, ujętych w wykazie strzykawek o pojemnościach 20 ml, 50 ml i 60 ml oraz wpisanych do menu pomp infuzyjnych przedstawionych w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 3,5 dopuszcza także zaoferowanie igły typu ENOVA wykonanej ze stali 300 bez opisu „igła kosmetyczna”. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.5

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1, 2, 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie butelek mikrobiologicznie czystych, pakowanych po 40 sztuk. Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie butelek o pojemności 150 ml. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 7

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 8

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 9

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie podwiązki o długości 250 cm. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 10

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 3, 5 dopuszcza także zaoferowanie igły odwrotnie tnącej wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 lecz nie posiadającej w swoim opisie nazwy „igła plastyczna”. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 11

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządów do przetoczeń ze standardowym drenem długości 150 cm.

Ad. 12

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządów do przetoczeń ze standardowym drenem długości 150 cm.

Ad. 13

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządów do przetoczeń z drenem długości 180 cm.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad. 14

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 3 poz.

7-8. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Załącznik nr 6 do SIWZ zawierający Wykaz pomp infuzyjnych stosowanych w Specjalistycznym szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie oraz wykaz strzykawek wpisanych w menu pomp infuzyjnych jest aktualny.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

