



AE/ZP-27-62/16

Tarnów, 2016-07-12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-62/16

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209.000 EURO na **dostawę kardiomonitorów w ilości 8 sztuk** – wybrana została oferta Firmy:

1/ Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Bielawska 6 lok. 9, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie

Cena wybranej oferty: **48 254,40 zł** (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 40/100), w tym cena netto: **44 680,00 zł** (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryteria, z uwzględnieniem ich wagi.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, po dniu 22 lipca 2016r.,

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy
I	Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok, woj. podlaskie
II	Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Bielawska 6 lok 9, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
III	Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa, woj. mazowieckie
IV	Walmed Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie, woj. mazowieckie

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

1

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Liczba punktów w kryterium okres gwarancji	Liczba punktów w kryterium parametry techniczne	Razem
Oferta Nr I	296,60	25,00	6,90	328,50
Oferta Nr II	450,00	19,50	6,25	475,75
Oferta Nr IV	426,70	25,00	6,90	458,60

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - sprawa AE/ZP-27-62/16

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na **dostawę kardiomonitorów w ilości 8 sztuk** iz:

- na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa, woj. mazowieckie** (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w pkt. 10 Załącznika Nr 7 do SIWZ Zamawiający wymagał zaoferowania kardiomonitora posiadającego ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu 2 godzin. Jednocześnie odpowiedział na pytania Wykonawców Ad. 14 z dnia 13.05.2016r. Zamawiający dopuścił również w tym punkcie kardiomonitor z pamięcią krzywej EKG z ostatnich 2 godzin oraz trendów wszystkich mierzonych parametrów z ostatnich 120 godzin. Wykonawca zaoferował kardiomonitor posiadający ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu 30 minut.

Ponadto zgodnie z wymogiem określonym w pkt I SIWZ do oferty należało załączyć wypełniony i podpisany Załącznik Nr 7 do SIWZ określający wymagane oraz oferowane parametry przedmiotu zamówienia. Wykonawca załączył do oferty wypełniony oraz podpisany Załącznik Nr 7 do SIWZ, ale tylko w zakresie pkt 1-31, brak natomiast w ofercie pkt 32-39 tego Załącznika. Załączony do oferty załącznik jest niekompletny, w związku z czym Wykonawca nie zaoferował wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów. W związku z powyższym oferta została odrzucona jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty,
2. Strona internetowa Zamawiającego,
3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego,
4. a/a