



Znak: AE/ZP-27-62/16

Tarnów, 2016-05-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę kardiomonitorów w ilości 8 sztuk.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy pkt. 7 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zasilanie wystarczające na 1 godzinę awaryjnej pracy kardiomonitora?
2. Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?
3. Dotyczy pkt. 19 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zakres 30-300 bpm?
4. Dotyczy pkt. 23 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zakres 3-30 s?
5. Dotyczy pkt. 27 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zakres 20-260 mmHg?
6. Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor bez funkcji ciągłego zapisu parametrów z ostatnich 2 godzin?
7. Dotyczy pkt. 15 Załącznik Nr 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor bez funkcji detekcji stymulatora serca?
8. Dotyczy pkt. 27 Załącznik Nr 7- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z zakresem pomiarowym NIBP wynoszącym: 40~270 mmHg?
9. Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości ciągłego zapisu w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu 2 godzin?
10. Dotyczy pkt. 12 Załącznik nr 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z obsługą poprzez pokrętkę i przyciski funkcyjne?
11. Dotyczy pkt. 27 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiaru NIBP 30-254 mmHg?
12. Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru saturacji w technologii Nelcor lub Fast lub Masimo?
13. Dotyczy pkt. 2 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez regulacji jasności ekranu ale posiadającym tryb nocny, w którym jasność jest automatycznie obniżana?
14. Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z pamięcią krzywej EKG z ostatnich 2 godzin oraz trendów wszystkich parametrów z ostatnich 120 godzin?
15. Dotyczy pkt. 2 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor kolorowy LCD TFT minimum 12" o rozdzielczości min. 800x600 pikseli z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz kardiomonitora oraz możliwością wyboru kolorów krzywych dynamicznych?
16. Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z ciągłym zapisem w pamięci fal dynamicznych do 720 s.?
17. Czy Zamawiający dopuści podgląd historii wszystkich krzywych parametrów monitorowanych przez okres min. 2 minuty, każdy z producentów Kardiomonitorów oferuje możliwość podglądu krzywych FullDisclosure, realizuje to w sposób uniemożliwiający podgląd wszystkich mierzonych parametrów w czasie analizy danych historycznych. W związku z

powyższym pamięć FullDisclosure oferowana jest w okresie krótkiego odcinka czasu. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści dwu minutowy okres przeglądu krzywych mierzonych parametrów, natomiast dłuższy okres Zamawiający podda dodatkowej ocenie punktowej?

18. Dotyczy pkt. 10 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Prosimy Zamawiającego o zmianę ww. punktu na następujący: „(...) Jeżeli zaistnieje taka konieczność – oraz nie wykonania czynności usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy Zamawiający zachowuje uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy i przepisów ogólnych”?

19. Dotyczy pkt. 11 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Prosimy Zamawiającego o zmianę ww. punktu na następujący: „a) W przypadku, gdy danego urządzenia w okresie gwarancji nie da się naprawić Zamawiający może żądać wymiany przez Wykonawcę tego wadliwego urządzenia na nowe lub wolne od wad. W przypadku, gdy w okresie gwarancji występuje trzecia naprawa gwarancyjna tego samego elementu/podzespołu danego urządzenia Zamawiający, w przypadku zaistnienia kolejnej usterki gwarancyjnej może żądać wymiany przez Wykonawcę tego wadliwego elementu/podzespołu na nowy lub wolny od wad.”

20. Dotyczy pkt. 11d „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Wnosimy o usunięcie przez Zamawiającego zapisu punktu 11d.

21. Dotyczy pkt. 14 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu na następujący: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 0,5 % wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie zostanie dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

b) 1% wartość brutto towaru niezgodnego – w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości

c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:

-usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,

-dostarczeniu nowego przedmiotu umowy, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamych parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 14 dni roboczych”?

22. Dotyczy pkt. 15 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. punktu na następujący: „Naliczanie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty”?

23. Dotyczy pkt. 18 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na następujący: „W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę z jego winy(przez niewykonanie umowy rozumie się zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia powyżej 40 dni), Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową”?

24. Dotyczy pkt. 21 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu respiratora

o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 30 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy”?

25. Dotyczy pkt. 22 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. punktu na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieziszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”

26. Dotyczy pkt. 11 ppkt. a,c,d „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby całego sprzętu, a niesprawną jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany całego urządzenia niepotrzebnie może przewyższyć koszt zamówienia. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

27. Dotyczy pkt. 14 ppkt. a,c „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu stwierdzonych wad oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

28. Dotyczy pkt. 14 ppkt. b „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów tego punktu?

29. Dotyczy pkt. 21 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów tego punktu?

30. Dotyczy pkt. 10 oraz pkt. 11 ppkt. d „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tych zapisów z wzoru umowy?

31. Dotyczy pkt. 10 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z pkt. 10 następującego zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.”

32. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie Nr 30 oraz 31, pkt. 10 i 11 ppkt. d „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zwrotu „osoby trzeciej” na „inny autoryzowany przez producenta Serwis” oraz usunięcie słowa „niebezpieczeństwo”?

33. Dotyczy pkt. 6 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez gniazda USB?

34. Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości ciągłego zapisu wszystkich monitorowanych wartości liczbowych oraz fal dynamicznych?

35. Dotyczy pkt. 12 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez ekranu dotykowego?

36. Dotyczy pkt. 19 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarów rytmu serca od 30 do 300 uderzeń/min.?

37. Dotyczy pkt. 23 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu z regulacją w zakresie od 20 do 60 sek. skokowo co 20 sek.?

38. Dotyczy pkt. 29 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem programowania interwałów w trybie automatycznym 1 do 120 min?

39. Dotyczy pkt. 31 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem monitorowania temperatury 10-45⁰ C?

40. Dotyczy pkt. 11 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią trendów 168 godzin oraz możliwością zapisu fal dynamicznych ostatnich 30 minut ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuści również w pkt. 7 Załącznika Nr 7 zasilanie wystarczające na 1 godzinę awaryjnej pracy kardiomonitora.

Ad.2

Zamawiający w pkt. 10 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.14

Ad.3

Zamawiający dopuści również w pkt. 19 Załącznika Nr 7 zakres częstości akcji serca 30-300 bpm.

Ad. 4

Zamawiający dopuści również w pkt.23 Załącznika Nr 7 wykrywanie bezdechu w zakresie 3-30 s.

Ad. 5

Zamawiający dopuści również w pkt. 27 Załącznika Nr 7 zakres pomiarowy NIBP 20-260 mmHg.

Ad. 6

Zamawiający w pkt. 10 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapisy SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.14

Ad. 7

Zamawiający w pkt. 15 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 8

Zamawiający dopuści również w pkt. 27 Załącznika Nr 7 zakres pomiarowy NIBP 40-270 mmHg.

Ad. 9

Zamawiający w pkt.10 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.14

Ad. 10

Zamawiający w pkt.12 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 11

Zamawiający dopuści również w pkt. 27 Załącznika Nr 7 zakres pomiarowy NIBP 30-254 mmHg.

Ad.12

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pomiaru saturacji w technologii Nelcor lub Fast lub Masimo.

Ad. 13

Zamawiający dopuści również w pkt. 2 Załącznika Nr 7 kardiomonitor bez regulacji jasności ekranu, ale posiadający tryb nocny, w którym jasność jest automatycznie obniżana, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 14

Zamawiający dopuści również w pkt.10 Załącznika Nr 7 kardiomonitor z pamięcią krzywej EKG z ostatnich 2 godzin oraz trendów wszystkich mierzonych parametrów z ostatnich 120 godzin.

Ad. 15

Zamawiający w pkt.2 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.13. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga, ale dopuszcza również kardiomonitor z możliwością wyboru kolorów krzywych dynamicznych.

Ad. 16

Zamawiający nie dopuści w pkt. 10 Załącznika Nr 7 kardiomonitora z ciągłym zapisem w pamięci fal dynamicznych do 720 s.

Ad. 17

Zamawiający w pkt.10 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.14

Ad.18 – Ad.20

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV pkt.10 i 11 SIWZ – „Ogólne warunki umowy” z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.30 – Ad.32 i Ad.26 w zakresie pkt.XV.ppkt. 11 d) SIWZ. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.21 - Ad.25

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV pkt.14, 15, 18, 21 i 22 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.26 – Ad.29

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV pkt.11a), 11c), 14a), 14b), 14c) i 21 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.30 – Ad.32 i Ad.26 w zakresie pkt.XV.ppkt. 11 d) SIWZ

Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.10 SIWZ z zapisu o treści: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.” na zapis o treści:

„Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w

terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej, posiadającej autoryzację producenta danego sprzętu, usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.”

Ponadto Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.11 d) SIWZ z zapisu o treści: „d) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim” na zapis o treści: „powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim posiadającym autoryzację producenta danego sprzętu”.

Ad.33

Zamawiający w pkt. 6 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 34

Zamawiający w pkt.10 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.14

Ad.35

Zamawiający w pkt. 12 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.36

Zamawiający dopuści również w pkt. 19 Załącznika Nr 7 zakres częstości akcji serca 30-300 bpm.

Ad. 37

Zamawiający dopuści również w pkt.23 Załącznika Nr 7 wykrywanie bezdechu w zakresie 20-60 s z regulacją co 20 s.

Ad.38

Zamawiający w pkt. 29 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 39

Zamawiający dopuści również w pkt.31 Załącznika Nr 7 kardiomonitor z pomiarem temperatury w zakresie 10 – 45 °C.

Ad. 40

Zamawiający w pkt.10 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.14

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a