



.....
Znak: AE/ZP-27-63/16

Tarnów, 2016-05-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 – cewnik balonowy angioplastyczny do udrożeń (subokluzje, przewlekłe okluzje) – cewnik balonowy o ciśnieniu nominalnym 12 bar? Pozostałe parametry bez zmian.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 27.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 – stenty wieńcowe na cewniku balonowym do zabiegów w naczyniach powyżej 4 mm średnicy – dopuści stenty o ciśnieniu nominalnym 12 bar dla średnicy 5,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 16.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i uzna za równoważne cewniki diagnostyczne o parametrach nieznacznie różniących się od opisanych w SIWZ: cewnik zbudowany z podwójnej warstwy nylonu; rozmiary 4F, 5F, 6F; akceptujące przewodniki 0,035” oraz 0,038”; średnica wewnętrzna 0,053” dla rozmiarów 4F, 5F, 6F; długości: 40, 65, 90, 100, 110, 130, 150cm; cewnik zbrojony opłotem stalowym w części dystalnej (około 20 cm), duża różnorodność kształtów – ponad 40 różnych krzywizn. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważności
4. **Dotyczy Pakietu Nr 13.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 13 wymaga zaoferowania produktu o następujących średnicach: 5F, 5,5F, 6F, 7F, 8F?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 24.** Czy w Pakiecie nr 24 – „Stent wieńcowy na cewniku balonowym kobaltowo—chromowy wielozadaniowy”, Zamawiający dopuści do zaoferowania stent wieńcowy, w przypadku którego dla średnicy 3,0 mm istnieje możliwość osiągnięcia średnicy oczka równej lub powyżej 3,59 mm, natomiast dla średnic nominalnych powyżej 3,0 mm istnieje możliwość osiągnięcia średnicy oczka równej lub powyżej 4,42 mm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5.2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika typu Y o średnicy wewnętrznej zastawki do 9,0F?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 29.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu o długościach od 8-38 mm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5.1.** Prosimy o dopuszczenie rampy trójdrożnej spełniającej wszystkie wymagania SIWZ w kolorze białym (wymagana obudowa przezroczysta). Zdjęcie produktu poniżej?



9. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5.2.** Prosimy o dopuszczenie Y-konektora o małej utracie krwi spełniającego wszystkie wymagania SIWZ o średnicy 9F, typu push screw (wymagane 9,5F). Zdjęcie produktu poniżej.



10. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 7.1.** Opis wskazuje na złącza wysokociśnieniowe, które nie są kompatybilne z zestawami do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD Mark V Plus, a są produktem oferowanym tylko przez producenta wstrzykiwacza (obecnie Bayer). Prosimy zatem o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu lub też o dopuszczenie możliwości złożenia oferty osobno na poz. 7.1 i 7.2 z odpowiednim przeliczeniem wysokości wadium.
11. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.5 SIWZ.** Prosimy o modyfikację w następujący sposób: "5. Zasady zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5.1. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym mogą ulec zmianie na skutek zmian wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej w tym zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna ~~brutto~~ netto nie ulegnie zmianie."
12. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.9 SIWZ.** Prosimy o modyfikację w następujący sposób: "9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a) ~~0,5%~~ 0,2% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność b) ~~0,5%~~ 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości. Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie dni kalendarzowych od daty zgłoszenia (maksymalnie 5 dni kalendarzowych)."
13. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ.** Prosimy o modyfikację w następujący sposób: "10. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości ~~20%~~ 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy." oraz dodanie zapisów o następującej treści: „W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego Wykonawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy."
14. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.12 SIWZ.** Prosimy o modyfikację w następujący sposób: "12. Powtarzające się co najmniej trzykrotnie nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę, tj.: ~~w szczególności:~~ nieterminowa lub niezgodna pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniami realizacja dostaw, a także istotne powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych towarów lub ich terminów ważności – dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych."
15. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.19 SIWZ.** Prosimy o modyfikację poprzez dodanie ppkt l) o następującej treści: "l)zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian."

16. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.9 a i b SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z pkt 9 a i b ogólnych warunków umowy do 0,2 %?
17. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.11 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 11 ogólnych warunków umowy na następujący; „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”?
18. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.17 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do pkt 17 ogólnych warunków umowy następującego zdania: „Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgodny na cesję wierzytelności.”?
19. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.23 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowywania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (Załączniki Nr: 1, 2, 3 do pytań)
20. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.9 SIWZ.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt 9 ”Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a) 0,5% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; b) 0,5% wartości brutto zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy niezgodnej z zamówieniem.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 28.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w Pakiecie Nr 28 Załącznika 7 do SIWZ stentgraftów wieńcowych na cewniku balonowym o następujących parametrach technicznych: pkt 1 materiał – jednowarstwowy stentgraft z PTFE, pojedynczy stent kobaltowo-chromowy rozprężany na balonie, system wprowadzający typu RX; pkt 3 – wymagane długości (mm) mieszczące się w zakresie od 16 do 24 mm (dla średnicy 3,0 mm wymagane przynajmniej 3 wymiary); pkt 4 – system odpowiedni dla przewodnika o średnicy 0,014 cala, współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F; pkt 8 – profil przejścia dla średnicy 3,0 mm równy lub poniżej 0,047 cala; pkt 9 – możliwość doprężenia stentu w zakresie 0,27 – 0,46 mm powyżej nominalnej średnicy, bez utraty właściwości systemu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
22. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej 7F o pojemności 25-30-35-40 cc z zestawem wprowadzającym z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym, strzykawką i zastawką jednokierunkową oraz 2 przewodnikami (0,025” oraz 0,035”). Wszystkie balony wyposażone w dodatkową koszulkę rozrywaną typu peel-away. Wszystkie rozmiary balonów współpracują z koszulkami naczyniowymi w rozmiarze 7F. Koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną. Cewnik balonowy jest kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego pompami do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej.
23. **Dotyczy Pakietu Nr 23.** Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy z lekiem o dostępnych długościach: 10-15-20-30 mm, spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 42.** Czy Zamawiający łącznik Y z podwójnym mechanizmem zamykającym, o średnicy 8F, spełniającym pozostałe wymagania Zamawiającego?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21** cewnika balonowego o ciśnieniu nominalnym 12 bar.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 27** stentów wieńcowych na cewniku balonowym o ciśnieniu nominalnym 12 bar dla średnicy 5,0 mm.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnobrzeg ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16** opisanych w pytaniu cewników diagnostycznych. Opisanych w pytaniu cewników diagnostycznych Zamawiający nie uzna za równoważne w stosunku do wymaganych zgodnie z SIWZ ponieważ załączony do pytania katalog nie zawiera cewników diagnostycznych do koronarografii.

Ad. 4 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13** cewników przedłużających dla cewnika prowadzącego o średnicach: 5F, 5,5F, 6F, 7F, 8F, pod warunkiem możliwości zastosowania z cewnikami prowadzącymi 6F, 7F, 8F oraz spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24** stentu wieńcowego, w przypadku którego dla średnicy 3,0 mm istnieje możliwość osiągnięcia średnicy oczka równej lub powyżej 3,59 mm, natomiast dla średnic nominalnych powyżej 3,0 mm istnieje możliwość osiągnięcia średnicy oczka równej lub powyżej 4,42 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** łącznika typu Y o średnicy wewnętrznej zastawki do 9,0F, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 29** stentu o długościach od 8-38 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym że stent o średnicy 3,0 będzie miał w wymienionym zakresie co najmniej 5 wymiarów

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 5.1** rampy w kolorze białym i podtrzymuje wymagania SIWZ w tym zakresie – zaoferowana rampa winna być przeźroczysta.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 5.2** Y-konektora o średnicy 9F, typu push screw, pod warunkiem pełnej szczelności zastawki, bez utraty szczelności w czasie zabiegu..

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 7 poz. 7. 1** do osobnego pakietu, nie dopuszcza również możliwości złożenia oferty na poz. 7.1 i 7.2 z odpowiednim przeliczeniem wysokości wadium.

Ad. 11-18, 20 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przechowania (Załącznik Nr: 1, 2, 3) wg wzoru przesłanego w załączeniu. Zamawiający określił regulacje w tym zakresie w pkt XV.23 SIWZ

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 28** opisanych w pytaniu stentgraftów.

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 9.1** opisanego w pytaniu balonu do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej .

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23** cewnika balonowego angioplastycznego uwalniającego paklitaksel o dostępnych długościach: 10, 15, 20, 30 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42** łącznika typu Y z podwójnym mechanizmem zamykającym o średnicy 8F, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu pomiędzy:

..... z siedzibą w, ul

wpisaną do rejestru po numerem

reprezentowaną przez:

.....,

zwanym dalej Przechowawcą

a

....., z siedzibą w, ul

.....

wpisaną do rejestru pod numerem

reprezentowaną przez :

1.

2.

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w na Oddziale, które znajduje się w, ... – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan

§2

- Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.
- Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.
- Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
- Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.



§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszone.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

§5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

- Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.
- O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.
- Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

§7

1 Zmiana cen przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie na zasadach określonych w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust.1.

§8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.

§9

1. Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§10

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.



3. Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§12

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości
i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

Data i podpis osoby przyjmującej



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



RAPORT O ZUŻYCIU

Proszę przesłać pod numer faxu

TEL. KONTAKTOWY :

- **PEŁNE DANE SZPITALA** **NR KLIENTA :**
- **Data zabiegu:**.....
- **Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)**
- A)**
- B)**
- **Zużyte elementy**

**Proszę o uzupełnienie- PILNE!
podpis**

Pieczętka i



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

